

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Allegato A.1 alla Determinazione

VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE E PROTESI PER ORL” ID.13PRE023.1

L’anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 9:17 presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Colugna, 50, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE E PROTESI PER ORL” ID.13PRE023.1, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 22/09/2015.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 1.113.118,80 (+ € 408.143,56 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota n. 25813 del 16/11/2015, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal sig. Andrea Bertussi (teste) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 dell’11/11/2015, sono pervenuti n. 16 plichi, numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO	CITTA'
04/11/2015	9.25	24493	1	BIOCOMMERCIALE SRL	VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
06/11/2015	9.10	24773	2	OLYMPUS ITALIA SRL	SEGRATE (MI)
06/11/2015	11.57	24812	3	KOS BIOMEDICA SRL	GENOVA
09/11/2015	9.15	24916	4	NEWPHARM SRL	SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)
09/11/2015	9.15	24917	5	ATOS MEDICAL SRL	PADOVA
09/11/2015	9.30	24930	6	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	LATINA SCALO (LT)
09/11/2015	10.15	24944	7	MEDICA VALEGGIA SPA	PADOVA
09/11/2015	10.15	24945	8	VE.DI.SE. HOSPITAL SPA	ROMA
10/11/2015	9.20	25057	9	CROMA GIO.BATTA SRL	PADOVA
10/11/2015	9.20	25058	10	SEDA SPA	TRAZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
10/11/2015	10.50	25107	11	FERMED SRL	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
11/11/2015	8.55	25246	12	MEDTRONIC ITALIA SPA	MILANO

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

11/11/2015	9.05	25252	13	PROMED SRL	DOSSON DI CASIER (TV)
11/11/2015	9.35	25254	14	IATROTEK SRL	CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
11/11/2015	10.10	25266	15	CREMASCOLI & IRIS SRL	MILANO
11/11/2015	10.23	25271	16	A.G. MEDICAL SRL	SAN DONA' DI PIAVE (VE)

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, pena esclusione dalla gara, entro i termini di presentazione dell'offerta presso gli uffici del "Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo" le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sui plichi contenenti la campionatura, plichi pervenuti nei termini previsti dalle norme di partecipazione, giuste bolle agli atti di questa amministrazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	DOC. AMMINISTRATIVA	DOC. TECNICA	LOTTE PER I QUALI LA DITTA PARTECIPA
1	BIOCOMMERCIALE SRL	AMMESSA CON RISERVA: la ditta non ha compilato il	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 85

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

		punto y) relativo alla Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000 - Allegato "A".		
2	OLYMPUS ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 48-84
3	KOS BIOMEDICA SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 8
4	NEWPHARM SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 48
5	ATOS MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 44-49-79-80-81-82-85
6	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 44-85
7	MEDICA VALEGGIA SPA	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 72
8	VE.DI.SE. HOSPITAL SPA	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 83-84
9	CROMA GIO.BATTA SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 11
10	SEDA SPA	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 48-79
11	FERMED SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 44-84
12	MEDTRONIC ITALIA SPA	ESCLUSA: la ditta ha inserito l'offerta economica nella busta n. 2 relativa alla "documentazione tecnico-qualitativa" anziché nella busta n. 3 relativa all'"offerta economica".		n. 48-83
13	PROMED SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 35-48-84
14	IATROTEK SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 44
15	CREMASCOLI & IRIS SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 75
16	A.G. MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 28-29-35

Durante la seduta si rileva quanto segue:

- la ditta BIOCOMMERCIALE SRL, nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, presenta la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000 - Allegato "A", incompleta, in quanto non viene indicata la dichiarazione relativa alla lettera y). Pertanto, verrà richiesto alla stessa di integrare la documentazione mancante;
- per quanto riguarda la ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, in seguito all'apertura della busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, viene aperta la busta n. 2 relativa alla "Documentazione tecnico-qualitativa": all'interno della busta, è presente l'offerta economica della ditta, contrariamente a quanto indicato nell'art. 3 delle Norme di partecipazione alla

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

gara. La ditta, pertanto, viene esclusa dalle fasi successive della procedura in quanto ciò non ha garantito la segretezza dell'offerta economica.

Tutte le altre ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato e siglato. Il Presidente dispone, inoltre, che il plico contenente le buste delle offerte economiche venga conservato in cassaforte.

Dispone altresì che la campionatura venga ricomposta e suddivisa in lotti per i lavori della commissione giudicatrice.

La seduta si chiude alle ore 11:33.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon F.to _____

Sig. Andrea Bertussi F.to _____

Dott.ssa Ilaria Carlini F.to _____

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE E PROTESI PER ORL” ID.13PRE023.1

L’anno duemilaquindici, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 09:30, presso gli uffici dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che di seguito si indicherà come EGAS, in Udine, via Colugna n. 50, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove determinazioni dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE E PROTESI PER ORL” ID.13PRE023.1

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), il sig. Andrea Bertussi (teste), nonché la dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti non è presente alcun rappresentante.

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 16/11/2015, la ditta BIOCOMMERCIALE SRL è stata ammessa con riserva alle fasi successive del procedimento in quanto, nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, ha presentato la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000 - Allegato “A”, priva della dichiarazione relativa alla lettera y).

Con nota protocollo n. 26392 del giorno 24/11/2015 è stata inviata alla ditta BIOCOMMERCIALE SRL la comunicazione di Ammissione con riserva con richiesta di regolarizzare la propria posizione.

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, la ditta BIOCOMMERCIALE SRL ha inviato quanto comunicato nella lettera di Ammissione con riserva.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta da parte della ditta BIOCOMMERCIALE SRL si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 26762 del 26/11/2015 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.

Nel corso della seduta si prende atto che la ditta BIOCOMMERCIALE SRL ha provveduto a regolarizzare la relativa posizione (come da documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, la ditta stessa viene ammessa alle fasi successive della procedura.

La seduta si chiude alle ore 09:35.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon F.to _____

Sig. Andrea Bertussi F.to _____

Dott.ssa Ilaria Carlini F.to _____

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE E PROTESI PER ORL” ID.13PRE023.1

L’anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 09:35, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “MATERIALE E PROTESI PER ORL” ID.13PRE023.1.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Sig. Eros Schneider componente
- Dott.ssa Ilaria Carlini componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 03/02/2016 e in data 09/05/2016 (allegato 1) di cui si dà lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente le offerte economiche delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all’allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio.

Il rappresentante della ditta A.G. MEDICAL SRL chiede che venga messa a verbale la dichiarazione che si allega, quale parte integrante del presente atto.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 10:16.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon F.to _____

Sig. Eros Schneider F.to _____

Dott.ssa Ilaria Carlini F.to _____

Allegati:

- n. 2 verbali della Commissione Giudicatrice (all. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2);
- n. 1 dichiarazione ditta A.G. MEDICAL SRL (all. 3).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 1

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "MATERIALE E PROTESI PER ORL" (ID.13PRE023.1) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N.1 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 3 febbraio 2016 alle ore 9:35, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine - via Colugna n. 50, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Stefano Palma presidente
- Dott. Pierluigi Bonini componente
- Dott. Calogero Sortino componente
- Dott. Alfredo Vallone componente
- Dott. Massimiliano Renco componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso il Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo;

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione;
- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento;
- stabilisce di richiedere alla ditta KOS BIOMEDICA SRL una integrazione di campionatura dei prodotti da essa offerti al lotto n. 8;
- con riferimento al lotto n. 48, stabilisce di richiedere a tutte le ditte concorrenti una visione / prova pratica del sistema da esse offerto al lotto in argomento;
- stabilisce di richiedere alla ditta VE.DI.SE. HOSPITAL SPA una integrazione di campionatura dei prodotti da essa offerti al lotto n. 83;
- con riferimento al lotto n. 84, stabilisce di richiedere a tutte le ditte concorrenti una visione / prova pratica del sistema da esse offerto al lotto in argomento.

La Commissione Giudicatrice, alle ore 11:20, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Stefano Palma F.to _____ presidente
- Dott. Pierluigi Bonini F.to _____ componente
- Dott. Calogero Sortino F.to _____ componente
- Dott. Alfredo Vallone F.to _____ componente
- Dott. Massimiliano Renco F.to _____ componente
- Dott. Alberto Nonino F.to _____ segretario verbalizzante

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "MATERIALE E PROTESI PER ORL" (ID.13PRE023.1) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N.2 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 9 maggio 2016 alle ore 9:45, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine - via Colugna n. 50, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Stefano Palma presidente
- Dott. Pierluigi Bonini componente
- Dott. Calogero Sortino componente
- Dott. Alfredo Vallone componente
- Dott. Massimiliano Renco componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso il Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo;

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la presa d'atto degli esiti delle prove pratiche e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- visti gli esiti delle prove pratiche, le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, attribuisce i punteggi previsti per la Qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate:

- le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, per non aver presentato la campionatura richiesta in integrazione, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento "Qualità";
- le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 10:55, la Commissione rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Stefano Palma F.to _____ presidente
- Dott. Pierluigi Bonini F.to _____ componente
- Dott. Calogero Sortino F.to _____ componente
- Dott. Alfredo Vallone F.to _____ componente
- Dott. Massimiliano Renco F.to _____ componente
- Dott. Alberto Nonino F.to _____ segretario verbalizzante

Allegati:

- n. 1 *“Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice”*

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRULLI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa

Lotto	Descrizione dei lotti LOTTO 48	Facilità di impiego del sistema (montaggio, smontaggio)	Disponibilità della gamma di lame in funzione al grado di aggressività e angolatura	Disponibilità della gamma di frese in funzione al grado di aggressività e angolatura	Precisione nell'impiego	Ergonomia del manipolo	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
	Punti max	7,00	8,00	8,00	7,00	10,00	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	1,40	1,60	1,60	1,40	2,00				
	MEDIOCRE = 0,40	2,80	3,20	3,20	2,80	4,00				
	SUFFICIENTE = 0,60	4,20	4,80	4,80	4,20	6,00				
	BUONO = 0,80	5,60	6,40	6,40	5,60	8,00				
	OTTIMO = 1,00	7,00	8,00	8,00	7,00	10,00			Soglia 24 su 40	
48	Lame di misure differenti (da 2 mm a 4 mm) per chirurgia endoscopica dei seni paranasali manipolo, console e pedale in comodato d'uso. Il sistema dovrà poter essere utilizzato anche come trapano multuso ORL e quindi dovrà essere dotato dei relativi manipoli e pedale. c frese monouso per trapano d frese plurisuso per trapano e tubi di aspirazione e irrigazione	4,20	6,40	6,40	4,20	6,00	27,20	ammessa	difficoltà di montaggio/smontaggio per lo shaver; rotazione dello shaver: sistema meno pratico; maggiori vibrazioni della lama e del manipolo durante l'utilizzo in otocirurgia	28,63
	OLYMPUS ITALIA SRL	2,80	6,40	6,40	5,60	6,00	27,20	ammessa	maggiore difficoltà di montaggio/smontaggio per il manipolo di otomicrochirurgia; rotazione dello shaver: sistema meno pratico; irrigazione per raffreddamento e pulizia non facilmente regolabile (otocirurgia)	28,63
	PROMED SRL	7,00	8,00	8,00	7,00	8,00	38,00	ammessa	maggiore facilità di impiego del sistema; gamma di lame e di frese ottimale; precisione nell'impiego ottimale; buona ergonomia del manipolo	40,00
	SEDA SPA							non ammessa	la ditta non ha presentato la campionatura richiesta ad integrazione per la prova pratica	

Lotto	Descrizione dei lotti CANNULE	Confezionamento	Maneggevolezza	Praticità di utilizzo	caratteristiche tecniche/qualità dei materiali	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
	Punti max	4,00	10,00	10,00	16,00	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:								
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	0,80	2,00	2,00	3,20				
	MEDIOCRE = 0,40	1,60	4,00	4,00	6,40				
	SUFFICIENTE = 0,60	2,40	6,00	6,00	9,60				
	BUONO = 0,80	3,20	8,00	8,00	12,80				
	OTTIMO = 1,00	4,00	10,00	10,00	16,00				Soglia 24 su 40
35	cannula tracheostomica cuffiata mono paziente, flangia alta ad evitare traumatismi. in poliuretano senza filati e secondo normativa EN1282-1, con valvola unidirezionale, due controammule di cui una con raccordo 15mm, otturatore atraumatico. Misure comprese tra 4 e 10 b cannula tracheostomica non cuffiata monopaziente, flangia alta ad evitare traumatismi, in poliuretano senza filati e secondo normativa EN1282-1, con valvola unidirezionale, due controammule di cui una con raccordo 15mm, otturatore atraumatico. Misure comprese tra 4 e 10	3,20	8,00	8,00	12,80	32,00	ammessa	cannula in poliuretano	35,56
	A.G. MEDICAL SRL	3,20	10,00	10,00	12,80	36,00	ammessa	il materiale della cannula viene ritenuto equivalente al poliuretano; cannula più morbida con punta distale atraumatica	40,00
	PROMED SRL								
35 BIS	a cannula tracheostomica a lunga permanenza in pvc morbido, senza cuffia, con controammule, varie lunghezze (corte, medie, lunghe) e calibri diversi b controammule di ricambio (per voce a), varie tipologie (preferibilmente fenestrate e non, con connettore, con valvola fonatoria)								
	DESERTO								

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRULLI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

44	Cannule tracheali per laringectomia totale non cuffiate senza controcannuola, con possibilità di riaccondare filtro e valvole fonatorie, in silicone, pieghevole, atraumatico. Diametro esterno circa 17 mm, diametro interno circa 14 mm, lunghezza minima 55 mm, circa.	3,20	8,00	12,80	32,00	ammessa	40,00
		3,20	8,00	12,80	32,00	ammessa	40,00
		3,20	8,00	12,80	32,00	ammessa	40,00
		3,20	4,00	6,40	17,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	materiale più rigido, priva di flangia, sistema di fissaggio più difficoltoso

Lotto	Descrizione dei lotti	Gamma di produzione	Confezionamento	Facilità di applicazione	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte
	PROTESI PER OTTOCHIRURGIA, PROTESI INIETTIBILI, STENT LARINGO-TRACHEALI E FARINGO ESOFAGEI				40,00			
	Punti max	18,00	4,00	18,00	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:							
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	3,60	0,80	3,60				
	MEDIOCRE = 0,40	7,20	1,60	7,20				
	SUFFICIENTE = 0,60	10,80	2,40	10,80				
	BUONO = 0,80	14,40	3,20	14,40				
	OTTIMO = 1,00	18,00	4,00	18,00				
72	Pistone in titanio per interventi di malloeo-stapedotomia (ossiculoplastica) in caso incudine assente e staffa fissa e presenza del martello o sua protesi sostitutiva, tipo Hausler con corpo pieghevole e giunto a sfera, diametro da 0.4 mm o 0.6 mm, lunghezza totale da 5 a 6.25 mm.	14,40	3,20	14,40	32,00	ammessa		40,00
75	Protesi modellate (stent esofageo), tipo Montgomery, varie lunghezze e dimensioni, in silicone	14,40	3,20	14,40	32,00	ammessa		40,00
	CREMASCOLI & IRIS SRL							

Lotto	Descrizione dei lotti	Completezza del set	Facilità di applicazione / sostituzione (ove pertinente)	Durata (tenuta valvolare) > dichiarare in scheda tecnica il dato	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte
	PROTESI FONATORIE				40,00			
	Punti max	16,00	16,00	8,00	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:							
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	3,20	3,20	1,60				
	MEDIOCRE = 0,40	6,40	6,40	3,20				
	SUFFICIENTE = 0,60	9,60	9,60	4,80				
	BUONO = 0,80	12,80	12,80	6,40				
	OTTIMO = 1,00	16,00	16,00	8,00				
	sistema integrato monouso e sterile per posizionamento intra operatorio di protesi fonatoria per pazienti laringectomizzati. Il kit deve contenere la protesi, un dilatatore, un protettore faringeo, il filo guida e il trocar. La protesi dovrà essere a bassa resistenza, in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco e disponibile in diversi diametri e lunghezze.							
	A) diametro 17 fr, lunghezza 8,10,12,5 e 15 mm							
	B) diametro 20 fr, lunghezza 6,10,12,5 mm							
	C) diametro 22,5 fr, lunghezza 8,10,12,5 mm							
79	ATOS MEDICAL SRL	12,80	12,80	4,80	30,40	ammessa	offre solo 2 diametri; lunghezze non corrispondenti al richiesto	40,00
	SEDA SPA							

	protesi vocale per pazienti laringectomizzati, a bassa resistenza, in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco, con tettuccio protettivo esofageo a 360, flangia tracheale ovale e precaricata su apposito applicatore per sostituzione protesi anterograda.							
	Disponibile in diversi diametri e lunghezze e in confezione monouso e sterile.							
	A) diametro 17 fr, lunghezza 4,6,8,10,12,5 e 15 mm							
	B) diametro 20 fr, lunghezza 4,6,8,10,12,5 e 15 mm							
	C) diametro 22,5 fr, lunghezza 4,6,8,10,12,5 e 15 mm							
	filo guida per posizionamento							
	ATOS MEDICAL SRL	12,80	12,80	4,80	30,40	ammessa		40,00
81	kit contenente 3 valvole tracheostomiche automatiche (basso, medio e alto flusso), color carne, a basso profilo, che consentano al paziente laringectomizzato portatore di protesi fonatoria di fonare senza chiudere lo stoma manualmente. Il kit deve contenere anche 30 filtri.							
	ATOS MEDICAL SRL	12,80	12,80	4,80	30,40	ammessa		40,00

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRULLI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

82	Protesi vocale per pazienti laringectomizzati con perdite peri-valvolari precoci. La protesi, a bassa resistenza e in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco, deve essere dotata di doppia flangia esofagea, di cui una con concavità rivolta verso la parete esofagea anteriore. Disponibile in diversi diametri e lunghezze e in confezione monouso e sterile. A) diametro 17Fr lunghezza 4/6/8/10/12.5/15 B) diametro 20Fr lunghezza 4/6/8/10/12.5/15 C) diametro 22.5Fr lunghezza 4/6/8/10/12.5/15 ATOS MEDICAL SRL	12,80	1,280	4,80	30,40	ammessa	40,00
83	<p>a sistema per il trattamento mini invasivo della rino sinusite, cronica o palloncino dilatatore, per seni paranasali. Comprensivo di manipolo monouso integrato (catetere guida, catetere a palloncino, manipolo ergonomico), pompa di gonfiaggio, sonda per transilluminazione e catetere di lavaggio. La ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito il connettore e il cavo luce necessario al funzionamento del sistema</p> <p>b Sistema di gonfiaggio per chirurgia endoscopica seni paranasali</p> <p>c Catetere di lavaggio per chirurgia endoscopica seni paranasali</p> <p>VED.ISE. HOSPITAL SPA</p>	9,60	9,60	4,80	24,00	ammessa	40,00
Lotto	Descrizione dei lotti ALTRI LOTTI	Caratteristiche tecniche del prodotto	Maneggevolezza e praticità d'uso	Confezionamento	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione
Voce	Puntì max	18,00	18,00	4,00	40,00		
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:						
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00			
	INSUFFICIENTE = 0,20	3,60	3,60	0,80			
	MEDIOCRE = 0,40	7,20	7,20	1,60			
	SUFFICIENTE = 0,60	10,80	10,80	2,40			
	BUONO = 0,80	14,40	14,40	3,20			
	OTTIMO = 1,00	18,00	18,00	4,00			Soglia 24 su 40
8	Medicazione emostatica per uso ori in garza di cotone, misura 2 cm x 1 mt circa, impregnata di unguento e polverizzata, che favorisce l'emostasi KOS BIOMEDICA SRL	7,20	7,20	2,40	16,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	consistenza non adeguata per la destinazione d'uso
11	BATUFFOLI dotati di marcatore radiopaco, di consistenza adeguata, rotondi, con filo di repere, almeno tre misure (piccola, media, grande) CROMA GIO.BATTA SRL	7,20	7,20	2,40	16,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	consistenza non adeguata; nel campione presentato il cotone tende a sfilacciarsi, non utilizzabile in campo chirurgico
21	SPECULUM AURICOLARE MONOUSO, in materiale plastico, con attacco per otoscopio TIPO WELLCHE-ALLYN - MISURE DIVERSE DESERTO						
28	Punte metalliche in confezione singola, per aspiratori otologici monouso - varie lunghezze e diametri - e manipolo con valvola monouso A.G. MEDICAL SRL					non ammessa	campione con punta non metallica; corpo unico con la valvola
29	Aspiratori in plastica monouso con valvola, rigidi, per microlaringoscopia, broncoscopia ed esofagoscopia - varie misure A.G. MEDICAL SRL	7,20	7,20	2,40	16,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	tubo estremamente flessibile e già deformato nella confezione campionata
49	<p>a Bottoni tracheostomale per laringectomizzati. Dispositivo in silicone, paragonabile ad una cannula corta e senza lacci con il bordo esterno atto a sostenere filtri e valvole fonatorie, diametro e lunghezze varie.</p> <p>b Fascetta per bottone con base adesiva e clip di aggancio alle alette</p> <p>ATOS MEDICAL SRL</p>	14,40	14,40	2,40	31,20	ammessa	40,00
55	gel di acido ialuronico per applicazione locale endonasale, siringa preriempita con acp DESERTO						
84	<p>a manipoli monouso per riduzione volumetrica dei turbini</p> <p>b generatore in comodato d'uso, completo di pedale</p> <p>FERMED SRL</p> <p>OLYMPUS ITALIA SRL</p>	14,40	14,40	2,40	34,80	ammessa	la ditta non ha presentato la campionatura richiesta ad integrazione per la prova pratica praticità d'uso ottimale per la presenza di un elettrodo che consente un'unica applicazione sull'intera lunghezza del turbinato

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRULLI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

		14,40	14,40	2,40	31,20	ammessa non ammessa	la ditta non ha presentato la campionatura richiesta ad integrazione per la prova pratica	35,86
	PROMED SRL VE.DI.SE. HOSPITAL SPA							
	Spazzolino per pulizia cannule dimensioni mm 27,0x7,5x8 circa, con setole resistenti in nylon							
85	ATOS MEDICAL SRL	10,80	10,80	2,40	24,00	ammessa	manico meno ergonomico, ridotto lunghezza tra spazzola e impugnatura	25,00
	BIOCOMMERCIALE SRL	18,00	18,00	2,40	38,40	ammessa		40,00
	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL					non ammessa	campioni con misure non corrispondenti al richiesto	

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AII. 2

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.13PRE023.1			
Lotto	Voce	Descrizione	DESCERTO
8		Medicazione emostatica per uso orl in garza di cotone, misura 2 cm x 1 mt circa, impregnata di unguento e polverizzata, che favorisce l'emostasi	NON AMMESSA: KOS BIOMEDICA SRL
11		BATUFFOLI dotati di marcatore radiopaco, di consistenza adeguata, rotondi, con filo di repere, almeno tre misure (piccola, media, grande)	NON AMMESSA: CROMA GIO.BATTA SRL
21		SPECULUM AURICOLARE MONOUSO, in materiale plastico, con attacco per otoscopio TIPO WELLCHE-ALLYN - MISURE DIVERSE	
28		Punte metalliche in confezione singola, per aspiratori otologici monouso - varie lunghezze e diametri - e manipolo con valvola monouso	NON AMMESSA: A.G. MEDICAL SRL
29		Aspiratori in plastica monouso con valvola, rigidi, per microlaringoscopia, broncoscopia ed esofagoscopia - varie misure	NON AMMESSA: A.G. MEDICAL SRL
			Pr. base
			A.G. MEDICAL SRL
			PROMED SRL
35	a	cannula tracheostomica cuffiata monopaziente, flangia atta ad evitare traumatismi, in poliuretano senza filati e secondo normativa EN1282-1, con valvola unidirezionale, due controcanule di cui una con raccordo 15mm, otturatore atraumatico. Misure comprese tra 4 e 10	€ 63.582,50
	b	cannula tracheostomica non cuffiata monopaziente, flangia atta ad evitare traumatismi, in poliuretano senza filati e secondo normativa EN1282-1, con valvola unidirezionale, due controcanule di cui una con raccordo 15mm, otturatore atraumatico. Misure comprese tra 4 e 10	Anomala
		Punteggio tecnico	35,56
		offerta a	€ 35,50
		offerta b	€ 34,00
		Offerta economica	€ 46.592,00
		Punteggio economico	96.475.00000
		Punteggio totale	Fuori soglia
			Fuori soglia
			100,00000
			AGG

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	ATOS MEDICAL SRL
49	a	Bottone tracheostomale per laringectomizzati. Dispositivo in silicone, paragonabile ad una cannula corta e senza lacci con il bordo esterno atto a sostenere filtri e valvole fonatorie, diametro e lunghezze varie.	€ 23.342,00	Anomala
	b	Fascetta per bottone con base adesiva e clip di aggancio alle alette		
		Punteggio tecnico		40,00
		Offerta a	€ 140,00	140,00000
		Offerta b	€ 107,00	107,00000
		Offerta economica	€ 23.342,00	23.342,00000
	Punteggio economico		60,00000	
	Punteggio totale		100,00000	
			AGG	
Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	AGG
55		gel di acido ialuronico per applicazione locale endonasale, siringa preriempita con acp	DESERTO	
Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	MEDICA VALEGGIA SPA
72		Pistone in titanio per interventi di malleo-stapedotomia (ossiculoplastica) in caso incudine assente e staffa fissa e presenza del martello o sua protesi sostitutiva, tipo Hausler con corpo pieghevole e giunto a sfera, diametro da 0,4 mm o 0,6 mm, lunghezza totale da 5 a 6,25 mm.	€ 6.897,00	Anomala
		Punteggio tecnico		40,00
		Prezzo unitario	€ 363,00	362,78000
		Offerta economica	€ 6.892,82	6.892,82000
		Punteggio economico		60,00000
		Punteggio totale		100,00000
			AGG	
Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	CREMASCOLI & IRIS SRL
75		Protesi modellate (stent esofageo), tipo Montgomery, varie lunghezze e dimensioni, in silicone	€ 25.200,00	Anomala
		Punteggio tecnico		40,00
		Prezzo unitario	€ 360,00	314,60000
		Offerta economica	€ 22.022,00	22.022,00000
		Punteggio economico		60,00000
		Punteggio totale		100,00000
			AGG	

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	ATOS MEDICAL SRL		
79		sistema integrato monouso e sterile per posizionamento intra operatorio di protesi fonatoria per pazienti laringectomizzati. Il kit deve contenere la protesi, un dilatatore, un protettore faringeo, il filo guida e il trocar. La protesi dovrà essere a bassa resistenza, in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco e disponibile in diversi diametri e lunghezze.	€ 90.434,00	Anomala	NON AMMESSA: SEDDA SPA	
		A) diametro 17 fr, lunghezza 8,10,12.5 e 15 mm				
		B) diametro 20 fr, lunghezza 8,10,12.5 mm				
		C) diametro 22.5 fr, lunghezza 8,10,12.5 mm				
		Punteggio tecnico		40,00		
		Prezzo unitario		439,000000		
	Offerta economica	€ 90.434,00	90.434,00000			
	Punteggio economico	60,00000	60,00000			
	Punteggio totale	100,00000	100,00000			
			AGG			
Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	ATOS MEDICAL SRL		
80	a	protesi vocale per pazienti laringectomizzati, a bassa resistenza, in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco, con tettuccio protettivo esofageo a 360, flangia tracheale ovale e precaricata su apposito applicatore per sostituzione protesica anterograda. Disponibile in diversi diametri e lunghezze e in confezione monouso e sterile.	€ 167.259,00	Anomala		
		A) diametro 17 fr, lunghezza 4,6,8,10,12.5 e 15 mm				
		B) diametro 20 fr, lunghezza 4,6,8,10,12.5 e 15 mm				
		C) diametro 22.5 fr, lunghezza 4,6,8,10,12.5 e 15 mm				
		b		filo guida per posizionamento		
		Punteggio tecnico		40,00		
	Offerta a	€ 439,00	439,00000			
	Offerta b	non previsto	sconto merce			
	Offerta economica	€ 167.259,00	167.259,00000			
	Punteggio economico	60,00000	60,00000			
	Punteggio totale	100,00000	100,00000			
			AGG			
Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	ATOS MEDICAL SRL		
81		kit contenente 3 valvole tracheostomiche automatiche (basso, medio e alto flusso), color carne, a basso profilo, che consentano al paziente laringectomizzato portatore di protesi fonatoria di fonare senza chiudere lo stoma manualmente. Il kit deve contenere anche 30 filtri.	€ 1.112,00	Anomala		
		Punteggio tecnico		40,00		
		Prezzo unitario		€ 556,00	556,00000	
		Offerta economica		€ 1.112,00	1.112,00000	
		Punteggio economico		60,00000	60,00000	
		Punteggio totale		100,00000	100,00000	
			AGG			

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	ATOS MEDICAL SRL	
82		Protesi vocale per pazienti laringectomizzati con perdite perivalvolari precoci. La protesi, a bassa resistenza e in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco, deve essere dotata di doppia flangia esofagea, di cui una con concavità rivolta verso la parete esofagea anteriore. Disponibile in diversi diametri e lunghezze e in confezione monouso e sterile. A) diametro 17Fr lunghezza 4/6/8/10/12,5/15 B) diametro 20Fr lunghezza 4/6/8/10/12,5/15 C) diametro 22,5Fr lunghezza 4/6/8/10/12,5/15	€ 5.642,00		
		Punteggio tecnico		40,00	
		Prezzo unitario	€ 434,00	850,00000	
		Offerta economica	€ 11.050,00	11.050,00000	
		Punteggio economico		Fuori soglia	
	Punteggio totale			Fuori soglia	
Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	VE.DI.SE. HOSPITAL SPA	
83	a	sistema per il trattamento mini invasivo della rino sinusite cronica con palloncino dilatatore per seni paranasali. Comprensivo di manipolo monouso integrato (catetere guida, catetere a palloncino, manipolo ergonomico), pompa di gonfiaggio, sonda per transilluminazione e catetere di lavaggio. La ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito il connettore e il cavo luce necessario al funzionamento del sistema	€ 162.426,00	Anomala	
	b	Sistema di gonfiaggio per chirurgia endoscopica seni paranasali			
	c	Catetere di lavaggio per chirurgia endoscopica seni paranasali			
		Punteggio tecnico		40,00	
		Offerta a	€ 1.496,00	1402,50000	
		Offerta b	€ 78,00	compreso nella voce a	
		Offerta c	€ 131,00	compreso nella voce a	
		Offerta economica	€ 134.640,00	134.640,00000	
		Punteggio economico		60,00000	
		Punteggio totale		100,00000	
			AGG		
Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	OLYMPUS ITALIA SRL	PROMED SRL
84	a	manipoli monouso per riduzione volumetrica dei turbinati	€ 140.400,00	Anomala	Anomala
	b	generatore in comodato d'uso, completo di pedale			
		Punteggio tecnico		40,00	35,86
		Offerta a	€ 156,00	144,00000	125,00000
		Offerta b	comodato	comodato	comodato
		Offerta economica	€ 112.500,00	129.600,00000	112.500,00000
		Punteggio economico		52,08333	60,00000
	Punteggio totale		92,08333	95,86000	
			2°	AGG	

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	ATOS MEDICAL SRL	BIOCOMMERCIALE SRL
85		Spazzolino per pulizia cannule dimensioni mm 270x75x8 circa, con setole resistenti in nylon	€ 6.042,00		
		Punteggio tecnico		25,00	Anomala 40,00
		Prezzo unitario	€ 0,95	6,00000	0,89000
		Offerta economica	€ 5.660,40	38.160,00000	5.660,40000
		Punteggio economico		Fuori soglia	60,00000
		Punteggio totale		Fuori soglia	100,00000
					AGG
					NON AMMESSA: SMITHS MEDICAL ITALIA SRL

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 3

DICHIARAZIONE DITTA A. G. MEDICAL SRL

LOTTO 35 /A-B DITTA A.G. MEDICAL SRL

SI RICHIEDE I TESTI EFFETTUATI SUL MATERIALE

X DICHIARARE IL MATERIALE EQUIVALENTE

INOLTRE IL LOTTO RICHIEDE FLANGIA ATTA AD
EVITARE TRAUMATISMI E CALIBRI COMPRESI

DA H A 10 SI RICHIEDE LA VERIFICA DELLE

SCHEDE TECNICHE DELLE ATTRE AL MED. S. MOLOTTO

UNA N. 27-05-2016



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 19/07/2016 17:29:53

IMPRONTA: 528CA3F175CBDA474FE928E6928D583B79E46965238CBF912BAAA46B9CCB709A
79E46965238CBF912BAAA46B9CCB709AEE71095C468AE0E12C16656D7B6FA03C
EE71095C468AE0E12C16656D7B6FA03C7CFF560709FD229A8FC949831980480C
7CFF560709FD229A8FC949831980480CBA8D6A42B907417C9B32B620453D6253