

*Allegato A.1 alla Determinazione*

**VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA -  
ID.14PRE028.1**

L’anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 9:10 presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della FORNITURA DI MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA - ID.14PRE028.1, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 331 del 14/04/2017.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 1.302.582,95 (+ € 586.162,33 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota n. 0016440 del 15/06/2017, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Catia Todisco (teste) e il sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 15/06/2017, sono pervenuti n. 20 plichi, inviati dalle seguenti ditte che vengono numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	DITTA	CITTA'
08/06/2017	9.15	15481	1	MEDICALDUE SRL	CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
12/06/2017	10.05	15798	2	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	TRENTO (TN)
12/06/2017	10.12	15801	3	MIKAI SPA	GENOVA (GE)
12/06/2017	15.44	15863	4	ORTHOLAB SRL	MILANO (MI)
13/06/2017	10.00	15896	5	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL	PESCHIERA BORROMEO (MI)
13/06/2017	10.00	15897	6	ARTHREX ITALIA SRL	MILANO (MI)
13/06/2017	10.00	15901	7	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	SAN DONATO MILANESE (MI)
13/06/2017	10.40	15927 15928 <i>Integrazione</i>	8	EPISCAN SRL	PIZZOLI (AQ)
13/06/2017	13.12	15980	9	KRYOS SRL	SELVAZZANO DENTRO (PD)
13/06/2017	13.13	15981	10	ARTROMED SRL	CASALE SUL SILE (TV)
13/06/2017	13.13	15982	11	BIOMEDIKA SRL	MARTELLAGO (VE)
14/06/2017	8.56	16039	12	LIMA SM SPA	SERRAVALLE (R.S.M.)
14/06/2017	8.56	16040	13	ORTHOFIX SRL	BUSSOLENGO (VR)
14/06/2017	8.56	16041	14	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	POMEZIA (RM)
14/06/2017	10.15	16062	15	CITIEFFE SRL	CALDERARA DI RENO (BO)

14/06/2017	10.15	16063	16	BONE SRL	ROMA (RM)
14/06/2017	10.15	16064	17	INTRAUMA SPA	RIVOLI (TO)
14/06/2017	10.25	16066	18	NEWPHARM SRL	SAN GIUSTINA IN COLLE (PD)
14/06/2017	10.25	16068	19	3D SYSTEM SRL	TREVISO (TV)
14/06/2017	10.25	16069	20	SMITH & NEPHEW SRL	AGRATE BRIANZA (MB)

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, entro i termini di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN), le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sui plichi contenenti la campionatura, plichi pervenuti nei termini previsti dalle norme di partecipazione, giuste bolle agli atti di questa Amministrazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:



N. CRON.	DITTA	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	MEDICALDUE SRL	Ammissa con riserva in quanto all'interno della busta n. 1 contenente i "Documenti di partecipazione" non è stato rinvenuto il "PASSOE" di cui al punto 6 dell'art. 3 del Disciplinare di gara. Inoltre la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare di gara risulta non correttamente compilata: il punto e) richiama dei riferimenti non presenti nei punti citati dalla medesima dichiarazione.	Schede tecniche + CD + Campionatura	30bis, 106
2	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	3bis, 16, 21, 100, 107
3	MIKAI SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	34, 39, 40
4	ORTHOLAB SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	83bis
5	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	3bis
6	ARTHREX ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	30bis, 109
7	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	3bis, 6, 16, 39, 55, 108
8	EPISCAN SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	18, 21, 29, 30bis
9	KRYOS SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	16, 21, 29, 62
10	ARTROMED SRL	Ammissa con riserva in quanto nella "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare di gara non risulta compilato l'elenco di cui al punto n) relativo alle persone cui si riferisce la dichiarazione di cui al punto m).	Schede tecniche + CD + Campionatura	3bis, 12, 15, 16, 29, 107, 108, 109
11	BIOMEDIKA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	30bis
12	LIMA SM SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	21
13	ORTHOFIX SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	33, 34, 39, 83, 83bis
14	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	21, 100
15	CITIEFFE SRL	Ammissa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non barrata l'attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima.	Schede tecniche + CD + Campionatura	18, 39, 77

16	BONE SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	21, 30bis, 42
17	INTRAUMA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	12, 30bis
18	NEWPHARM SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	30bis
19	3D SYSTEM SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	3bis, 6, 16, 30bis
20	SMITH & NEPHEW SRL	Ammessa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non barrata l'attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima.	Schede tecniche + CD + Campionatura	16, 33, 34, 39, 55, 100, 108

La ditta MEDICAL DUE SRL viene ammessa con riserva in quanto all'interno della busta n. 1 contenente i "Documenti di partecipazione" non è stato rinvenuto il "PASSOE" di cui al punto 6 dell'art. 3 del Disciplinare di gara. Inoltre la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare di gara risulta non correttamente compilata: il punto e) richiama dei riferimenti non presenti nei punti citati dalla medesima dichiarazione.


La ditta ARTROMED SRL viene ammessa con riserva in quanto nella "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare di gara non risulta compilato l'elenco di cui al punto n) relativo alle persone cui si riferisce la dichiarazione di cui al punto m).

La ditta CITIEFFE SRL viene ammessa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non barrata l'attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima.

La ditta SMITH & NEPHEW SRL viene ammessa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non barrata l'attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima.

Posto quanto sopra, l'EGAS provvederà a richiedere la regolarizzazione delle proprie posizioni alle ditte MEDICAL DUE SRL, ARTROMED SRL, CITIEFFE SRL e SMITH & NEPHEW SRL integrando le documentazioni di cui sopra e ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare di gara.

**SEDE LEGALE:** Udine - Via Pozzuolo 330  
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241  
C.F./P.IVA 02801630308  
e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)  
PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)



Tutte le altre ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato, siglato e conservato in cassaforte a cura del Presidente stesso.

La seduta si chiude alle ore 11:25.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* \_\_\_\_\_

Sig.ra Catia Todisco *F.to* \_\_\_\_\_

Sig. Eros Schneider *F.to* \_\_\_\_\_

**VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA – ID.14PRE028.1**

L’anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 8:47, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove determinazioni dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA – ID.14PRE028.1.

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), il dott. Raffaele Vattori (teste), e il sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 22/06/2017, le ditte MEDICAL DUE SRL, ARTROMED SRL, CITIEFFE SRL e SMITH & NEPHEW SRL sono state ammesse con riserva alle fasi successive del procedimento, come riportato nel verbale della medesima seduta.


Con note protocolli EGAS nn. 0017197, 0017198, 0017199 e 0017200 del giorno 22/06/2017 sono state inviate alle ditte MEDICAL DUE SRL, ARTROMED SRL, CITIEFFE SRL e SMITH & NEPHEW SRL le comunicazioni di ammissione con riserva con richiesta che le proprie posizioni vengano regolarizzate, ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara.

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, le ditte MEDICAL DUE SRL, ARTROMED SRL, CITIEFFE SRL e SMITH & NEPHEW SRL hanno inviato quanto richiesto nelle lettere di ammissione con riserva.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 0017947 del giorno 29/06/2017 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte MEDICAL DUE SRL, ARTROMED SRL, CITIEFFE SRL e SMITH & NEPHEW SRL hanno provveduto a regolarizzare le proprie posizioni (come da

**SEDE LEGALE:** Udine - Via Pozzuolo 330  
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241  
C.F./P.IVA 02801630308  
e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)  
PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)



documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, le stesse vengono ammesse alle fasi successive della procedura.

La seduta si chiude alle ore 8:49.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* \_\_\_\_\_

Dott. Raffaele Vattori *F.to* \_\_\_\_\_

Sig. Eros Schneider *F.to* \_\_\_\_\_



**VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA –  
ID.14PRE028.1**

L’anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 14:04, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA – ID.14PRE028.1.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon                      presidente
- Sig.ra Catia Todisco                      componente
- Sig. Eros Schneider                      componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 03/10/2017 e 21/11/2017 (allegato 1) di cui si da lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.


Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all’allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio.

Il presente verbale viene rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 15:04.



**SEDE LEGALE:** Udine - Via Pozzuolo 330  
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241  
C.F./P.IVA 02801630308  
e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)  
PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)



Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

*F.to* \_\_\_\_\_

Sig.ra Catia Todisco

*F.to* \_\_\_\_\_

Sig. Eros Schneider

*F.to* \_\_\_\_\_

*Allegati:*

- n. 2 verbali della Commissione Giudicatrice (All. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (All. 2).

**All. 1**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
“MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA” (ID 14PRE028.1)  
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA**

Il giorno 3 ottobre 2017 alle ore 10:10, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| • dott. Sandro Crovato   | Presidente |
| • dott. Jacopo Bonica    | Componente |
| • dott. Gianluca Canton  | Componente |
| • dott. Cristiano Errico | Componente |
| • dott. Giuseppe Giglio  | Componente |

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Raffaele Vattori con funzioni di segretario verbalizzante.

**PREMESSO**

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

#### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

#### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- prende atto dei lotti deserti per totale assenza di offerte ricevute (nn. 27, 32bis, 46, 76ter, 110);

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento;

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 3bis al n. 42 e dispone che tali punteggi vengano riportati nell'ultimo verbale di valutazione tecnica.

A conclusione dei lavori, alle ore 13:30, la Commissione decide di aggiornare i lavori al 21/11/2017 e ricomponi, quindi, la documentazione tecnica oggetto di valutazione, che verrà custodita presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

dott. Sandro Crovato	<i>F.to</i> _____	Presidente
dott. Jacopo Bonica	<i>F.to</i> _____	Componente
dott. Gianluca Canton	<i>F.to</i> _____	Componente
dott. Cristiano Errico	<i>F.to</i> _____	Componente
dott. Giuseppe Giglio	<i>F.to</i> _____	Componente
dott. Raffaele Vattori	<i>F.to</i> _____	segretario verbalizzante

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
“MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA” (ID 14PRE028.1)  
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA**

Il giorno 21 novembre 2017 alle ore 9:15, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| • dott. Sandro Crovato   | Presidente |
| • dott. Jacopo Bonica    | Componente |
| • dott. Gianluca Canton  | Componente |
| • dott. Cristiano Errico | Componente |
| • dott. Giuseppe Giglio  | Componente |

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Raffaele Vattori con funzioni di segretario verbalizzante.

**PREMESSO**

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

#### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- da lettura del precedente verbale redatto in data 03/10/2017;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
  1. il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione;
  2. l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità (per i lotti dal n. 55 al n. 109) sulla base dei criteri e dei parametri specificati nel Capitolato speciale;

Rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

#### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti riprende l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata per i lotti dal n. 55 al n. 109, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 55 al n. 109 e redige un prospetto riepilogativo, comprensivo anche dei lotti valutati in data 03/10/2017, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate le ditte non ammesse per carenza

delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento Qualità e le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 11:40, la Commissione Giudicatrice riordina il plico contenente la documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita presso gli uffici dell'EGAS - e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

dott. Sandro Crovato	<i>F.to</i> _____	Presidente
dott. Jacopo Bonica	<i>F.to</i> _____	Componente
dott. Gianluca Canton	<i>F.to</i> _____	Componente
dott. Cristiano Errico	<i>F.to</i> _____	Componente
dott. Giuseppe Giglio	<i>F.to</i> _____	Componente
dott. Raffaele Vattori	<i>F.to</i> _____	segretario verbalizzante

*Allegato: n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa*



# Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica - qualitativa

LOTTO	Descrizione	Semplicità di utilizzo del presidio offerto	Qualità, profilo, forma	Qualità della strumentazione messa a disposizione	Gamma di produzione (taglie, diametri, lunghezze, ecc.)	Organizzazione e assistenza di vendita	Servizio di assistenza tecnica e scientifica - presenza in sala operatoria	Progetto di formazione/aggiornamento del personale sanitario relativamente ai presidi offerti	TOTALE	Esito ammissibilità	MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>40,00</b>			
	<b>Punti max</b>											
	<b>Coefficienti variabili tra 0 e 1:</b>											
	<b>SCARSO = 0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>INSUFFICIENTE = 0,20</b>	1,60	1,60	1,60	1,20	0,60	0,80	0,60				
	<b>MEDIOCRE = 0,40</b>	3,20	3,20	3,20	2,40	1,20	1,60	1,20				
	<b>SUFFICIENTE = 0,60</b>	4,80	4,80	4,80	3,60	1,80	2,40	1,80				
	<b>BUONO = 0,80</b>	6,40	6,40	6,40	4,80	2,40	3,20	2,40				
	<b>OTTIMO = 1,00</b>	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00				
3 BIS	Placche anatomiche in lega di titanio per le fratture extra articolare di omero distale, bloccabili con viti da corticale e stabilità angolare da 3.5. Le placche devono posizionarsi nella parte postero laterale dell'omero e avere lunghezze e spessore adatte al trattamento delle fratture metafisarie più o meno lunghe. Varie lunghezze 4/6/8 10 fori.											
	3D SYSTEM SRL	6,40	4,80	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	31,20	ammessa		31,20
	ARTROMED SRL	8,00	6,40	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	36,40	ammessa	Presenta fori per fili di Kirschner	36,40
	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL	6,40	4,80	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	31,20	ammessa		31,20
	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa	Presenta fori per fili di Kirschner. Ottimo profilo anatomico della placca. Presenta, inoltre, la placca con profilo più sottile	40,00
	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	6,40	4,80	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	35,20	ammessa		35,20
6	PLACCHE CON CERCHIAGGIO PER SINTESI FRATTURE PERIPROTESICHE Sistema di placche con cerchiaggio per sintesi di fratture periprotetiche a livello femorale prossimale e meta-diafisario e sintesi Grande Trocantere in casi di revisione d'anca. Disponibilità di placche diafisarie (in acciaio a 6-8-10 fori, varie lunghezze) e trocanterico-diafisarie (in lega di titanio, varie lunghezze) con relativi cavi di cerchiaggio (diam.1.8mm acciaio e Co-Cr). Il cavo deve passare all'interno della placca stessa e poter essere pretensionato per un successivo ulteriore ritensionamento e bloccaggio definitivo (tramite apposito tensionatore dinamometrico con scala graduata e morsetti dedicati inclusi nello strumentario). Il sistema deve altresì prevedere cavi per cerchiaggio singolo (diam. 1.8mm sia in acciaio che Co-Cr). Ulteriori componenti accessori richiesti sono: - bottoni esagonali (asole in acciaio/titanio, diam.3.5-5.0mm) da applicare sulla testa delle viti da corticale per la stabilizzazione dei cerchiaggi singoli se utilizzati unitamente a placche convenzionali. - cavi con ago (diam.1.3mm) per sintesi parti molli (cuffia rotatori). - cavi con vite spongiosa (diam.1.3mm, vite 4.0mm e lunghezza 35-40-45-65mm) per sintesi a "8" di olecrano, rotula, malleolo. Deve essere altresì disponibile una versione di placca in titanio Protasul-Ti con la caratteristica di avvolgere completamente il massiccio trocanterico e per poter essere stabilizzata da viti in titanio Protasul-100 di diam.3.5-4.0-4.5mm da poter dirigere in un angolo di 45° a livello trasversale e 20° in quello ventro-dorsale. Tutti i prodotti richiesti devono essere forniti in confezioni sterili.											
	3D SYSTEM SRL									non ammessa	Pur presentando una dichiarazione di equivalenza tecnica del prodotto l'offerta è priva dei seguenti elementi: cavo con ago, vite spongiosa con cerchiaggio e placca trocanterica	
	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		40,00
12	PLACCA PER ARTRODESI Placca in titanio per artrodesi a 4 angoli del carpo (con relative viti), di forma sferica a basso profilo.											
	ARTROMED SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	38,00	ammessa		40,00
	INTRAUMA SPA									non ammessa	la placca non è di forma sferica	
15	Placche per scapola trattano le fratture del corpo, del bordo mediale e laterale della spina della scapola incluso l'acromion; le fratture intra-articolari della glenoide e del collo della glenoide, con codice colore per distinguere le varie versioni: placche anatomiche dx e sx, con differenti geometrie per accompagnarsi al massimo alla varietà di curvature della scapola.											
	ARTROMED SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	38,00	ammessa		40,00
16	Placche per clavicola trattano le fratture dal terzo medio al terzo laterale della clavicola, con codice colore per distinguere le varie versioni: - placche superiori dx e sx, preconformate con possibilità di rotazione di 180° per aumentare maggiormente adattabilità alla curvatura anatomica della clavicola; - placche anteriori mediali e laterali; - placche superiori distali dx e sx; il sistema deve permettere di impiantare fino a 10 viti da 3,5 mm o da 2,7 mm e viti a stabilità angolare da 2,3 mm o pin.											
	3D SYSTEM SRL									non ammessa	non ha viti a stabilità angolare da 2,3 mm. Non ha placche anteriori laterali	
	ARTROMED SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	38,00	ammessa		39,58
	KRYOS SRL									non ammessa	non ha viti a stabilità angolare da 2,3 mm.	
	SMITH & NEPHEW SRL									non ammessa	Non ha codice colore. Non ha viti a stabilità angolare da 2,3 mm. Non ha placche anteriori mediali laterali	
	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL									non ammessa	Non ha viti a stabilità angolare da 2,3 mm. Non c'è possibilità di rotazione di 180°	
	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	6,40	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	38,40	ammessa	Non ha codice colore ma è presente sulla placca l'indicazione dx e sx (equivalente al codice colore)	40,00
18	CAMBRE IN TITANIO Cambre per osteotomia con e senza scalino, dentata e non, dotate di dentini di fissaggio fra i due monconi (misure diverse-forme diverse).											
	CITIEFFE SRL									non ammessa	manca cambra con scalino	
	EPISCAN SRL									non ammessa	manca cambra con scalino	
21	VITI CANNULATE AUTOFORANTI IN TITANIO a) Viti cannulate autoforanti da 3,4,5,6,5,7,3 mm in titanio con relative rondelle b) Viti cannulate autoforanti a doppio passo tipo Herbert diametro 3 e 2,4 in titanio con relativo strumentario.											
	BONE SRL									non ammessa	manca diametro 3 mm della vite di Herbert (voce b)	
	EPISCAN SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	36,00	ammessa		36,00
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		40,00
	KRYOS SRL									non ammessa	manca diametro 2,4 mm della vite di Herbert (voce b)	
	LIMA SM SPA	8,00	8,00	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	38,00	ammessa		38,00
	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		40,00
27	Vite in polipropilene, per artrosi della sottoastragala, totalmente riassorbibili nel tempo, ad accesso laterale, per la correzione del piede piatto infantile, ad effetto di vite ad espansione progressiva e di calibro variabile. <b>DESERTO</b>											
29	Vite ad alta compressione in titanio, profilo tronco conico svasato prive di testa, completamente filettate, cannulate nelle diverse misure e diametri: standard, mini e micro per la sintesi di fratture, fusioni e malunioni.											
	ARTROMED SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	38,00	ammessa		40,00
	EPISCAN SRL	8,00	6,40	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	34,40	ammessa	svasatura appena accennata	36,21
	KRYOS SRL									non ammessa	presenta un solo diametro	
30 BIS	Vite cannulate troncoconiche in titanio, con spire a-traumatiche, per trattamento del piede iperpronato. Misure da 7/8/9/10/11/12 con possibilità di impianto tramite filo guida e strumentario completo di relative prove ed estrattore, nel caso di rimozione dell'impianto.											
	3D SYSTEM SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	36,00	ammessa		36,00
	ARTHREX ITALIA SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		40,00
	BIOMEDIKA SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	36,00	ammessa		36,00
	BONE SRL									non ammessa	la vite proposta non è per il trattamento del piede iperpronato, è una vite troncoconica normale.	
	EPISCAN SRL	8,00	4,80	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	32,80	ammessa	profondità del filetto inferiore rispetto a quella delle altre viti	32,80
	INTRAUMA SPA	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		40,00
	MEDICALDUE SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	36,00	ammessa		36,00
	NEWPHARM SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	36,00	ammessa		36,00
32 BIS	Sistema per la fissazione femorale del neo legamento della ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio. <b>DESERTO</b>											
33	Sistema di fissazione esterna circolare per il trattamento o mancata unione di ossa lunghe, allungamento degli arti mediante distrazione epifisaria o metafisaria, correzione di malformazioni dei tessuti ossei.											
	ORTHOFIX SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		40,00
	SMITH & NEPHEW SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		40,00
34	FISSATORE ESTERNO Sistema di fissazione esterna completa - Sistema modulare e versatile dotato di morsetti con snodo sferico. Il sistema deve disporre di elementi, anelli e morsetti intercambiabili per la sintesi nei vari distretti ossei (omero, radio, tibia, femore, polso, mano e piede). Tale sistema deve consentire impianti monolaterali e ibridi.											
	MIKAI SPA									non ammessa	non ha snodo sferico	
	ORTHOFIX SRL									non ammessa	non prevede impianto ibrido e non ha snodo sferico	
	SMITH & NEPHEW SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		40,00
39	FISSATORE ESTERNO Fissatore per polso leggero radiotrasparente con morsetti snodati il cui bloccaggio avvenga con un sistema meccanico a bussola ed eccentrico. Il fissatore deve disporre di viti ossee autoproforanti e il tutto deve essere contenuto in un'unica confezione sterile.											
	CITIEFFE SRL									non ammessa	il fissatore e le viti ossee autoproforanti non sono in un'unica confezione sterile	
	MIKAI SPA									non ammessa	manca snodo eccentrico o relazione di equivalenza del sistema proposto	
	ORTHOFIX SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		40,00
	SMITH & NEPHEW SRL									non ammessa	manca snodo eccentrico o relazione di equivalenza del sistema proposto	
	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL									non ammessa	non presenta campionatura	
40	FISSATORE ESTERNO Sistema di fissazione esterna per piccoli segmenti scheletrici costituito da morsetti che consentano movimenti di rotazione attorno ai perni o alle barre di 360°, possibilità di alloggiare due fiches o fili di calibro da 1mm e 2mm sia in coppia che singolarmente, che di diametro diverso. Barra di raccordo filettata prevista anche con elemento angolare. Fiches autofilettanti.											
	MIKAI SPA	8,00	8,00	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	38,00	ammessa		40,00
42	Sistema di fissazione percutanea di fratture di vari distretti monouso e non risterilizzabile costituito da fili di acciaio di diametro da 1,5 a 3 mm a punta lanceolata a becco o a diamante e placca-morsetto esterno a vite per bloccaggio dei fili con possibilità di connessioni multiple degli elementi di sintesi nei tre piani dello spazio.											
	BONE SRL									non ammessa	manca la capacità di sintesi nei tre piani dello spazio	

46	CHIODI a) Chiodo alesato femorale in acciaio Chiodo alesato femorale diafisario diversi diametri e lunghezze in acciaio amagnetico, con possibilità di inserimento sia anterogrado che retrogrado, con viti di bloccaggio distali e prossimali, e vite per compressione e fori di dinamizzazione. b) Chiodo femorale in acciaio Chiodi femorali in acciaio amagnetico, lateralizzati con curva prossimale, con possibilità multiple di bloccaggio prossimale, particolarmente la possibilità di fissare contemporaneamente sia la frattura diafisaria che l'eventuale frattura del collo femorale o pertrocanterica associata, i fori di bloccaggio distale devono essere prossimi alla fine del chiodo (non più di 3 cm) e multiplanari. c) Chiodo alesato tibiale in acciaio Chiodo alesato tibiale diafisario diversi diametri e lunghezze in acciaio amagnetico, con viti di bloccaggio distali e prossimali, e vite per compressione e vite a stabilità angolare fori di dinamizzazione. d) Chiodo omerale in acciaio Chiodo omerale in acciaio amagnetico, vari calibri e lunghezze, bloccato prossimalmente con viti e distalmente con vite ad espansione.													
	<b>DESERTO</b>													
55	CHIODI IN TITANIO a) Chiodo alesato femorale in titanio Chiodo alesato femorale diafisario diversi diametri e lunghezze in titanio, con possibilità di inserimento sia anterogrado che retrogrado, con viti di bloccaggio distali e prossimali, e vite per compressione e fori di dinamizzazione. b) Chiodo femorale in titanio Chiodi femorali in lega di titanio, lateralizzati con curva prossimale, con possibilità multiple di bloccaggio prossimale, particolarmente la possibilità di fissare contemporaneamente sia la frattura diafisaria che l'eventuale frattura del collo femorale o pertrocanterica associata, i fori di bloccaggio distale devono essere prossimi alla fine del chiodo (non più di 3 cm) e multiplanari. c) Chiodo alesato tibiale in titanio Chiodo alesato tibiale diafisario diversi diametri e lunghezze in titanio anodizzato, con viti di bloccaggio distali e prossimali, e vite per compressione e vite a stabilità angolare fori di dinamizzazione d) Chiodo omerale in titanio Chiodo omerale cefalomidollare, un destro ed un sinistro. Chiodo Cannulato con curvatura sul piano M/L per un facile inserimento nel canale. Disponibile in due versioni: Corto e Lungo. Almeno 4 fori prossimali filettati con sistema di prevenzione del pullout. Possibilità di fissazione del trachte. e) Chiodo omerale in titanio Chiodo omerale diafisario con introduzione anterograda e retrograda: 2 curvature in A/P (1 prossimale ed 1 distale) per facilitare l'introduzione del chiodo, 2 fori prossimali filettati per la stabilità angolare. f) Chiodo cefalo midollare in titanio Chiodo cefalo midollare femorale, completamente cannulato, con curvatura mediolaterale. Chiodi, sia nella versione standard che nella versione lunga, procurvati Destri e Sinistri. Angoli CervicoDiafisari variabili (minimo 3) Vite LAG con possibilità di compressione.													
	SMITH & NEPHEW SRL										non ammessa	non c'è chiodo retrogrado di omero (richiesto da voce e). Per la voce f) offre solo due angoli di chiodi (anche se dichiara la possibilità di farlo a richiesta in un terzo angolo. Tuttavia nell'offerta economica non se ne fa menzione).		
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL										non ammessa	per la voce d) presenta tre fori laterali e non quattro e non è dichiarata la curvatura sul piano M/L			
62	FILI GUIDA Fili guida per legamento crociato anteriore per viti ad interferenza, diametro 1,1 mm X 40 mm di lunghezza.													
	KRYOS SRL									non ammessa	non presenta campionatura			
76 TER	Protesi di polso in pirocarbonio del tipo spaziatore con doppia curvatura a forma quadriellittica senza punti di ancoraggio.	<b>DESERTO</b>												
77	KIT SUTURA TRANSCUTANEA PER TENDINE D'ACHILLE Kit completo per sutura transcutanea per tendine d'achille in dacron o altro materiale biocompatibile e di alta tenuta, composto da un ago semiretto, fissaggio prossimale con ancora metallica, deve prevedere un filo o un'ansa per la sua rimozione.													
	CITIEFFE SRL									non ammessa	kit non completo: manca il filo, l'ancora di fissaggio e l'ago semiretto			
83	SPAZIATORI ARMATI MODULARI CEMENTATI PER PROTESI D'ANCA E GINOCCHIO Per applicazione articolare temporanea di cemento in attesa della scomparsa di infezioni, prima dell'impianto di una protesi convenzionale. Presenza di doppio antibiotico (gentamicina e vancomicina), diverse misure/taglie disponibili. Gli stampi dello spaziatore devono essere dotati di anima metallica (struttura portante in acciaio ricoperta di cemento osseo) in grado di sopportare un carico parziale. Buona stabilità e tenuta meccanica. a) spaziatore per anca b) spaziatore per ginocchio													
	ORTHOFIX SRL									non ammessa	gli stampi dello spaziatore non sono dotati di anima metallica			
83 BIS	SPAZIATORI ARMATI MODULARI CEMENTATI PER PROTESI D'ANCA E GINOCCHIO Per applicazione articolare temporanea di cemento in attesa della scomparsa di infezioni, prima dell'impianto di una protesi convenzionale. Presenza di antibiotico, diverse misure/taglie disponibili. Gli stampi dello spaziatore devono essere dotati di anima metallica (struttura portante in acciaio ricoperta di cemento osseo) in grado di sopportare un carico parziale. Buona stabilità e tenuta meccanica. a) spaziatore per anca b) spaziatore per ginocchio													
	ORTHOFIX SRL									non ammessa	gli stampi dello spaziatore non sono dotati di anima metallica			
ORTHOLAB SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	38,00	ammessa			40,00		
100	Placche anatomiche per trattamento delle fratture laterali della tibia prossimale per viti da 3.5 corticale e stabilità angolare ad angolo variabile in tutti i fori filettati della placca. Questa deve essere conformata per poter inserire almeno 4/6 viti prossimali sotto il piatto tibiale in modo da ottenere un sostegno ottimale nelle fratture articolari pluriframmentate articolari. Lunghezze disponibili fino a 23 cm e possibilità di inserimento delle viti distali con tecnica mini invasiva sia delle viti da corticale che delle stabilità angolare. a) placche b) viti da corticale 3.5 c) viti stabilità angolare ad angolo variabile													
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa			40,00	
	SMITH & NEPHEW SRL									non ammessa	le placche non arrivano fino a 23 cm, la più lunga è di 15,5 cm			
	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL									non ammessa	non ha l'angolo variabile sulle viti a stabilità angolare			
106	Sistema dedicato a proteggere e ricoprire la parte sporgente di fili e chiodi, siano essi lisci o filettati. Il sistema deve prevenire la migrazione e l'infossamento dei fili.													
	MEDICALDUE SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	1,80	2,40	1,80	36,00	ammessa			40,00	
107	Impianto flessibile endomidollare monoblocco, sviluppato per le articolazioni delle dita della mano come ausilio nel ripristino della funzione compromessa da artrite reumatoide, degenerativa e post traumatica.													
	ARTROMED SRL	8,00	8,00	8,00	3,60	2,40	3,20	2,40	35,60	ammessa			35,60	
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	3,00	4,00	3,00	40,00	ammessa		offre un maggior numero di taglie		40,00	
108	Placca anatomica in titanio a basso profilo per capitello radiale con viti a stabilità angolare e angolo variabile.													
	ARTROMED SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	38,00	ammessa			40,00	
	SMITH & NEPHEW SRL									non ammessa	non è una placca per capitello radiale			
	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL									non ammessa	la placca non ha angolo variabile			
109	Protesi inter falangea.													
	ARTHREX ITALIA SRL									non ammessa	è una metatarso-falangea, non interfalangea			
ARTROMED SRL	8,00	8,00	8,00	6,00	2,40	3,20	2,40	38,00	ammessa			40,00		
110	Spaziatore tendineo in silicone.	<b>DESERTO</b>												





# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 25/01/2018 14:37:09

IMPRONTA: 84178BFE3D9C9475D303ED63C809EA9751D2B0EC56BE3D1AD58289A6299FB175  
51D2B0EC56BE3D1AD58289A6299FB1756AF0880F61C1713C5770FF4798A8FAF9  
6AF0880F61C1713C5770FF4798A8FAF957AD270C4EF8D5A30765AA47974CA6F4  
57AD270C4EF8D5A30765AA47974CA6F4E826C24CD2CBFAFED5F062C6C1BFE2C8