

Allegato A.1 alla Determinazione

VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SUTURATRICI MECCANICHE” ID.16PRE011

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 9:05 presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di “SUTURATRICI MECCANICHE” ID.16PRE011, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 28/03/2017.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 3.256.318,62 (+ € 1.193.983,49 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota n. 0013025 del 16/05/2017, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal sig. Eros Schneider (teste) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 18/05/2017, sono pervenuti n. 11 plichi, inviati dalle seguenti ditte che vengono numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	DITTA	CITTA'
15/05/2017	10.35	12839	1	B.BRAUN MILANO SPA	MILANO (MI)
15/05/2017	10.35	12840	2	INNOVAMEDICA SPA	CUSAGO (MI)
17/05/2017	8.13	13101	3	PAUL HARTMANN SPA	VERONA (VR)
17/05/2017	8.30	13102	4	LAMONEA SRL	ANCONA (AN)
17/05/2017	8.30	13103	5	MEHOS SRL	ARESE (MI)
17/05/2017	8.30	13104	6	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	POMEZIA (ROMA)
17/05/2017	9.55	13129	7	EUROCLONE SPA	PERO (MI)
17/05/2017	10.30	13139	8	SEDA SPA	TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
17/05/2017	10.30	13140	9	SVAS BIOSANA SPA	SOMMA VESUVIANA (NA)
18/05/2017	8.44	13290	10	MEDTRONIC ITALIA SPA	MILANO (MI)
18/05/2017	10.27	13316	11	TELEFLEX MEDICAL SRL	VAREDO (MB)

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente rileva che la ditta EUROCLONE SPA non ha inviato la campionatura entro i

termini di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta e, pertanto, viene esclusa dalla gara, come previsto dal Capitolato speciale.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, entro i termini di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN), le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sui plichi contenenti la campionatura, plichi pervenuti nei termini previsti dalle norme di partecipazione, giuste bolle agli atti di questa Amministrazione. Vengono invece aperti i plichi contenenti la campionatura delle ditte LAMONEA SRL e MEHOS SRL in quanto privi di bolle accompagnatorie.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	B.BRAUN MILANO SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 17
2	INNOVAMEDICA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 1-3-4-7-8-14-15
3	PAUL HARTMANN SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 20
4	LAMONEA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 3-15

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

EGAS

5	MEHOS SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 13
6	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 1-3-4-5-7-11-12- 13-14-15-16-17
7	EUROCLONE SPA	Esclusa	Esclusa	Esclusa
8	SEDA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 14-15-19
9	SVAS BIOSANA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 1-4-8-14-15
10	MEDTRONIC ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 2-4-6-7-8-9-10- 13-14-15-16-18-19
11	TELEFLEX MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 13-17

Tutte le ditte, ad eccezione della ditta EUROCLONE SPA, vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato, siglato e conservato in cassaforte a cura del Presidente stesso.

Dispone altresì che i plichi aperti, contenenti la campionatura delle ditte LAMONEA SRL e MEHOS SRL, vengano ricomposti per i lavori della Commissione Giudicatrice.

La seduta si chiude alle ore 10:26.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____

Dott.ssa Ilaria Carlini *F.to* _____

VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SUTURATRICI MECCANICHE” ID.16PRE011

L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 14:06, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “SUTURATRICI MECCANICHE” ID.16PRE011.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Sig.ra Catia Todisco componente
- Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nel verbale redatto in data 05/09/2017 (allegato 1) di cui si dà lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all’allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio.

Relativamente al lotto n. 13, nel corso della lettura, si prende atto che nella graduatoria finale si è verificata una parità di punteggio complessivo tra le ditte MEDTRONIC ITALIA SPA e TELEFLEX MEDICAL SRL, risultate entrambe seconde con la seguente medesima offerta: voce a) offerta a €2,08, voce b) offerta a €2,08 e voce c) offerta a €0,55 per un totale complessivo

presunto per 36 mesi pari a €151.605,90. Per economicità di procedura, si ritiene necessario individuare nella seduta odierna un'unica ditta seconda in graduatoria. Rilevato che risulta presente solo la ditta MEDTRONIC ITALIA SPA; la ditta pertanto viene invitata a presentare offerta migliorativa specificando le modalità con le quali la stessa deve essere redatta. A seguito dell'invito la ditta MEDTRONIC ITALIA SPA presenta offerta secondo le modalità previste; pertanto si procede a dare lettura dell'offerta migliorativa proposta: voce a) offerta a €2,07, voce b) offerta a €2,07 e voce c) offerta a €0,55 per un totale complessivo presunto per 36 mesi pari a €150.983,35. La ditta MEDTRONIC ITALIA SPA viene pertanto individuata quale seconda in graduatoria per il lotto n. 13.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 14:59.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Sig.ra Catia Todisco *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____

Allegati:

- n. 1 verbale della Commissione Giudicatrice (all. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;
- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate:
 - le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento "Qualità";
 - le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 17:20, la Commissione Giudicatrice riordina il plico contenente la documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS - e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Paolo Ubiali *F.to* _____ presidente
- Dott. Alessandro Balani *F.to* _____ componente
- Dott. Mirco Santini *F.to* _____ componente
- Prof. Giovanni Terrosu *F.to* _____ componente
- Dott. Andrea Dell'Antonio *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

Allegato: n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa

Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica - qualitativa

LOTTO	VOCE	Descrizione	1) QUALITA'		2) CARATTERISTICHE FUNZIONALI			PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 24,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
			1.1 - Caratteristiche costruttive	1.2 - Caratteristiche migliorative / innovative	2.1 - Affidabilità e sicurezza di impiego	2.2 - Praticità e maneggevolezza	2.3 - Confezionamento				
			<i>Saranno valutate la tipologia e la resistenza / tenuta dei materiali impiegati e le caratteristiche tecniche e costruttive dei dispositivi</i>	<i>Sarà valutata la presenza/assenza e la rilevanza di eventuali caratteristiche eccedenti / migliorative rispetto a quelle minime richieste, anche con riferimento alla gamma di misure offerte (ove pertinente)</i>	<i>Sarà valutato il livello di adeguatezza ed affidabilità del dispositivo, in relazione alle esigenze cliniche e alle tecniche in uso presso i servizi utilizzatori</i>	<i>Sarà valutata la facilità di utilizzo intesa come maneggevolezza ed ergonomia</i>	<i>Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa</i>				
		Punti max	5,00	7,00	16,00	10,00	2,00	40,00		Motivazione del punteggio	
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		INSUFFICIENTE = 0,20	1,00	1,40	3,20	2,00	0,40				
		MEDIOCRE = 0,40	2,00	2,80	6,40	4,00	0,80				
		SUFFICIENTE = 0,60	3,00	4,20	9,60	6,00	1,20				
		BUONO = 0,80	4,00	5,60	12,80	8,00	1,60				
		OTTIMO = 1,00	5,00	7,00	16,00	10,00	2,00				
1		Suturatrici circolari curve, sterili, monouso, stelo minimo utilizzabile 28 cm (+/-4 cm); testina staccabile non basculante e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti. Tenuta stagna, anche per uso laparoscopico									
		INNOVAMEDICA SPA	4,00	0,00	9,60	6,00	0,00	19,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	campionatura: all'apertura della confezione primaria viene rilevata presenza di colla/materiale cartaceo anche sulla parte sterile; sicurezza di impiego inferiore in quanto non è presente una scala graduata dei gradi di chiusura dei punti metallici; non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; praticità inferiore in quanto il manipolo risulta più pesante in rapporto alla lunghezza della parte utile	
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale, con particolare riferimento all'impugnatura più ergonomica	40,00
	SVAS BIOSANA SPA	4,00	0,00	9,60	6,00	1,60	21,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	sicurezza di impiego inferiore in quanto non è presente una scala graduata dei gradi di chiusura dei punti metallici; non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; praticità inferiore in quanto lo strumento risulta più corto e più pesante		
2		Suturatrici circolari curve, sterili, monouso, stelo 28cm (+/-2 cm); testina staccabile, basculante e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti. Tenuta stagna, anche per uso laparoscopico									
		MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa		40,00
3		Suturatrici circolari curve, sterili, monouso, stelo minimo utilizzabile 18 cm (+/-4 cm); testina staccabile non basculante e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti.									
		INNOVAMEDICA SPA	4,00	0,00	9,60	6,00	0,00	19,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	campionatura: all'apertura della confezione primaria viene rilevata presenza di colla/materiale cartaceo anche sulla parte sterile; sicurezza di impiego inferiore in quanto non è presente una scala graduata dei gradi di chiusura dei punti metallici; non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; praticità inferiore in quanto il manipolo risulta più pesante in rapporto alla lunghezza della parte utile	
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale, con particolare riferimento all'impugnatura più ergonomica	40,00
	LAMONEA SRL	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale, con particolare riferimento all'impugnatura più ergonomica	40,00	
4		Suturatrici lineari taglia e cuci, sterili, monopaziente; punti in titanio in doppia o tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura; lama per anastomosi e transezione; chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela; ricaricabili; sistema di sicurezza e codice colore. Preferibilmente con doppio lato di azionamento nella lama di taglio									
	a	55/60mm standard									
	b	Ricarica									
c	55/60mm spessa										

d	Ricarica									
e	75/80 mm standard									
f	Ricarica									
g	75/80 mm spessa									
h	Ricarica									
i	100 mm standard									
l	Ricarica									
m	100 mm spessa									
n	Ricarica									
	INNOVAMEDICA SPA	4,00	0,00	6,40	4,00	1,60	16,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego mediocre in quanto priva del tasto di sgancio; maneggevolezza inferiore in quanto non ha il doppio lato di azionamento nella lama di taglio	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	6,40	4,00	1,60	16,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego mediocre in quanto priva del tasto di sgancio; maneggevolezza inferiore in quanto non ha il doppio lato di azionamento nella lama di taglio	
	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale	40,00
	SVAS BIOSANA SPA	4,00	0,00	9,60	6,00	1,60	21,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; maneggevolezza inferiore a causa dell'elevato peso dello strumento; sicurezza di impiego inferiore in quanto la punta è più tozza e gli spigoli sono più accentuati e di spessore complessivo maggiore	
5	Suturatrici lineari taglia e cucì, sterili, monopaziente; punti in titanio in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura; lama per anastomosi e transezione; chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela; ricaricabili; sistema di sicurezza. Preferibilmente con le seguenti caratteristiche: doppio lato di azionamento nella lama di taglio, ricarica universale e selezione altezza punto									
a	55/75mm									
b	Ricarica									
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa		40,00
6	Ricariche monouso per suturatrici lineari taglia e cucì pluriuso in acciaio									
a	55/60mm standard									
c	100 mm standard									
d	RICARICHE PER SUTURATRICE IN ACCIAIO PLURIUSO TA PREMIUM VARIE MISURE E COLORI									
	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa		40,00
7	Suturatrici lineari sterili, monopaziente, punti in doppia o tripla fila sfalsata in titanio; azionamento del perno di ritegno manuale o automatico; chiusura parallela delle ganasce; codice colore; sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale									
a	30 mm vascolare									
b	Ricarica									
c	30 mm standard									
d	Ricarica									
e	30 mm spessa									
f	Ricarica									
g	60mm standard									
h	Ricarica									
i	60 mm spessa									
l	Ricarica									
m	90 mm normale									
n	Ricarica									
o	90 mm spessa									
p	Ricarica									
	INNOVAMEDICA SPA	4,00	0,00	3,20	2,00	1,60	10,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; privo di perno di ritegno manuale o automatico; difficoltosa e poco intuitiva la rimozione della sicura sul caricatore	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	12,80	6,00	1,60	24,40	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; perno di ritegno meno controllabile	30,89
	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale	40,00
8	Suturatrici lineari sterili, monopaziente, punti in doppia o tripla fila sfalsata in titanio; azionamento del perno di ritegno manuale o automatico; chiusura parallela delle ganasce; codice colore; sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale; destinate a chirurgia "open"									
a	45 standard									
b	Ricarica									
c	45 spessa									
d	Ricarica									
	INNOVAMEDICA SPA	4,00	0,00	3,20	2,00	1,60	10,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; privo di perno di ritegno manuale o automatico; difficoltosa e poco intuitiva la rimozione della sicura sul caricatore	
	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale; presenti punti in doppia e tripla fila sfalsata	40,00

		SVAS BIOSANA SPA	4,00	0,00	9,60	4,00	1,60	19,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità inferiore: dispositivo più pesante e privo della tripla fila sfalsata di punti (come da campionatura presentata)	
9		Suturatrici lineari articolate sterili, monopaziente, punti in doppia fila sfalsata in titanio; perno di ritegno; testina articolata; stelo rotante									
	a	55 mm standard									
	b	55 mm spessa									
		MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa		40,00
10		Suturatrici lineari articolate sterili, monopaziente, punti in doppia e/o tripla fila sfalsata in titanio; perno di ritegno; testina articolata; stelo rotante									
	a	30 mm standard									
	b	30 mm spessa									
	c	30 mm vascolare									
		MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa		40,00
11		Suturatrici lineari sterili, monopaziente, punti in doppia e/o tripla fila sfalsata in titanio; perno di ritegno; branche curvilinee									
	a	40 mm standard									
	b	ricarica									
	c	40 mm spessa									
	d	ricarica									
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa		40,00
12		Kit per uso transanale. Suturatrici lineari sterili, monopaziente, punti in doppia e/o tripla fila sfalsata in titanio; perno di ritegno; branche curvilinee									
	a	30 mm spessa (ricarica)									
	b	sutura									
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa		40,00
13		Suturatrici cutanee monouso sterili, con punti in acciaio e con sistema di precarica, nella misura regolare e larga; contenenti 35 punti più estrattori di punti metallici monouso									
	a	punto regolare									
	b	punto largo									
	c	estrattori di punti metallici monouso									
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	12,80	8,00	1,60	26,40	ammessa	
		MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	12,80	8,00	1,60	26,40	ammessa		40,00
		MEHOS SRL	4,00	0,00	12,80	8,00	1,60	26,40	ammessa		40,00
		TELEFLEX MEDICAL SRL	4,00	0,00	12,80	8,00	1,60	26,40	ammessa		40,00
14		Kit per la cura della defecazione ostruita composto da una suturatrice circolare e strumentario monouso dedicato; altezza di chiusura del punto fino a 2,5									
		INNOVAMEDICA SPA	2,00	0,00	6,40	4,00	1,60	14,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; il materiale del kit risulta di qualità mediocre e poco maneggevole	
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale	40,00
		MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	9,60	6,00	1,60	21,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso inferiore	
		SEDA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale	40,00
		SVAS BIOSANA SPA	2,00	0,00	6,40	4,00	1,60	14,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; il materiale del kit risulta di qualità mediocre e poco maneggevole	
15		Kit per la cura della malattia emorroidaria composto da una suturatrice circolare e strumentario monouso dedicato; preferibilmente con diverse altezze di chiusura del punto									
		INNOVAMEDICA SPA	2,00	0,00	6,40	4,00	1,60	14,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; il materiale del kit risulta di qualità mediocre e poco maneggevole	
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale	40,00
		LAMONEA SRL	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale	40,00
		MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	9,60	6,00	1,60	21,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	sicurezza di impiego e praticità d'uso inferiore; non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste	
		SEDA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; sicurezza di impiego e praticità d'uso ottimale	40,00
16		Applicatori automatici monouso di clips emostatiche, sterili con 15, 20 o 30 clips in titanio a seconda della misura; morse angolate; riposizionamento completamente automatico della clip nella morsa; sistema di segnalazione delle ultime clips e sistema di bloccaggio automatico ad esaurimento della clip; impugnatura ergonomica; codice colore. Con meccanismo autostatico anticaduta della clip									
	a	misura piccola									
	b	misura media									
	c	misura grande									
	d	misura medio/grande									
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste; percezione di una migliore applicazione e chiusura della clip	40,00

	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	16,00	8,00	1,60	29,60	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste	37,47
17	Clip singole in titanio per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti 6 o più clips; preformate con zigrinatura; codice colore. L'aggiudicatario dovrà fornire a titolo gratuito le pinze necessarie all'utilizzo delle clip nella quantità richiesta									
	a	misura piccola								
	b	misura media								
	c	misura medio/grande								
	d	misura grande								
	e	misura micro								
	B.BRAUN MILANO SPA	4,00	0,00	12,80	8,00	1,60	26,40	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste	37,99
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4,00	0,00	12,80	8,00	1,60	26,40	ammessa	non presenti caratteristiche migliorative rilevanti rispetto a quelle minime richieste	37,99
	TELEFLEX MEDICAL SRL	4,00	1,40	12,80	8,00	1,60	27,80	ammessa	gamma di misure migliore, offre anche voce e)	40,00
18	Suturatrice meccanica lineare universale per chirurgia a cielo aperto, con graffette in titanio, meccanismo di resezione, transezione ed anastomosi; deve consentire l'applicazione ad ogni azionamento di due triple file di graffette; le graffette delle tre file devono essere sfalsate; manipo a pistola; compatibile con caricatori da 30 - 45- 60 mm varie misure di punti									
	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	16,00	10,00	1,60	31,60	ammessa		40,00
19	STRUMENTO MONOUSO PER CONFEZIONAMENTO BORSA DI TABACCO, varie misure con punti in acciaio e filo di sutura									
	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,00	0,00	12,80	8,00	1,60	26,40	ammessa		40,00
	SEDA SPA	4,00	0,00	12,80	8,00	1,60	26,40	ammessa		40,00
20	Kit per la rimozione dei punti di sutura composta da: garze in cotone idrofilo – pinza in plastica forma anatomica – coltellino leva punti con lama arrotondata, manico lungo, sigillato in busta di alluminio									
	PAUL HARTMANN SPA	4,00	0,00	12,80	8,00	1,60	26,40	ammessa		40,00

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16PRE011

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA			
1	Vedere All.A.2.agg.	€ 450.448,00			NON AMMESSA: INNOVAMEDICA SPA e SVAS BIOSANA SPA		
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		1.504	€ 460,000			
	Offerta economica totale per 36 mesi			€ 691.840,00			
	Punteggio economico			Fuori soglia			
2	Vedere All.A.2.agg.	€ 359.890,00		MEDTRONIC ITALIA SPA			
	Punteggio tecnico			Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		986	€ 364,000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 358.904,00		€ 358.904,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
				AGG			
3	Vedere All.A.2.agg.	€ 19.767,00		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	LAMONEA SRL		
	Punteggio tecnico			40,00	Anomala		
	Offerta economica		66	€ 460,000	€ 285,000	NON AMMESSA: INNOVAMEDICA SPA	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 18.810,00		€ 30.360,00	€ 18.810,00		
	Punteggio economico				60,00000		
	Punteggio totale			Fuori soglia	100,00000		
				AGG			
4	Vedere All.A.2.agg.	€ 555.312,00		MEDTRONIC ITALIA SPA			
	Punteggio tecnico			Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00		NON AMMESSA: INNOVAMEDICA SPA, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA e SVAS BIOSANA SPA	
	Offerta economica voce a)		1.020	€ 127,000			
	Offerta economica voce b)		1.180	€ 63,000			
	Offerta economica voce c)		160	€ 127,000			
	Offerta economica voce d)		180	€ 63,000			
	Offerta economica voce e)		1.066	€ 127,000			
	Offerta economica voce f)		1.616	€ 63,000			
	Offerta economica voce g)		290	€ 127,000			
	Offerta economica voce h)		310	€ 63,000			
	Offerta economica voce i)		45	€ 144,000			
	Offerta economica voce l)		46	€ 74,000			
	Offerta economica voce m)		45	€ 144,000			
	Offerta economica voce n)		52	€ 74,000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 549.302,00		€ 549.302,00			
	Punteggio economico			60,00000			
Punteggio totale			100,00000				
				AGG			
5	Vedere All.A.2.agg.	€ 321.100,50		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA			
	Punteggio tecnico			Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica voce a)		1.269	€ 79,500			
	Offerta economica voce b)		2.770	€ 79,500			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 321.100,50		€ 321.100,50			
Punteggio economico			60,00000				
Punteggio totale			100,00000				
				AGG			
6	Vedere All.A.2.agg.	€ 33.910,00		MEDTRONIC ITALIA SPA			
	Punteggio tecnico			Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica voce a)		100	€ 146,000			
	Offerta economica voce c)		72	€ 179,000			
	Offerta economica voce d)		50	€ 124,000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 33.688,00		€ 33.688,00			
Punteggio economico			60,00000				
Punteggio totale			100,00000				
				AGG			
7	Vedere All.A.2.agg.	€ 143.010,00		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MEDTRONIC ITALIA SPA		
	Punteggio tecnico			30,89	40,00	NON AMMESSA: INNOVAMEDICA SPA	
	Offerta economica voce a)		153	€ 80,000	€ 149,000		
	Offerta economica voce b)		147	€ 50,000	€ 59,000		
	Offerta economica voce c)		183	€ 80,000	€ 149,000		
	Offerta economica voce d)		21	€ 50,000	€ 59,000		
	Offerta economica voce e)		55	€ 80,000	€ 149,000		
	Offerta economica voce f)		57	€ 50,000	€ 59,000		
	Offerta economica voce g)		211	€ 80,000	€ 149,000		
	Offerta economica voce h)		111	€ 50,000	€ 59,000		
	Offerta economica voce i)		76	€ 80,000	€ 149,000		
	Offerta economica voce l)		81	€ 50,000	€ 59,000		
	Offerta economica voce m)		19	€ 80,000	€ 149,000		
	Offerta economica voce n)		23	€ 50,000	€ 59,000		
	Offerta economica voce o)		48	€ 80,000	€ 149,000		
	Offerta economica voce p)		81	€ 50,000	€ 59,000		
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 85.650,00		€ 85.650,00	€ 141.744,00		
	Punteggio economico			60,00000	36,25550		
	Punteggio totale			90,89000	76,25550		
				AGG	2^		

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA				
8	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	€ 31.725,00		<i>Anomala</i>	NON AMMESSA: INNOVAMEDICA SPA e SVAS BIOSANA SPA			
	Punteggio tecnico			40,00				
	Offerta economica voce a)		80	€ 169,000				
	Offerta economica voce b)		22	€ 74,000				
	Offerta economica voce c)		70	€ 169,000				
	Offerta economica voce d)		61	€ 74,000				
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 31.492,00		€ 31.492,00				
	Punteggio economico			60,00000				
Punteggio totale			100,00000					
				AGG				
9	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	€ 4.680,00		<i>Anomala</i>				
	Punteggio tecnico			40,00				
	Offerta economica voce a)		16	€ 179,000				
	Offerta economica voce b)		10	€ 179,000				
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 4.654,00		€ 4.654,00				
	Punteggio economico			60,00000				
	Punteggio totale			100,00000				
				AGG				
10	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	€ 33.600,00		<i>Anomala</i>				
	Punteggio tecnico			40,00				
	Offerta economica voce a)		70	€ 199,000				
	Offerta economica voce b)		49	€ 199,000				
	Offerta economica voce c)		49	€ 199,000				
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 33.432,00		€ 33.432,00				
	Punteggio economico			60,00000				
Punteggio totale			100,00000					
				AGG				
11	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	€ 93.652,00		<i>Anomala</i>				
	Punteggio tecnico			40,00				
	Offerta economica voce a)		72	€ 359,500				
	Offerta economica voce b)		70	€ 209,000				
	Offerta economica voce c)		92	€ 359,500				
	Offerta economica voce d)		96	€ 209,000				
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 93.652,00		€ 93.652,00				
	Punteggio economico			60,00000				
Punteggio totale			100,00000					
				AGG				
12	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	€ 1.480,00		<i>Anomala</i>				
	Punteggio tecnico			40,00				
	Offerta economica voce a)		2	€ 200,000				
	Offerta economica voce b)		2	€ 540,000				
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 1.480,00		€ 1.480,00				
	Punteggio economico			60,00000				
Punteggio totale			100,00000					
				AGG				
13	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	€ 151.605,90		<i>Anomala</i>		<i>Anomala</i>	<i>Anomala</i>	La ditta MEDTRONIC ITALIA SPA viene individuata quale seconda in graduatoria a seguito di offerta migliorativa nel corso della seduta (come da verbale del 26/09/2017).
	Punteggio tecnico			40,00	40,00	40,00	40,00	
	Offerta economica voce a)		9.465	€ 6,000	€ 2,070	€ 2,060	€ 2,080	
	Offerta economica voce b)		52.790	€ 6,000	€ 2,070	€ 2,060	€ 2,080	
	Offerta economica voce c)		40.210	€ 5,000	€ 0,550	€ 0,550	€ 0,550	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 150.360,80		€ 574.580,00	€ 150.983,35	€ 150.360,80	€ 151.605,90	
	Punteggio economico			Fuori soglia	59,75260	60,00000	59,50724	
	Punteggio totale				99,75260	100,00000	99,50724	
				2^	AGG	3^		
14	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	€ 19.500,00		<i>Anomala</i>		NON AMMESSA: INNOVAMEDICA SPA, MEDTRONIC ITALIA SPA e SVAS BIOSANA SPA		
	Punteggio tecnico			40,00	40,00			
	Offerta economica		65	€ 259,000	€ 230,000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 14.950,00		€ 16.835,00	€ 14.950,00			
	Punteggio economico			53,28185	60,00000			
Punteggio totale			93,28185	100,00000				
				2^	AGG			
15	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	€ 183.300,00		<i>Anomala</i>		<i>Anomala</i>	<i>Anomala</i>	NON AMMESSA: INNOVAMEDICA SPA, MEDTRONIC ITALIA SPA e SVAS BIOSANA SPA
	Punteggio tecnico			40,00	40,00	40,00	40,00	
	Offerta economica		611	€ 259,000	€ 283,000	€ 230,000	€ 230,000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 140.530,00		€ 158.249,00	€ 172.913,00	€ 140.530,00	€ 140.530,00	
	Punteggio economico			53,28185	48,76325	60,00000	60,00000	
	Punteggio totale			93,28185	88,76325	100,00000	100,00000	
				2^	AGG			
16	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	€ 357.376,00		<i>Anomala</i>				
	Punteggio tecnico			40,00	37,47			
	Offerta economica voce a)		2.210	€ 28,500	€ 30,000			
	Offerta economica voce b)		3.860	€ 28,500	€ 30,000			
	Offerta economica voce c)		2.088	€ 28,500	€ 30,000			
	Offerta economica voce d)		3.010	€ 28,500	€ 30,000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 318.288,00		€ 318.288,00	€ 335.040,00			
	Punteggio economico			60,00000	57,00000			
Punteggio totale			100,00000	94,47000				
				AGG	2^			

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	B.BRAUN MILANO SPA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	TELEFLEX MEDICAL SRL	
17	Vedere All.A.2.agg.	€ 190.715,20		Anomala	Anomala	Anomala	B.BRAUN MILANO SPA e JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA non offrono la voce e) corrispondente al 10,45% del valore del lotto: viene imputato il prezzo unitario di riferimento della voce e) indicato nell'Allegato al Capitolato Speciale.
	Punteggio tecnico			37,99	37,99	40,00	
	Offerta economica voce a)		176.100	€ 0,48333	€ 0,40830	€ 0,480	
	Offerta economica voce b)		132.180	€ 0,48333	€ 0,40830	€ 0,480	
	Offerta economica voce c)		5.320	€ 0,48333	€ 0,40830	€ 0,480	
	Offerta economica voce d)		8.620	€ 0,48333	€ 0,40830	€ 0,480	
	Offerta economica voce e)		37.620	€ 0,530	€ 0,530	€ 0,480	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 151.501,03		€ 175.677,19	€ 151.501,03	€ 172.723,20	
	Punteggio economico			51,74298	60,00000	52,62791	
Punteggio totale			89,73298	97,99000	92,62791		
				AGG	2^		
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA			
18	Vedere All.A.2.agg.	€ 260.400,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		1.240	€ 209,000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 259.160,00		€ 259.160,00			
	Punteggio economico			60,00000			
Punteggio totale			100,00000				
				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA	SEDA SPA		
19	Vedere All.A.2.agg.	€ 12.616,00		Anomala	Anomala		
	Punteggio tecnico			40,00	40,00		
	Offerta economica		166	€ 75,000	€ 70,000		
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 11.620,00		€ 12.450,00	€ 11.620,00		
	Punteggio economico			56,00000	60,00000		
Punteggio totale			96,00000	100,00000			
				2^	AGG		
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	PAUL HARTMANN SPA			
20	Vedere All.A.2.agg.	€ 32.231,02		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		48.106	€ 0,665			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 31.990,49		€ 31.990,49			
	Punteggio economico			60,00000			
Punteggio totale			100,00000				
				AGG			

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 20/10/2017 14:10:51

IMPRONTA: 130055602EF2A5B39085AE45CE983155E9F465E0AFB3320CCBAC74B196FC030F
E9F465E0AFB3320CCBAC74B196FC030F9B4E2835C76967CB09EEDD3CFF98E544
9B4E2835C76967CB09EEDD3CFF98E5443D5FB4F8D5D350C301D79D1B03FE6C00
3D5FB4F8D5D350C301D79D1B03FE6C009313DE70E537CB2FDE9314B0F277F89B