

*Allegato A.1 alla Determinazione*

**VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA” -  
ID.16PRE030**

L’anno duemiladiciassette, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 9:45 presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della FORNITURA DI “MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA” - ID.16PRE030, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 13/04/2017.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 1.934.867,50 (+ € 709.451,42 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota n. 0017632 del 27/06/2017, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal dott. Raffaele Vattori (teste) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 29/06/2017, sono pervenuti n. 8 plichi, inviati dalle seguenti ditte che vengono numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	DITTA	CITTA'
27/06/2017	10.16	17539	1	BIOTRONIK ITALIA SPA	VIMODRONE (MI)
27/06/2017	10.11	17540	2	BOSTON SCIENTIFIC SPA	MILANO (MI)
27/06/2017	10.04	17452	3	SORIN GROUP ITALIA SRL	MILANO (MI)
27/06/2017	10.04	17543	4	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	POMEZIA (ROMA)
27/06/2017	10.46	17549	5	COOK ITALIA SRL	NOVA MILANESE (MB)
27/06/2017	14.58	17624	6	CLABER SRL	VICENZA (VI)
28/06/2017	8.25	17704	7	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	AGRATE BRIANZA (MB)
29/06/2017	8.54	17833	8	MEDTRONIC ITALIA SPA	MILANO (MI)

E’ presente la rappresentante della ditta Medtronic Italia Spa, di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dalla stessa, per la quale si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, entro i termini di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN), le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sui plichi contenenti la campionatura, plichi pervenuti nei termini previsti dalle norme di partecipazione, giuste bolle agli atti di questa Amministrazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	BIOTRONIK ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 1-4
2	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 1-3-5-6-8-9-12-13-20-21-22-26-27-28
3	SORIN GROUP ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 6-8
4	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-20-21-22-24-26

5	COOK ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 20
6	CLABER SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 19-23
7	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-15-16- 20-21-22-24-25-26-30
8	MEDTRONIC ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	n. 1-5-6-17-18

Tutte le ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato, siglato e conservato in cassaforte a cura del Presidente stesso.

La seduta si chiude alle ore 10:50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* \_\_\_\_\_

Dott. Raffaele Vattori *F.to* \_\_\_\_\_

Dott.ssa Ilaria Carlini *F.to* \_\_\_\_\_

**VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA” -  
ID.16PRE030**

L’anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 9:06, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA” - ID.16PRE030.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Sig.ra Catia Todisco componente
- Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 09/10/2017 e in data 16/10/2017 (allegato 1) di cui si da lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.


A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all’allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio.

Il presente verbale viene rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 9:47.

**SEDE LEGALE:** Udine - Via Pozzuolo 330  
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241  
C.F./P.IVA 02801630308  
e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)  
PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)



Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* \_\_\_\_\_

Sig.ra Catia Todisco *F.to* \_\_\_\_\_

Sig. Eros Schneider *F.to* \_\_\_\_\_

*Allegati:*

- n. 2 verbali della Commissione Giudicatrice (All. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (All. 2).

**All. 1**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
“MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA” (ID 16PRE030)  
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA**

Il giorno 9 ottobre 2017 alle ore 16:20, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Marco Zanon                                      presidente
- Dott. Massimo Zecchin                                      componente
- Dott.ssa Elisabetta Daleffe                                      componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Raffaele Vattori con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 50
Prezzo	punti 50

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

#### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (30 punti su 50), verranno automaticamente escluse dalla gara;

- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;


#### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- prende atto del lotto deserto per totale assenza di offerte ricevute (n. 29);

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento;

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 1 al n. 13 e dispone che tali punteggi vengano riportati nell'ultimo verbale di valutazione tecnica.

**SEDE LEGALE:** Udine - Via Pozzuolo 330  
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241  
C.F./P.IVA 02801630308  
e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)  
PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)



A conclusione dei lavori, alle ore 18:20, la Commissione decide di aggiornare i lavori al 16/10/2017 e ricompone, quindi, la documentazione tecnica oggetto di valutazione, che verrà custodita presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon	<i>F.to</i> _____	presidente
Dott. Massimo Zecchin	<i>F.to</i> _____	componente
Dott.ssa Elisabetta Daleffe	<i>F.to</i> _____	componente
Dott. Raffaele Vattori	<i>F.to</i> _____	segretario verbalizzante



**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
“MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA” (ID 16PRE030)  
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA**

Il giorno 16 ottobre 2017 alle ore 11:05, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott. Massimo Zecchin componente
- Dott.ssa Elisabetta Daleffe componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Raffaele Vattori con funzioni di segretario verbalizzante.

**PREMESSO**

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 50
Prezzo	punti 50

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

#### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- da lettura del precedente verbale redatto in data 9/10/2017;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
  1. il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione;
  2. l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità (per i lotti dal n. 14 al n. 30) sulla base dei criteri e dei parametri specificati nel Capitolato speciale;

Rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (30 punti su 50), verranno automaticamente escluse dalla gara;

#### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti riprende l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata per i lotti dal n. 14 al n. 30, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 14 al n. 30 e redige un prospetto riepilogativo, comprensivo anche dei lotti valutati in data 9/10/2017, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate le ditte non ammesse per carenza delle

caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento Qualità e le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 13:40, la Commissione Giudicatrice riordina il plico contenente la documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita presso gli uffici dell'EGAS - e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon	<i>F.to</i> _____	presidente
Dott. Massimo Zecchin	<i>F.to</i> _____	componente
Dott.ssa Elisabetta Daleffe	<i>F.to</i> _____	componente
Dott. Raffaele Vattori	<i>F.to</i> _____	segretario verbalizzante

*Allegato: n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa*

# Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica - qualitativa

Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica - qualitativa											
LOTTO	VOCE	Descrizione						TOTALE	Esito ammissibilità	MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		Flessibilità	Ergonomia del manipolo	Referenze scientifiche (lavori scientifici sui prodotti offerti)	Controllo e memoria della punta, controllo di torsione	Altre caratteristiche (migliorie/innovazioni, ecc.)					
		<b>Lotti 1-13</b>								<b>SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 30,00 su 50,00</b>	
		<b>Punti max</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00</b>			
		<b>Coefficienti variabili tra 0 e 1:</b>									
		<b>SCARSO = 0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>INSUFFICIENTE = 0,20</b>	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00				
		<b>MEDIOCRE = 0,40</b>	4,00	4,00	2,00	6,00	4,00				
		<b>SUFFICIENTE = 0,60</b>	6,00	6,00	3,00	9,00	6,00				
		<b>BUONO = 0,80</b>	8,00	8,00	4,00	12,00	8,00				
		<b>OTTIMO = 1,00</b>	10,00	10,00	5,00	15,00	10,00				
1	Catetere per ablazione monodirezionale con meccanismo di deflessione, punta 4 mm e connettore integrato. Lunghezza variabile del catetere Meccanismo di deflessione a pistone Gamma di curve multiple 6 o 7 French										
	BIOTRONIK ITALIA SPA								non ammessa	non ha lunghezza variabile del catetere	
	BOSTON SCIENTIFIC SPA								non ammessa	non ha lunghezza variabile del catetere	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		10,00	10,00	0,00	9,00	6,00	<b>35,00</b>	<b>ammessa</b>	referenze scientifiche non presentate	
	MEDTRONIC ITALIA SPA								non ammessa	non ha meccanismo di deflessione a pistone ma a scivolamento di pollice	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA								non ammessa	non ha lunghezza variabile del catetere	
2	Catetere per ablazione monodirezionale con meccanismo di deflessione, punta 4 mm e connettore integrato. Meccanismo di deflessione a pistone Gamma di curve multiple 5 French										
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		10,00	8,00	0,00	15,00	6,00	<b>39,00</b>	<b>ammessa</b>	referenze scientifiche non presentate	
3	Catetere per ablazione lineare (tipo flutter) con meccanismo di deflessione, punta 8 mm e connettore integrato. Meccanismo di deflessione a pistone Raggi variabili di curvatura Sensore tipo dual sensor di temperatura Tipologia dell'armatura che consenta controllo della tensione e stabilità sull'istmo										
	BOSTON SCIENTIFIC SPA		4,00	4,00	3,00	6,00	6,00	<b>23,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	catetere di difficile utilizzo, manipolo eccessivamente rigido. Assenza di sistema di blocco della curvatura.	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		10,00	10,00	0,00	15,00	6,00	<b>41,00</b>	<b>ammessa</b>	referenze scientifiche non presentate	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		6,00	6,00	0,00	12,00	6,00	<b>30,00</b>	<b>ammessa</b>	referenze scientifiche non presentate. Sufficiente flessibilità ed ergonomia del manipolo. Buono il controllo e la memoria della punta	
4	Catetere per ablazione, a raffreddamento, connettore integrato e sistema di infusione. Almeno 3 curvatures Fori a corona per infusione di soluzione fisiologica Sensore di temperatura a termocoppia 7 French Meccanismi di deflessione a pistone										
	BIOTRONIK ITALIA SPA		4,00	2,00	0,00	9,00	6,00	<b>21,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	manipolo molto rigido. Non presenta referenze scientifiche	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		2,00	8,00	3,00	9,00	6,00	<b>28,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	estrema rigidità del catetere	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		10,00	10,00	0,00	15,00	10,00	<b>45,00</b>	<b>ammessa</b>	Non presenta referenze scientifiche	
5	Catetere per ablazione con meccanismo di deflessione, curva bidirezionale e connettore integrato. Punta di 4 e 8 mm Meccanismi di deflessione a pistone 7 French Impostazione manuale e graduale del raggio di curvatura bidirezionale e meccanismo di controllo della tensione										
	BOSTON SCIENTIFIC SPA		4,00	4,00	3,00	6,00	6,00	<b>23,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	catetere di difficile utilizzo, manipolo eccessivamente rigido. Assenza di sistema di blocco della curvatura.	
	MEDTRONIC ITALIA SPA		10,00	10,00	0,00	15,00	6,00	<b>41,00</b>	<b>ammessa</b>	referenze scientifiche non presentate	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		8,00	6,00	0,00	3,00	6,00	<b>23,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. sistema per il blocco della punta poco ergonomico	
6	Catetere diagnostico quadripolare con connettore integrato. Curvature preconfezionate multiple 6 o 7 French										
	BOSTON SCIENTIFIC SPA		2,00	6,00	3,00	3,00	2,00	<b>16,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	curva troppo morbida	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		2,00	6,00	0,00	3,00	2,00	<b>13,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. Curva troppo morbida	
	MEDTRONIC ITALIA SPA		10,00	10,00	0,00	15,00	2,00	<b>37,00</b>	<b>ammessa</b>	referenze scientifiche non presentate	
	SORIN GROUP ITALIA SRL		2,00	6,00	0,00	3,00	2,00	<b>13,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. Curva troppo morbida	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		2,00	6,00	0,00	6,00	2,00	<b>16,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. Catetere rigido	
7	Catetere diagnostico decapolare con meccanismo di deflessione e connettore integrato. Meccanismo di deflessione a pistone Varie disponibilità di distanza interelettrode										
	a 6 o 7 French										
	b 4 o 5 French										
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		10,00	10,00	0,00	15,00	6,00	<b>41,00</b>	<b>ammessa</b>	per la voce b) offre un catetere a punta fissa referenze scientifiche non presentate	
8	Catetere diagnostico decapolare con meccanismo di deflessione e connettore integrato per accesso al seno coronarico da approccio femorale. 6 o 7 French										
	BOSTON SCIENTIFIC SPA		10,00	10,00	3,00	15,00	8,00	<b>46,00</b>	<b>ammessa</b>		
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		6,00	6,00	0,00	12,00	6,00	<b>30,00</b>	<b>ammessa</b>	referenze scientifiche non presentate. Maggiore rigidità della punta	
	SORIN GROUP ITALIA SRL								non ammessa	manca meccanismo di deflessione	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		4,00	6,00	0,00	3,00	6,00	<b>19,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. Maggiore difficoltà per accesso al seno coronarico da approccio femorale	
9	Catetere diagnostico decapolare e connettore integrato. Curvature preconfezionate multiple 6 o 7 French										
	BOSTON SCIENTIFIC SPA		2,00	6,00	3,00	3,00	8,00	<b>22,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	curva troppo morbida	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		8,00	6,00	0,00	12,00	6,00	<b>32,00</b>	<b>ammessa</b>	referenze scientifiche non presentate	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		2,00	6,00	0,00	3,00	6,00	<b>17,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. Curva troppo flessibile	
10	Catetere diagnostico quadripolare con meccanismo di deflessione e connettore integrato. Meccanismo di deflessione a pistone Multiple curve anche per accesso al seno coronarico da approccio femorale										
	a 6 o 7 French										
	b 4 o 5 French										
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		10,00	10,00	0,00	15,00	6,00	<b>41,00</b>	<b>ammessa</b>	per la voce b) offre un catetere a punta fissa referenze scientifiche non presentate	
11	Elettrocatteteri esa/ottopolare diagnostico a curvatura variabile con cavo di connessione integrato; qualità del segnale anche durante erogazione RF; ampia disponibilità di raggi di curvatura (anche per accesso al seno coronarico da approccio femorale) e distanze interelettrode; controllo di torsione. 5, 6 e 7 French										
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		4,00	4,00	0,00	9,00	6,00	<b>23,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. Eccessiva flessibilità e scarsa precisione di movimento	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		10,00	10,00	0,00	15,00	6,00	<b>41,00</b>	<b>ammessa</b>	referenze scientifiche non presentate	
12	Catetere per ablazione con meccanismo di deflessione, curva bidirezionale, connettore integrato adatto ad approccio retrogrado transaortico. - Punta di 4 e 8 mm in platino-iridio - Meccanismi di deflessione e controllo della tensione con blocco di posizione - Disponibilità di multiple curve anche asimmetriche corpo distale con elevata capacità di controllo di torsione e flessibilità, con materiale diverso e atraumatico rispetto al corpo prossimale, disponibilità di almeno - 3 differenti lunghezze della parte distale										
	BOSTON SCIENTIFIC SPA		2,00	2,00	3,00	3,00	6,00	<b>16,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	scarsa maneggevolezza e manipolo molto rigido	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA								non ammessa	non ha 3 differenti lunghezze della parte distale	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA								non ammessa	non ha curva asimmetrica e non ha 3 differenti lunghezze della parte distale	
13	Catetere diagnostico duodecapolare con meccanismo di deflessione e connettore integrato. - Meccanismo di controllo preciso della punta, controllo della tensione, marcatore del piano di attuazione della curva - multiple distanze interelettrode, bidirezionalità										
	BOSTON SCIENTIFIC SPA		8,00	8,00	3,00	12,00	6,00	<b>37,00</b>	<b>ammessa</b>		
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA								non ammessa	non è bidirezionale	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA								non ammessa	non è bidirezionale	

LOTTO	VOCE	Descrizione	Referenze scientifiche (lavori scientifici sui prodotti offerti)	Caratteristiche tecniche e costruttive	Caratteristiche innovative	Ergonomia e stabilità del sistema	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 30,00 su 50,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili	
		Punti max	10,00	20,00	10,00	10,00	50,00				Motivazione del punteggio
		<b>Lotti 14-30</b>									
		<b>Coefficienti variabili tra 0 e 1:</b>									
		<b>SCARSO = 0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>INSUFFICIENTE = 0,20</b>	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00				
		<b>MEDIOCRE = 0,40</b>	4,00	8,00	4,00	4,00	4,00				
		<b>SUFFICIENTE = 0,60</b>	6,00	12,00	6,00	6,00	6,00				
		<b>BUONO = 0,80</b>	8,00	16,00	8,00	8,00					
		<b>OTTIMO = 1,00</b>	10,00	20,00	10,00	10,00					
14		Catetere diagnostico per mappaggio circolare variabile, dedicato alle vene polmonari con possibilità di integrazione al sistema di mappaggio Carto 3. Tipologia dell'armatura ed elettrodi Direzionabilità della punta 7 French Raggio variabile dell'anello mappante Deflessione a pistone Elettrodi									
		<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>	0,00	20,00	10,00	6,00	<b>36,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate	<b>50,00</b>	
15		Catetere diagnostico 10 o 20 poli direzionabile per mappaggio a forma circolare dedicato alle vene polmonari. 7 French, raggio variabile dell'anello mappante 15-25 mm, punta direzionabile mono o bidirezionale, raggio di curvatura simmetrico o asimmetrico									
		<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	0,00	20,00	6,00	10,00	<b>36,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate	<b>50,00</b>	
16		Catetere diagnostico 10 poli direzionabile per mappaggio a forma circolare dedicato alle vene polmonari. 7 French, raggio dell'anello mappante di varie misure, punta bidirezionale, raggio di curvatura simmetrico o asimmetrico, diverse possibilità di spaziatura interelettrodotica. Tecnologia di localizzazione spaziale con magneti compatibile con sistemadi mappaggio N-Site Precision									
		<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	0,00	20,00	10,00	6,00	<b>36,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate	<b>50,00</b>	
17		Sistema di mappaggio ed ablazione single shot per mappaggio e ablazione delle vene polmonari a radiofrequenza o crioenergia. Introduttore dedicato e n. 3 generatori in comodato d'uso									
		<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	10,00	20,00	10,00	10,00	<b>50,00</b>	ammessa		<b>50,00</b>	
18	a	Catetere per ablazione delle aritmie cardiache endocavitarie a crioenergia									
	b	catetere									
		generatore (in comodato d'uso)									
		<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	10,00	20,00	10,00	10,00	<b>50,00</b>	ammessa		<b>50,00</b>	
19		catetere diagnostico per mappaggio e stimolazione transesofageo quadripolare									
		<b>CLABER SRL</b>	0,00	20,00	10,00	6,00	<b>36,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate	<b>50,00</b>	
20		Introduttore lungo preformato per atrio sinistro dotato di ago per puntura transettale									
	a	introduttore con filo guida									
	b	ago									
		<i>Si richiede quotazione di una guida lunga supplementare con punta distale a J e diritta compatibile con l'introduttore.</i>									
		<b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b>	0,00	4,00	6,00	4,00	<b>14,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. Corpo catetere troppo morbido e punta eccessivamente rigida		
	<b>COOK ITALIA SRL</b>						non ammessa	non presenta l'ago per puntura transettale, presenta un ago per accesso vascolare			
	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>	0,00	20,00	6,00	10,00	<b>36,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate	<b>50,00</b>		
	<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	0,00	12,00	6,00	10,00	<b>28,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate			
21		Introduttore lungo preformato per atrio sinistro con curve multiple dotato di ago per puntura transettale									
	a	introduttore con filo guida									
	b	ago									
		<i>Si richiede quotazione di una guida lunga supplementare con punta distale a J e diritta compatibile con l'introduttore.</i>									
		<b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b>	0,00	4,00	6,00	4,00	<b>14,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. Corpo catetere troppo morbido e punta eccessivamente rigida		
	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>						non ammessa	non ha curve multiple			
	<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	0,00	20,00	6,00	10,00	<b>36,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate.	<b>50,00</b>		
22		Introduttore lungo steerable a curvature multiple per mantenere stabilità di cateteri in particolari siti di ablazione, con meccanismo di deflessione a ghiera									
	a	introduttore con filo guida									
	b	ago									
		<i>Si richiede quotazione di una guida lunga supplementare con punta distale a J e diritta compatibile con l'introduttore.</i>									
		<b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b>	2,00	12,00	6,00	6,00	<b>26,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	punta rigida e minore capacità di curvatura		
	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>	0,00	12,00	6,00	8,00	<b>26,00</b>	non ammessa / punteggio inferiore al minimo richiesto	referenze scientifiche non presentate. punta rigida e minore capacità di curvatura			
	<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	0,00	20,00	6,00	10,00	<b>36,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate	<b>50,00</b>		
23		Elettrodi esofagei per il monitoraggio della temperatura durante ablazione in atrio sinistro, visibili dal sistema di mappaggio elettroanatomico Ensite									
		<b>CLABER SRL</b>	6,00	20,00	6,00	10,00	<b>42,00</b>	ammessa		<b>50,00</b>	
24		Introduttore lungo preformato, per mantenere stabilità nei cateteri per ablazione nelle camere destre del cuore; stabilità dell'introduttore, tipologia del materiale; possibilità di scelta tra varie curvature e lunghezze									
		<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>						non ammessa	non ha diverse curvature		
		<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	0,00	20,00	6,00	10,00	<b>36,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate	<b>50,00</b>	
25		introduttori di varia lunghezza e dimensioni con filo guida per approccio tipo Seldinger									
		<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	0,00	20,00	6,00	10,00	<b>36,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate	<b>50,00</b>	
26		catetere diagnostico 20 poli con spaziatura tra gli elettrodi di 2 mm e deflessione a ghiera girevole									
		<b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b>						non ammessa	non tutti gli elettrodi hanno una spaziatura di 2 mm (la spaziatura di 2 mm è presente solo nelle singole coppie di elettrodi)		
		<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>						non ammessa	non tutti gli elettrodi hanno una spaziatura di 2 mm (la spaziatura di 2 mm è presente solo nelle singole coppie di elettrodi)		
		<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	0,00	20,00	6,00	10,00	<b>36,00</b>	ammessa		<b>50,00</b>	
27		Catetere per ablazione lineare (tipo flutter) con meccanismo di deflessione a manopola, punta 8 mm e connettore integrato. Meccanismo di deflessione a manopola con meccanismo di blocco Raggi variabili di curvatura Tecnologia di rilevazione dei segnali con microelettrodi									
		<b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b>	10,00	20,00	10,00	10,00	<b>50,00</b>	ammessa		<b>50,00</b>	
28		Catetere per ablazione a raffreddamento, connettore integrato e sistema di infusione, punta 4 mm raggi variabili di curvatura tecnologia di rilevazione dei segnali con microelettrodi									
		<b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b>	10,00	20,00	10,00	10,00	<b>50,00</b>	ammessa		<b>50,00</b>	
29		Introduttore lungo steerable a curvature multiple per mantenere stabilità di cateteri in particolari siti di ablazione, con meccanismo di deflessione a ghiera, disponibile con varie lunghezze, versione disegnata per approccio epicardico e ago da puntura transettale dedicato.									
		<b>DESERTO</b>									
30		Catetere per ablazione, a raffreddamento, connettore integrato e sistema di infusione. Diversi raggi di curvatura. Sistema di irrigazione (a maglia) con punta flessibile. meccanismo di deflessione a manopola con sistema di blocco. 7 French									
		<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	0,00	20,00	10,00	10,00	<b>40,00</b>	ammessa	referenze scientifiche non presentate	<b>50,00</b>	

<b>Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16PRE030</b>					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	
1	Vedere All.A.2.agg.	€ 201.600,00		Anomala	NON AMMESSE: BIOTRONIK ITALIA SPA, BOSTON SCIENTIFIC SPA, MEDTRONIC ITALIA SPA e ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		360	€ 550,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 198.000,00		€ 198.000,00	
	Punteggio economico			50,00000	
	Punteggio totale			100,00000	
				AGG	
2	Vedere All.A.2.agg.	€ 14.200,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		25	€ 550,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 13.750,00		€ 13.750,00	
	Punteggio economico			50,00000	
	Punteggio totale			100,00000	
				AGG	
3	Vedere All.A.2.agg.	€ 92.400,00		Anomala	NON AMMESSA: BOSTON SCIENTIFIC SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		165	€ 550,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 74.085,00		€ 90.750,00	
	Punteggio economico			40,81818	
	Punteggio totale			90,81818	
				AGG	2^
4	Vedere All.A.2.agg.	€ 12.300,00		Anomala	NON AMMESSE: BIOTRONIK ITALIA SPA e JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		15	€ 810,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 12.150,00		€ 12.150,00	
	Punteggio economico			50,00000	
	Punteggio totale			100,00000	
				AGG	
5	Vedere All.A.2.agg.	€ 33.460,00		Anomala	NON AMMESSE: BOSTON SCIENTIFIC SPA e ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		70	€ 468,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 32.760,00		€ 32.760,00	
	Punteggio economico			50,00000	
	Punteggio totale			100,00000	
				AGG	
6	Vedere All.A.2.agg.	€ 89.700,00		Anomala	NON AMMESSE: BOSTON SCIENTIFIC SPA, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA, SORIN GROUP ITALIA SRL e ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		1.300	€ 68,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 88.400,00		€ 88.400,00	
	Punteggio economico			50,00000	
	Punteggio totale			100,00000	
				AGG	
7	Vedere All.A.2.agg.	€ 70.000,00		Anomala	NON AMMESSA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica voce a)		310	€ 190,0000	
	Offerta economica voce b)		40	€ 190,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 66.500,00		€ 66.500,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
8	Vedere All.A.2.agg.	€ 2.580,00		Anomala	NON AMMESSE: SORIN GROUP ITALIA SRL e ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		15	€ 170,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 2.400,00		€ 2.550,00	
	Punteggio economico			47,05882	
	Punteggio totale			97,05882	
				AGG	2^
9	Vedere All.A.2.agg.	€ 2.200,00		Anomala	NON AMMESSE: BOSTON SCIENTIFIC SPA e ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		20	€ 100,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
	Punteggio economico			50,00000	
	Punteggio totale			100,00000	
				AGG	
10	Vedere All.A.2.agg.	€ 80.550,00		Anomala	NON AMMESSA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica voce a)		410	€ 167,0000	
	Offerta economica voce b)		40	€ 167,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 75.150,00		€ 75.150,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
11	Vedere All.A.2.agg.	€ 3.000,00		Anomala	NON AMMESSA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		15	€ 190,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 2.850,00		€ 2.850,00	
	Punteggio economico			50,00000	
	Punteggio totale			100,00000	
				AGG	
12	<b>DESERTO</b>	NON AMMESSE: BOSTON SCIENTIFIC SPA, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA e ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA			

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi		
13	Descrizione			<b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b>	NON AMMESSE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA e ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
	Vedere All.A.2.agg.	€ 26.000,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		40	€ 500,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
14	Descrizione			<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 135.000,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		150	€ 895,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 134.250,00		€ 134.250,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
15	Descrizione			<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 28.000,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		40	€ 650,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 26.000,00		€ 26.000,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
16	Descrizione			<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 45.200,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		40	€ 850,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 34.000,00		€ 34.000,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
17	Descrizione			<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 589.500,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		150	€ 3.929,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 589.350,00		€ 589.350,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
18	Descrizione			<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 70.000,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica voce a)		20	€ 3.400,0000	
	Offerta economica voce b)		2	Sconto merce	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 68.000,00		€ 68.000,00	
Punteggio economico			50,00000		
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
19	Descrizione			<b>CLABER SRL</b>	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 2.550,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		10	€ 180,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 1.800,00		€ 1.800,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
20	Descrizione			<b>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b>	NON AMMESSE: BOSTON SCIENTIFIC SPA, COOK ITALIA SRL e ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
	Vedere All.A.2.agg.	€ 43.000,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica voce a)		200	€ 200,0000	
	Offerta economica voce b)		200	€ 40.000,00	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 40.000,00		€ 40.000,00	
Punteggio economico			50,00000		
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
21	Descrizione			<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	NON AMMESSE: BOSTON SCIENTIFIC SPA e JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
	Vedere All.A.2.agg.	€ 80.500,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica voce a)		350	€ 70,0000	
	Offerta economica voce b)		350	€ 140,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 73.500,00		€ 73.500,00	
Punteggio economico			50,00000		
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
22	Descrizione			<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	NON AMMESSE: BOSTON SCIENTIFIC SPA e JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
	Vedere All.A.2.agg.	€ 17.800,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica voce a)		20	€ 450,0000	
	Offerta economica voce b)		20	€ 140,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 11.800,00		€ 11.800,00	
Punteggio economico			50,00000		
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
23	Descrizione			<b>CLABER SRL</b>	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 31.500,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		50	€ 630,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 31.500,00		€ 31.500,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	
24	Descrizione			<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	NON AMMESSA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
	Vedere All.A.2.agg.	€ 3.150,00		Anomala	
	Punteggio tecnico			50,00	
	Offerta economica		45	€ 70,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 3.150,00		€ 3.150,00	
	Punteggio economico			50,00000	
Punteggio totale			100,00000		
				AGG	

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	AGG	
25	Descrizione			<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	
	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	<b>€ 12.877,50</b>		<i>Anomala</i>	
	Punteggio tecnico			<b>50,00</b>	
	Offerta economica		1.515	€ 8,5000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	<b>€ 12.877,50</b>		€ 12.877,50	
	Punteggio economico			<b>50,00000</b>	
	Punteggio totale			<b>100,00000</b>	
				<b>AGG</b>	
26	Descrizione			<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	NON AMMESSE: BOSTON SCIENTIFIC SPA e JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	<b>€ 24.000,00</b>		<i>Anomala</i>	
	Punteggio tecnico			<b>50,00</b>	
	Offerta economica		40	€ 430,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	<b>€ 17.200,00</b>		€ 17.200,00	
	Punteggio economico			<b>50,00000</b>	
	Punteggio totale			<b>100,00000</b>	
				<b>AGG</b>	
27	Descrizione			<b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b>	
	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	<b>€ 51.900,00</b>		<i>Anomala</i>	
	Punteggio tecnico			<b>50,00</b>	
	Offerta economica		30	€ 1.450,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	<b>€ 43.500,00</b>		€ 43.500,00	
	Punteggio economico			<b>50,00000</b>	
	Punteggio totale			<b>100,00000</b>	
				<b>AGG</b>	
28	Descrizione			<b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b>	
	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	<b>€ 34.600,00</b>		<i>Anomala</i>	
	Punteggio tecnico			<b>50,00</b>	
	Offerta economica		20	€ 1.700,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	<b>€ 34.000,00</b>		€ 34.000,00	
	Punteggio economico			<b>50,00000</b>	
	Punteggio totale			<b>100,00000</b>	
				<b>AGG</b>	
29	<b>DESERTO</b>				
30	Descrizione			<b>ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA</b>	
	<i>Vedere All.A.2.agg.</i>	<b>€ 32.800,00</b>		<i>Anomala</i>	
	Punteggio tecnico			<b>50,00</b>	
	Offerta economica		40	€ 810,0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	<b>€ 32.400,00</b>		€ 32.400,00	
	Punteggio economico			<b>50,00000</b>	
	Punteggio totale			<b>100,00000</b>	
				<b>AGG</b>	



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 21/02/2018 18:27:48

IMPRONTA: 959A991FB14457FC870515F942D42767EB19A63182B4F3A72C1C0788F7DF8AD9  
EB19A63182B4F3A72C1C0788F7DF8AD9A66357336AC7A8263FF2C385CBD64EB6  
A66357336AC7A8263FF2C385CBD64EB6EF2F8E2DD82A9DB767D51CA6B7A667D2  
EF2F8E2DD82A9DB767D51CA6B7A667D2EBEF2F18251AB5C52AD00C7014660395