

# ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

## Allegato A.1 alla Determinazione

### **VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “IN FULL SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DEDICATO ALLO SCREENING CON METODI SIEROLOGICI DI TUTTI GLI EMOCOMPONENTI RACCOLTI DALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLA REGIONE FVG PER UN PERIODO DI 60 MESI” ID.15REA017**

L’anno duemilasedici, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 9:45 presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, Palazzina B, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura “IN FULL SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DEDICATO ALLO SCREENING CON METODI SIEROLOGICI DI TUTTI GLI EMOCOMPONENTI RACCOLTI DALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLA REGIONE FVG PER UN PERIODO DI 60 MESI” ID.15REA017, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 13/04/2016.

La fornitura è articolata in due lotti per un importo di € 3.230.000,00 (+ € 2.261.000,00 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota n. 12675 del 23/05/2016, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal sig. Eros Schneider (teste) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 23/05/2016, sono pervenuti n. 4 plichi, numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO	CITTA'
20/05/2016	9.05	12549	1	SIEMENS HEALTHCARE SRL	MILANO
23/05/2016	8.41	12600	2	ABBOTT SRL	ROMA
23/05/2016	9.26	12604	3	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	MONZA
23/05/2016	10.43	12644	4	DIASORIN SPA	SALUGGIA (VC)

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi mediante l’esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	DOC. AMMINISTRATIVA	DOC. TECNICA	LOTTE PER I QUALI LA DITTA PARTECIPA
1	SIEMENS HEALTHCARE SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 2
2	ABBOTT SRL	Regolare	Schede tecniche + 2 cd	n. 1-2
3	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 1-2
4	DIASORIN SPA	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 2

Tutte le ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della procedura.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato e siglato. Il Presidente dispone, inoltre, che il plico contenente le buste delle offerte economiche venga conservato in cassaforte.

La seduta si chiude alle ore 10:40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon F.to \_\_\_\_\_

Sig. Eros Schneider F.to \_\_\_\_\_

Dott.ssa Ilaria Carlini F.to \_\_\_\_\_

## **ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

### **VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DEDICATO ALLO SCREENING CON METODI SIEROLOGICI DI TUTTI GLI EMOCOMPONENTI RACCOLTI DALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLA REGIONE FVG PER UN PERIODO DI 60 MESI 15REA017**

L’anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di luglio, alle ore 09:35, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo, 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in FULL SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DEDICATO ALLO SCREENING CON METODI SIEROLOGICI DI TUTTI GLI EMOCOMPONENTI RACCOLTI DALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLA REGIONE FVG PER UN PERIODO DI 60 MESI ID.15REA017.

Sono presenti:

Marco Zanon	presidente
Ilaria Carlini	componente
Susanna Sandrin	componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 08/06/2016 e 21/06/2016 (allegato 1) parte integrante del presente atto di cui si da lettura ai presenti.

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle ditte ammesse dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Si procede altresì alla verifica dell’ eventuale offerta anomala, si riscontra che è presunta come anomala l’ offerta del miglior offerente del lotto di cui all’allegato 2 e si dispone che per la stessa si proceda con istruttoria d’ufficio.

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 10.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Marco Zanon F.to \_\_\_\_\_

Ilaria Carlini F.to \_\_\_\_\_

Susanna Sandrin F.to \_\_\_\_\_

Allegati:

- n. 2 verbali della Commissione Giudicatrice (all. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2).

# ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

## VERBALE 1

### COMMISSIONE GIUDICATRICE

#### GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DEDICATO ALLO SCREENING CON METODI SIEROLOGICI DI TUTTI GLI EMOCOMPONENTI RACCOLTI DALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLA REGIONE FVG PER UN PERIODO DI 60 MESI (ID.15REA017)

Il giorno 08 Giugno 2016 alle ore 13.40 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la valutazione della documentazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

La Commissione giudicatrice è composta da:

Dario Franchi	<b>Presidente</b>
Marzia Bertolissi	Componente
Valentina Catalani	Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

### PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- si rileva che non saranno ammesse alla fase successiva della gara, e quindi escluse, le offerte che non abbiano conseguito, per il punteggio previsto per la qualità, complessivamente almeno punti 20 su 40;

### IL PRESIDENTE

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:

1. l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione;
2. fa disporre sul tavolo i plichi delle ditte sotto indicate e procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa:

SIEMENS HEALTHCARE SRL

ABBOTT SRL

ROCHE DIAGNOSTICS SPA

DIASORIN

- dà corso alla lettura delle schede tecniche contenenti le specifiche tecniche.

### LA COMMISSIONE

- procede all'apertura dei plichi sigillati contenenti la documentazione tecnica presentata dalle Ditte
- viste le schede tecniche, e ogni altra documentazione presentata dalle Ditte concorrenti, procede ad attenta discussione degli argomenti e delle proposte formulate dalle ditte al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti.
- decide di chiedere alcuni chiarimenti in merito alla documentazione tecnica inviata dalle Ditte ABBOTT SRL e ROCHE DIAGNOSTICS SPA.

La commissione decide di aggiornarsi a data da destinarsi.

Alle ore 17.30, si procede a riordinare la documentazione tecnica che viene riposta nelle rispettive buste delle Ditte concorrenti e vengono consegnate a cura del Presidente di commissione al competente ufficio Approvvigionamenti del Dipartimento Servizi Condivisi per la custodia degli atti.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dario Franchi F.to \_\_\_\_\_

Marzia Bertolissi F.to \_\_\_\_\_

Valentina Catalani F.to \_\_\_\_\_

Susanna Sandrin F.to \_\_\_\_\_

# ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

## VERBALE 2

### COMMISSIONE GIUDICATRICE

#### GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DEDICATO ALLO SCREENING CON METODI SIEROLOGICI DI TUTTI GLI EMOCOMPONENTI RACCOLTI DALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLA REGIONE FVG PER UN PERIODO DI 60 MESI (ID.15REA017)

Il giorno 21 Giugno 2016 alle ore 08.30 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la valutazione della documentazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

La Commissione giudicatrice è composta da:

Dario Franchi	<b>Presidente</b>
Marzia Bertolissi	Componente
Valentina Catalani	Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

#### IL PRESIDENTE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
  - la lettura del verbale della seduta del 08.06.2016;
  - il prosieguo dell’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti.

#### LA COMMISSIONE

- Prosegue la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l’ammissione alla gara in argomento.
- Attribuisce i punteggi previsti per la qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

Alle ore 12.10, si concludono i lavori di valutazione tecnica; si procede a riordinare la documentazione tecnica che viene riposta nelle rispettive buste delle Ditte concorrenti le quali vengono consegnate a cura del Presidente di commissione al competente ufficio Approvvigionamenti per la custodia degli atti.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.



## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dario Franchi F.to \_\_\_\_\_

Marzia Bertolissi F.to \_\_\_\_\_

Valentina Catalani F.to \_\_\_\_\_

Susanna Sandrin F.to \_\_\_\_\_

**ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

15REA017 FORNITURA IN FULL SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DEDICATO ALLO SCREENING CON METODI SIEROLOGICI DI TUTTI GLI EMOCOMPONENTI RACCOLTI DALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLA REGIONE FVG														PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Riparametrizzazione offerte ammissibili		
PARAMETRI DI QUALITA'																		
Lotto	voce	Descrizione dei lotti	1. Proposta complessiva del progetto: impatto organizzativo del sistema offerto con particolare riferimento alla ottimizzazione delle risorse umane (impegno richiesto agli operatori per manutenzione, routine, gestione dei falsi positivi); gestibilità del magazzino	2. SISTEMA DIAGNOSTICO AD ALTA AUTOMAZIONE: Tempo di uscita dei risultati (HBsAg, HIV, HCV, Sifilide) per eventuali urgenze da sistema avviato (caricamento fronte macchina)	3. SISTEMA DIAGNOSTICO AD ALTA AUTOMAZIONE: Tempo impiegato dal sistema dal caricamento dei campioni, a serie analitica avviata, al momento del rilascio di tutti i risultati per una routine di 100 donatori per 4 test (HBsAg, HCV-Ab, HIV Ag/Ab, Sifilide)	4. N° di analizzatori offerti (è preferibile il minor numero di analizzatori)	5. SISTEMA DIAGNOSTICO AD ALTA AUTOMAZIONE: Esecuzione su un'unica piattaforma di tutti i test oggetto del capitolato	6. HBsAg : sensibilità analitica	7. Antigene p 24: sensibilità analitica	8. SISTEMA DIAGNOSTICO AD ALTA AUTOMAZIONE: Curve di calibrazione: stabilità e frequenza	9. SISTEMA DIAGNOSTICO AD ALTA AUTOMAZIONE: Confezionamento dei kit per i 4 test di legge: il taglio delle confezioni deve essere adeguato all'operatività del CUVB (favorite le confezioni con maggior numero di test)	10. Reagenti, controlli e calibratori pronti all'uso	11. Frequenza dei fermi macchina (Meantime Between Failures) / Tempo medio di fermo/anno causa riparazioni per singolo analizzatore offerto desunto dalle procedure di qualità aziendali/ Organigramma personale assistenza nel Triveneto)	12. Tempi necessari alla ripetizione dei test di legge in caso di iniziale reattività: specificare il tempo di ognuno a serie avviata				
1			Il progetto sarà valutato globalmente in relazione ai requisiti: a conclusione sarà espresso un giudizio complessivo a fini dell'attribuzione del punteggio (Progetto)	max punteggio al tempo minore: in proporzione agli altri (Relazione)	max punteggio al tempo minore: in proporzione agli altri (Relazione)	max punteggio al minor numero di analizzatori: in proporzione agli altri (Progetto)	max punteggio per la soddisfazione del requisito: minimo in caso contrario (Progetto)	max punteggio alla sensibilità maggiore: in proporzione alle altre (Foglio illustrativo)	max punteggio alla sensibilità maggiore: in proporzione alle altre (Foglio illustrativo)	max punteggio alla maggiore stabilità/minor frequenza: in proporzione agli altri (Foglio illustrativo)	max punteggio al confezionamento maggiore: in proporzione agli altri (Foglio illustrativo)	max punteggio per la soddisfazione del requisito: in proporzione agli altri (Foglio illustrativo)	max punteggio alla organizzazione in grado di fornire la più alta garanzia di buon funzionamento del sistema: in proporzione agli altri (relazione)	max punteggio alla strumentazione in grado di ripetere i test nel tempo minore (media): in proporzione agli altri				
		<b>Punti max</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>40,00</b>			
		<b>Coefficienti variabili tra 0 e 1:</b>																
		<b>SCARSO = 0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>MEDIOCRE = 0,25</b>	1,50	1,00	0,25	1,00	0,25	1,00	1,00	0,50	1,50	1,50	0,25	0,25				
		<b>SUFFICIENTE = 0,5</b>	3,00	2,00	0,50	2,00	0,50	2,00	2,00	1,00	3,00	3,00	0,50	0,50				
		<b>BUONO = 0,75</b>	4,50	3,00	0,75	3,00	0,75	3,00	3,00	1,50	4,50	4,50	0,75	0,75				
	<b>OTTIMO = 1</b>	6,00	4,00	1,00	4,00	1,00	4,00	4,00	2,00	6,00	6,00	1,00	1,00					
	<b>ABBOTT SRL</b>	6,00	4,00	1,00	2,00	1,00	4,00	4,00	2,00	6,00	6,00	1,00	0,75	<b>37,75</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>40,00</b>		
	MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO				Gli analizzatori proposti sono n.2 da Abbott e n.1 da Roche				Ad ogni cambio lotto				TEMPO MEDIO 20,25 MINUTI PER ROCHE E 29 MINUTI per ABBOTT					
	<b>ROCHE DIAGNOSTICS SPA</b>	4,50	4,00	0,75	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	3,00	1,00	1,00	<b>23,75</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>25,17</b>		
	MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO	il progetto Abbott risulta meno impegnativo per l'operatore . Sostanziale equivalenza per quanto riguarda gli altri aspetti		Abbott 40' , Roche 56'			Abbott 0,017-0,022 UI/ml; Roche < \ = 0,1	Abbott 0,87 UI/ml; Roche < \ = 2	Ogni cambio lotto e ogni 28/31 giorni	Abbott 500 test per ogni confezione ; Roche 200/100 per ogni confezione	Roche ha i calibratori e controlli per sifilide e HIV liofili; Abbott tutti pronti all'uso							
PARAMETRI DI QUALITA'														PUNTEGGIO TOTALE	ESITO AMMISSIBILITA'	Riparametrizzazione offerte ammissibili		
2	voce	Descrizione dei lotti	1. Proposta complessiva del progetto: impatto organizzativo del sistema offerto con particolare riferimento alla ottimizzazione delle risorse umane (impegno richiesto)	2. Tempo di uscita dei risultati (HBsAg, HIV, HCV, Sifilide) per eventuali urgenze da sistema avviato (caricamento fronte macchina)	3. HBsAg : sensibilità analitica	4. Antigene p 24: sensibilità analitica	5. Curve di calibrazione: stabilità e frequenza	6. Reagenti, controlli e calibratori pronti all'uso	7. Frequenza dei fermi macchina (Meantime Between Failures) / Tempo medio di fermo/anno causa riparazioni per singolo analizzatore offerto desunto dalle procedure di	8. Tempi necessari alla ripetizione dei test di legge in caso di iniziale reattività: specificare il tempo di ognuno a serie avviata								

**ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

	agli operatori per manutenzione, routine, gestione dei falsi positivi); gestibilità del magazzino							qualità aziendali/ Organigramma personale assistenza nel Triveneto)							
	Il progetto sarà valutato globalmente in relazione ai requisiti: a conclusione sarà espresso un giudizio complessivo a fini dell'attribuzione del punteggio (Progetto)	max punteggio al tempo minore: in proporzione agli altri (Relazione)	max punteggio alla sensibilità maggiore: in proporzione alle altre (Foglio illustrativo)	max punteggio alla sensibilità maggiore: in proporzione alle altre (Foglio illustrativo)	max punteggio alla sensibilità maggiore: in proporzione alle altre (Foglio illustrativo)	max punteggio alla maggiore stabilità/minor frequenza: in proporzione agli altri (Foglio illustrativo)	max punteggio per la soddisfazione del requisito: in proporzione agli altri (Foglio illustrativo)	max punteggio alla organizzazione in grado di fornire la più alta garanzia di buon funzionamento del sistema: in proporzione agli altri (Relazione)	max punteggio alla strumentazione in grado di ripetere i test nel tempo minore (media): in proporzione agli altri (Relazione)						
<b>Punti max</b>	<b>10,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>							
<b>Coefficienti variabili tra 0 e 1:</b>															
<b>SCARSO = 0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>MEDIOCRE = 0,25</b>	2,50	1,50	1,00	1,00	0,75	1,25	0,75	1,25							
<b>SUFFICIENTE = 0,5</b>	5,00	3,00	2,00	2,00	1,50	2,50	1,50	2,50							
<b>BUONO = 0,75</b>	7,50	4,50	3,00	3,00	2,25	3,75	2,25	3,75							
<b>OTTIMO = 1</b>	10,00	6,00	4,00	4,00	3,00	5,00	3,00	5,00							
<b>SIEMENS HEALTHCARE SRL</b>	10,00	3,00	3,00	1,00	1,50	5,00	3,00	2,50	<b>29,00</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>32,00</b>				
MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO		tempo MAX 58 '	0,040 UI/mL	< \ = 2 UI/mL	ogni cambio lotto e ogni 21/28 giorni	tutto pronto all'uso		TEMPO MEDIO 43,5 '							
<b>ABBOTT SRL</b>	10,00	4,50	4,00	3,00	3,00	5,00	3,00	3,75	<b>36,25</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>40,00</b>				
MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO		tempo MAX 29 '	0,017-0.022 UI/mL	0,87 UI/mL	ogni cambio lotto	tutto pronto all'uso		TEMPO MEDIO 29'							
<b>ROCHE DIAGNOSTICS SPA</b>	10,00	6,00	1,00	1,00	2,25	2,50	3,00	5,00	<b>30,75</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>33,93</b>				
MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO		tempo MAX 27 '	< \ = 0,1 UI/mL	< \ = 2 UI/mL	Ogni cambio lotto e ogni 28/31 giorni	SIFILIDE e HIV CALIBRATORI e CONTROLLI LIOFILI		TEMPO MEDIO 20,25 '							
<b>DIASORIN SPA</b>	10,00	1,50	2,00	4,00	0,75	3,75	3,00	1,25	<b>26,25</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>28,97</b>				
MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO		tempo MAX 66 '	0,050 UI/mL	0,59 UI/ml	ogni cambio lotto e ogni kit per HCV; ogni 28 giorni per HIV e HBsAg e ogni 2 settimane per SIFILIDE	NS3 di HCV LIOFILO		TEMPO MEDIO 46,5 '							

**ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

**Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.15REA017**

Lotto	Descrizione	Prezzo base per 60 MESI	ABBOTT SRL	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
<b>1</b>	SISTEMA DIAGNOSTICO AD ALTA AUTOMAZIONE	<b>€ 2.850.000,00</b>	Anomala	
	Punteggio tecnico		40,00	25,17
	Offerta economica per 12 MESI	<b>€ 2.104.454,00</b>	<b>€ 2.440.800,00</b>	<b>€ 2.104.454,00</b>
	Punteggio economico		51,73191	60,00000
	Punteggio totale		<b>91,73191</b>	<b>85,17000</b>
			<b>AGG</b>	

Lotto	Descrizione	Prezzo base per 60 MESI	SIEMENS HEALTHCARE SRL	ABBOTT SRL	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	DIASORIN SPA
<b>2</b>	SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI CONFERMA	<b>€ 380.000,00</b>	Anomala			
	Punteggio tecnico		32,00	40,00	33,93	28,97
	Offerta economica per 12 MESI	<b>€ 280.680,00</b>	<b>€ 336.260,00</b>	<b>€ 367.425,00</b>	<b>€ 373.825,00</b>	<b>€ 280.680,00</b>
	Punteggio economico		50,08267	45,83466	45,04996	60,00000
	Punteggio totale		<b>82,08267</b>	<b>85,83466</b>	<b>78,97996</b>	<b>88,97000</b>
						<b>AGG</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 25/07/2016 15:56:51

IMPRONTA: 0E137E414E1F8641AC4DA0F028428AF36E42BE9A5DA1F4A617AE62A605A6F3E4  
6E42BE9A5DA1F4A617AE62A605A6F3E468D6D6C7074DBE64426CBB388B4C7A2  
68D6D6C7074DBE64426CBB388B4C7A2E2738BA317F77CF3F16865707332A1A1  
E2738BA317F77CF3F16865707332A1A10B9F7B36D6A3E6A85FBA220A802E0933