REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Allegato A.1 alla Determinazione

VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" "ID.15REA005

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 10:36 presso gli uffici dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Colugna n. 50, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" "ID.15REA005, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 16/06/2015 e rettificata parzialmente con Determinazione Dirigenziale n. 380 del 03/07/2015.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo complessivo pari a € 2.052.353,85 (+ € 1.436.647,70 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 16961 del 27/07/2015 è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal sig. Andrea Bertussi (teste) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 27/07/2015, sono pervenuti n. 13 plichi, come di seguito indicati:

DATA Arrivo	ORA	N. PROT.	N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO	CITTA'
23/07/2015	9.10	16613	1	AB ANALITICA SRL	PADOVA
23/07/2015	9.10	16614	2	EXPERTEAM SRL	MARGHERA (VE)
23/07/2015	9.10	16615	3	BECKMAN COULTER SRL	CASSINA DE' PECCHI (MI)
23/07/2015	10.26	16626	4	MEDICAL SYSTEMS SPA	GENOVA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

24/07/2015	10.00	16753	5	ARROW DIAGNOSTICS SRL	GENOVA
24/07/2015	10.00	16755	6	DIATECH PHARMACOGENETICS SRL	JESI (AN)
24/07/2015	10.00	16756	7	ELITECHGROUP SPA	TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
24/07/2015	10.00	16758	8	NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	SETTALA (MI)
24/07/2015	10.00	16759	9	DEVYSER ITALIA SRL	MILANO
27/07/2015	9.10	16935	10	TECHNOGENETICS SRL	LODI
27/07/2015	9.11	16936	11	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	MILANO
27/07/2015	9.27	16937	12	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	MONZA (MB)
27/07/2015	9.59	16945	13	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	MILANO

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste, n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa e n. 3 offerta economica.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto nel Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e siglata.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	DOC. AMMINISTRATIVA	DOC. TECNICA	LOTTI PER I QUALI LA DITTA PARTECIPA
1	AB ANALITICA SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 1-5
2	EXPERTEAM SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 4-5-8
3	BECKMAN COULTER SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 2
4	MEDICAL SYSTEMS SPA	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 1
5	ARROW DIAGNOSTICS SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 6
6	DIATECH PHARMACOGENETICS SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 6
7	ELITECHGROUP SPA	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 5-7
8	NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 6-8
9	DEVYSER ITALIA SRL	Ammessa con riserva: la ditta non ha allegato la certificazione di qualità a dimostrazione del versamento ridotto all'1% del valore della cauzione provvisoria del lotto n. 5.	Schede tecniche + cd	n. 5-8
10	TECHNOGENETICS SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 8
11	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 7
12	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 1-2-5
13	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	Regolare	Schede tecniche + cd	n. 2-5

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Colugna n. 50 - Pad. 16 - 33100 Udine - Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Durante la seduta si rileva quanto segue:

- la ditta AB ANALITICA SRL, nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, non ha

allegato il modulo "G" (Dichiarazione familiari conviventi); pertanto, alla stessa verrà richiesto di

integrare la documentazione mancante;

la ditta DEVYSER ITALIA SRL è stata ammessa con riserva in quanto, nella busta n. 1 relativa ai

Documenti di partecipazione, non ha allegato la certificazione di qualità o non ha reso

autocertificazione a dimostrazione del versamento ridotto all'1% del valore della cauzione

provvisoria del lotto n. 5. Inoltre, verranno richiesti alla ditta ulteriori chiarimenti in ordine alla

figura del direttore tecnico inserito nel modulo "A" ("Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di

atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000"), ma, non presente nel modulo "F" (Dichiarazione sostitutiva

di iscrizione al C.C.I.A.A.). Si rileva, altresì, che per uno dei soci muniti di rappresentanza, la ditta

non ha allegato il modulo "G" (Dichiarazione familiari conviventi).

Verrà pertanto richiesto alla ditta di integrare e regolarizzare tutta la documentazione mancante.

Tutte le altre ditte sono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte

economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno delle buste, verificandone

contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un

plico che viene sigillato e siglato.

Il Presidente dispone che il suddetto plico venga conservato, a cura del Presidente stesso, in cassaforte

in attesa delle successive sedute di gara.

La seduta si chiude alle ore 13:20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

F.to

Sig. Andrea Bertussi

F.to

Dott.ssa Ilaria Carlini

F.to

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" "ID.15REA005

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di agosto, alle ore 9:30, presso gli uffici dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che di seguito si indicherà come EGAS, in Udine, via Colugna n. 50, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d'atto delle nuove determinazioni dell'Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" "ID.15REA005.

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), il sig. Andrea Bertussi (teste), nonché il sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti non è presente alcun rappresentante.

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 28/07/2015, la ditta DEVYSER ITALIA SRL è stata ammessa con riserva alle fasi successive della procedura in quanto nei Documenti di partecipazione non ha allegato la certificazione di qualità o non ha reso autocertificazione a dimostrazione del versamento ridotto all'1% del valore della cauzione provvisoria relativamente al lotto n. 5.

Con nota protocollo n. 17547 del giorno 06/08/2015 è stata inviata alla ditta DEVYSER ITALIA SRL la relativa comunicazione di Ammissione con riserva con richiesta di regolarizzare la relativa posizione previo pagamento della penale di cui all'art. 3 delle Norme di Partecipazione.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta, agli atti di questa Amministrazione, in merito a quanto richiesto nella comunicazione di Ammissione con riserva, si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 0017891 del 10/08/2015 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.

Nel corso della seduta si prende atto che la ditta DEVYSER ITALIA SRL ha provveduto a regolarizzare la relativa posizione (come da documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, la ditta stessa viene ammessa alle fasi successive della procedura.

La seduta si chiude alle ore 9:40.				
Letto, approvato e sottoscritto.				
Dott. Marco Zanon	F.to			
Sig. Andrea Bertussi	F.to			
Sig. Eros Schneider	F.to			

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" "ID.15REA005

L'anno duemilaquindici, il giorno 05 del mese di novembre, alle ore 11:15 presso gli uffici dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Colugna n. 50, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d'atto delle nuove determinazioni dell'Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della fornitura di "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"" ID.15REA005.

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), il sig. Andrea Bertussi (teste) e la dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente premette che il giorno 28/07/2015 si è tenuta la prima seduta pubblica della gara in oggetto e che il giorno 28/08/2015 si è tenuta la seconda seduta pubblica in merito allo scioglimento della riserva relativa all'ammissione della ditta DEVYSER ITALIA SRL.

Visto la comunicazione pervenuta all'EGAS, agli atti di questa Amministrazione, in cui l'A.A.S.5 Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" chiede di ritirare il lotto n. 6, si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 23715 del 27/10/2015 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito all'aggiudicazione del lotto sopracitato.

Preso atto della comunicazione pervenuta e del venir meno dell'interesse pubblico alla fornitura del lotto n. 6, il Presidente decide, pertanto, in autotutela, di non procedere all'aggiudicazione del lotto n. 6 secondo quanto previsto dall'art. 1 delle Norme di partecipazione alla gara.

La seduta si chiude alle ore 11:23.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dott. Marco Zanon	F.to
Sig. Andrea Bertussi	F.to
Dott.ssa Ilaria Carlini	F.to

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE N. 4 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" "ID.15REA005

L'anno duemilasedici, il giorno 06 del mese di giugno, alle ore 11:08, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo, 330, si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" ID.15REA005.

Sono presenti:

Marco Zanon presidente

Eros Schneider componente

Susanna Sandrin componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell'esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 16/12/2015, 27/01/2016, 25/02/2016 e 22/04/2016 (allegato 1) parte integrante del presente atto di cui si da lettura ai presenti.

Si procede, quindi, all'apertura della busta sigillata n. 3, contenente l'offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si procede altresì alla verifica dell' eventuale offerta anomala, si riscontra che è presunta come anomala l' offerta del miglior offerente del lotto di cui all'allegato 2 e si dispone che per la stessa si proceda con istruttoria d'ufficio.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti. La seduta si chiude alle ore 11.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Marco Zanon	F.to
Eros Schneider	F.to
Susanna Sandrin	F.to

Allegati:

- n. 4 verbali della Commissione Giudicatrice (all. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 1

VERBALE 1

COMMISSIONE GIUDICATRICE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE (ID.15REA005)

Il giorno 16 dicembre 2015 alle ore 9.20 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la valutazione della documentazione tecnico/qualitativa e campionatura delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

La Commissione giudicatrice è composta da:

Barbara Pivetta **Presidente**Marta Miorin Componente

Paola Martelli Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità punti 40 Prezzo punti 60

- si rileva che non saranno ammesse alla fase successiva della gara, e quindi escluse, le offerte che non abbiano conseguito, per il punteggio previsto per la qualità, complessivamente almeno punti 20 su 40;

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

IL PRESIDENTE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
- 1. l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione;
- 2. fa disporre sul tavolo i plichi delle ditte sotto indicate e procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa:

AB ANALITICA SRL

EXPERTEAM SRL

BECKMAN COULTER SRL

MEDICAL SYSTEMS SPA

ELITECHGROUP SPA

NUCLEAR LASER MEDICINE SRL

DEVYSER ITALIA SRL

TECHNOGENETICS SRL

INSTRUMENTATION LABORATORY SPA

ROCHE DIAGNOSTICS SPA

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL

- dà corso alla lettura delle schede tecniche contenenti le specifiche tecniche.

LA COMMISSIONE

• procede all'apertura dei plichi sigillati contenenti la documentazione tecnica presentata dalle Ditte

- viste le schede tecniche, e ogni altra documentazione presentata dalle Ditte concorrenti, procede ad attenta discussione degli argomenti e delle proposte formulate dalle ditte al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti.
- Alle ore 13.35 la seduta viene sospesa a data da destinarsi.
- Si procede a riordinare la documentazione tecnica che viene riposta nelle rispettive buste delle Ditte concorrenti e vengono consegnate a cura del Presidente di commissione al competente ufficio Approvvigionamenti del Dipartimento Servizi Condivisi per la custodia degli atti.
- Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Barbara Pivetta	F.to
Marta Miorin	F.to
Da ala Mautalli	
Paola Martelli	F.to
Susanna Sandrin	F.to

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE 2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE (ID.15REA005)

Il giorno 27 gennaio 2016 alle ore 9.30 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la valutazione della documentazione tecnico/qualitativa e campionatura delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

La Commissione giudicatrice è composta da:

Barbara Pivetta **Presidente**Marta Miorin Componente

Paola Martelli Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

IL PRESIDENTE

rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - la lettura del verbale della seduta del 16.12.2015;
 - il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

- Riprende la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento.
- decide di chiedere alcuni chiarimenti in merito alla documentazione tecnica inviata dalla Ditta AB ANALITICA srl.
- Alle ore 13.20 la seduta viene sospesa a data da destinarsi.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si procede a riordinare la documentazione tecnica che viene riposta nelle rispettive buste delle Ditte concorrenti e vengono consegnate a cura del Presidente di commissione al competente ufficio Approvvigionamenti dell'EGAS per la custodia degli atti.

Barbara Pivetta	F.to
Marta Miorin	F.to
Paola Martelli	F.to
Susanna Sandrin	F.to

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE 3 COMMISSIONE GIUDICATRICE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE (ID.15REA005)

Il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 09.30 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la valutazione della documentazione tecnico/qualitativa e campionatura delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

La Commissione giudicatrice è composta da:

Barbara Pivetta **Presidente**Marta Miorin Componente
Paola Martelli Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

IL PRESIDENTE

rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - la lettura dei verbali della sedute precedenti;
 - il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, la lettura dei chiarimenti inoltrati dalla Ditta AB ANALITICA srl.

LA COMMISSIONE

- Preliminarmente procede alla lettura dei chiarimenti pervenuti da parte della ditta AB ANALITICA srl; La commissione ritiene i chiarimenti esaustivi;
- prosegue la valutazione di tutta la documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti;
- dalle ore 13.05 alle ore 14.00 la Commissione si assenta
- decide di chiedere alcuni chiarimenti in merito alla documentazione inviata dalle Ditte DEVYSER ITALIA SRL ed ELITECH GROUP SPA.
- Alle ore 17.10 la seduta viene sospesa a data da destinarsi

- Si procede a riordinare la documentazione tecnica che viene riposta nelle rispettive buste delle Ditte concorrenti e vengono consegnate a cura del Presidente di commissione al competente ufficio Approvvigionamenti per la custodia degli atti.
- Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Barbara Pivetta	F.to
Marta Miorin	F.to
Paola Martelli	F.to
Susanna Sandrin	F.to

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE (ID.15REA005)

Il giorno 22 Aprile 2016 alle ore 09.30 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la valutazione della documentazione tecnico/qualitativa e campionatura delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

La Commissione giudicatrice è composta da:

Barbara Pivetta **Presidente**Marta Miorin Componente

Paola Martelli Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

IL PRESIDENTE

rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - la lettura dei verbali della sedute precedenti;
 - il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, la lettura dei chiarimenti inoltrati dalle Ditte DEVYSER ITALIA SRL ed ELITECH GROUP SPA.

LA COMMISSIONE

- Preliminarmente procede alla lettura dei chiarimenti pervenuti da parte delle ditte DEVYSER ITALIA SRL e ELITECH GROUP SPA;
- prosegue la valutazione di tutta la documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti;
- Attribuisce i punteggi previsti per la qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate:
- le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste;

- le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.
- A conclusione dei lavori, alle ore 11.50, i plichi contenenti la documentazione tecnica vengono riordinati e la Commissione rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni

Barbara Pivetta	F.to
Marta Miorin	F.to
	1.00
Paola Martelli	F.to
Susanna Sandrin	F.to

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VALUTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" (ID.15REA005)

			OCCIDENTALE	(1D.15K1	211003)		
LOTTO 1 Sistema automatico per estrazione acidi nucleici (DNA ed RNA) da campioni biologici max 40		Α	B ANALITICA SRL	MEDICAL SYSTEMS SPA		ROCHE DIAGNOSTICS SPA	
Descrizione parametri di valutazione							
Efficienza di estrazione Valore più elevato	3						
< o = al 10% del valore più elevato	0,1	3,00		3,00		3,00	
Valori più bassi rispetto al precedente	0						
Ripetibilità Valore di ripetibilità più elevato	3						
Valore < o = 10% del valore più elevato	0,1	3,00		3,00		3,00	
Valori più bassi rispetto al precedente	0						
Purezza							
Valore più elevato Valore < o = 10% del valore più elevato	0,1	3,00		3,00		3,00	
Valori più bassi rispetto al precedente	0						
Livello di automazione							
del metodo	4.0						
Massima automazione	10	10.00		10.00		10.00	
Automazione parziale Automazione scarsa	0	10,00		10,00		10,00	
Rapidità di ottenimento	U		La processazione di 22				
dei risultati Proposta che prevede l'ottenimento dei risultati	6	1,00	La processazione di 32 campioni richiede 2 cicli di estrazione, circa 40 minuti per	1,00	Tempo di processazione minimo:	6,00	Tempo di processazione

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Colugna n. 50 - Pad. 16 - 33100 Udine - Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

		ciclo, con un tempo totale superiore a 80		la seduta di estrazione prevedede 90 minuti		minimo: 60 minuti per 32 campioni
1		minuti (sono da considerare anche carico - scarico dei campioni)		da 1 a 48 campioni.		
0						
0	7,50	caratteristiche mancanti: "possibilità di estrazione da provetta primaria", "sistema di refrigerazione attiva integrato", "possibilità di recuperare la seduta se ci sono problemi durante lo svolgimento"	7,50	caratteristiche mancanti: "non richiesta di pretrattamento dei campioni paraffinati", "sistema di refrigerazione attiva integrato, Possibilità di applicazione contemporanea di protocolli diversi"	10,00	caratteristiche mancanti: "non richiesta di pretrattamento dei campioni paraffinati, Possibilità di estrazione da provetta primaria"
	27,50		27,50		35,00	
	31,43		31,43		40,00	
	15	7,50 0 27,50	totale superiore a 80 minuti (sono da considerare anche carico - scarico dei campioni) caratteristiche mancanti: "possibilità di estrazione da provetta primaria", "sistema di refrigerazione attiva integrato", "possibilità di recuperare la seduta se ci sono problemi durante lo svolgimento"	totale superiore a 80 minuti (sono da considerare anche carico - scarico dei campioni) caratteristiche mancanti: "possibilità di estrazione da provetta primaria", "sistema di refrigerazione attiva integrato", "possibilità di recuperare la seduta se ci sono problemi durante lo svolgimento" totale superiore a 80 minuti (sono da considerare anche carico - scarico dei campioni) 7,50 7,50 7,50 27,50 27,50	totale superiore a 80 minuti (sono da considerare anche carico - scarico dei campioni) caratteristiche mancanti: "possibilità di estrazione da provetta primaria", "sistema di refrigerazione attiva integrato", "possibilità di recuperare la seduta se ci sono problemi durante lo svolgimento" prevedede 90 minuti da 1 a 48 campioni. caratteristiche mancanti: "non richiesta di pretrattamento dei campioni paraffinati", "sistema di refrigerazione attiva integrato, Possibilità di applicazione contemporanea di protocolli diversi"	totale superiore a 80 minuti (sono da considerare anche carico - scarico dei campioni) caratteristiche mancanti: "possibilità di estrazione da provetta primaria", "sistema di refrigerazione attiva integrato", "possibilità di recuperare la seduta se ci sono problemi durante lo svolgimento" totale superiore a 80 minuti da 1 a 48 campioni. caratteristiche mancanti: "non richiesta di pretrattamento dei campioni paraffinati", "sistema di refrigerazione attiva integrato, Possibilità di applicazione contemporanea di protocolli diversi" 27,50 27,50 27,50 35,00

LOTTO 2 Rilevazione quantitativa HCV e HBV	max	BEC	KMAN COULTER SRL	ROCHE DIAGNOSTICS SPA		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL		
	40							
parametri di valutazione								
Sensibilità								
> o = al 95%	5							
< 95% e >92%	1	5		5		5		
< 92%	0							
Precisione								
DS < o = a 0,2 log	5							
DS > 0,2 log	1	5		5		5		
DS >0,3 log	0							
Specificità								
> o = 99%	5	_		5		_		
< 99%	1	5		5		5		

Sede legale: Via Colugna n. 50 - Pad. 16 - 33100 Udine - Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

< 98%	0	<u></u>			
Livello di automazione del metodo					
il punteggio massimo sarà assegnato alla proposta di metodo completamente automatica che richieda l'intervento dell'operatore esclusivamente nella fase di inserimento del campione.	10	10	10	10	
ai sistemi che prevedano l'intervento dell'operatore anche durante la fase analitica	3				
Caratteristiche					
preferenziali reagenti Alla proposta che presenta tutte le caratteristiche preferenziali dei reagenti	3				
Una caratteristica preferenziale	1	3	3	3	
Nessuna caratteristica preferenziale	0				
Adattabilità all'organizzazione					
Il punteggio sarà assegnato in relazione maggiore o minore adattabilità (sia intermini di dimensioni della strumentazione che di flusso di lavoro) che il sistema proposto trova all'interno del laboratorio Ottimo Buono	12	12	12	12	
	5 2				
Discreto		l			

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Colugna n. 50 - Pad. 16 - 33100 Udine - Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

			SERVIZIO SANITAR	NO REGIONALE					
Insufficiente	0			I I	1 1				
Totale punti		40		40	40		1		
OTTO 3 Genotipizzazione HCV e HBV e rilevamento nutazioni associate alla esistenza di HBV ai armaci antivirali			DESERTO				•		
LOTTO 4 Ricerca delezioni cromosoma Y	max]	EXPERTEAM SRL]					
	40			_					
oarametri di valutazione									
I° di master mix <o 2<="" =="" td=""><td>15</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></o>	15			1					
I° di master mix = 0 > 3	8								
I° di master mix = 5	5	8	nr. 4 master mix						
o di master mix > 5	0								
Caratteristiche				1					
oreferenziali									
oresenti entrambe	13								
oresente una sola	5	13							
assenti	0								
Adattabilità				1					
all'organizzazione									
Grado di adattabilità	12								
ottimo									
Grado di adattabilità buono	5	12							
Grado di adattabilità	0								
insufficiente		22		4					
Totale punti Punti qualità		33		-					
riparametrati		40,00							
LOTTO 5 ANALISI DI MUTAZIONE GENI Fattore II (G20210A),Fattore V (Leiden), MTHFR		A	B ANALITICA SRL	EXPERTEAM SRL	ELITE	ECHGROUP SPA	DEVYSER ITALIA SRL	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

max

Sede legale: Via Colugna n. 50 - Pad. 16 - 33100 Udine - Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it

(C677T e A1298C)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

	40						1			I
Descrizione parametri di valutazione										
Sensibilità										
Sensibilità più elevata (tra le varie proposte)	5									
Sensibilità inferiore del 5% (rispetto alla più elevata)	1	5	5		5	NON AMMESSA	5		5	
Sensibilità inferiore del 10% (rispetto alla più elevata)	0									
Specificità Specificità più elevata (tra le varie proposte)	5									
Specificità inferiore del 5% (rispetto alla più elevata	1	5	5		5	Non soddisfa la	5		5	
Specificità inferiore del 10% (rispetto alla più elevata)	0					caratteristica obbligatoria dei reagenti: presenza di				
Numero minimo di campioni da analizzare (per seduta) per poter eseguire tutti i test previsti dal kit						controlli positivi e negativi da inserire in ogni seduta				
Proposta con nº più basso Proposta con numero intermedio	5	10	10		10		10		10	
Proposte con nº più elevato	0									
Caratteristiche preferenziali reagenti Presenza di tutte le caratteristiche Per ogni caratteristica	16	15		Non offre: possibilità di eseguire tutti i test con un'unica mix di amplificazione;	16		10	Non offre possibilità di eseguire tutti i test con	12	Non offre possibilità di eseguire tutti i test con un'unica
mancante vengono tolti 4 punt i		16	8	Fornitura VEQ europea (UKNequas)	16		12	un'unica mix di amplificazione	12	mix di amplificazione;
Adattabilità all'organizzazione										

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Colugna n. 50 - Pad. 16 - 33100 Udine - Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

Adattabilità massima del sistema all'interno del laboratorio (dimensioni della strumentazione e flusso di lavoro) Adattabilità buona Adattabilità insufficiente	1 0	0	l'utilizzo della tecnologia su strip ha maggiore impatto sulla organizzazione del laboratorio in quanto richiede maggiore operatività e tempo per l'esecuzione	4	4		4	4	
Totale punti		36		32	40		36	36	

LOTTO 7 Identificazione clonalità linfociti B e linfociti T e QF-PCR	max	EI	LITECHGROUP SPA		ISTRUMENTATION ABORATORY SPA
	40				
parametri di valutazione					
Caratteristiche preferenziali reagenti					
Presenza di tutte le caratteristiche	20	20		20	
Presenza di 1 caratteristica	5	20		20	
Assenza di caratteristiche	0				
Presenza di software per analisi e refertazione Presenza	20				
Presenza di software solo per analisi dei dati	5	20		20	
Assenza	0				
Totale punti		40		40	

LOTTO 8 QF-PCR per identificazione aneuploidie in diagnostica prenatale e su materiale abortivo	max	EXPERTEAM SRL	NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	TECHNOGENETIC	S SRL DEVYSER ITALIA SRL
	40				
Caratteristiche preferenziali reagenti		Non offre la fornitura		Non offre la fo	ornitura

Presenza di tutte le caratteristiche	10		VEQ	10			VEQ	40	
Presenza di 1 caratteristica	5	5		10		5		10	
Assenza	0								
Presenza di software per analisi e refertazione									
Presenza	15								
Presenza di software solo per analisi dei dati	5	5		5		5		5	
Assenza	0								
N° di aneuploidie identificabili					Non offre il numero				
Numero massimo	15	15		5	massimo di aneuploidie	15		15	
Numero intermedio	5				identificabili				
Numeri inferiori	0								
Totale punti		25		20		25		30	
Punti qualità riparametrati		33,33		26,67		33,33		40,00	

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 2

Prosp	<u>oetto comparativo delle offerte econor</u>	<u>niche - ID.15REA0</u>	05		
Lotto	Descrizione	Prezzo base per 12 MESI	AB ANALITICA SRL	MEDICAL SISTEMS SPA	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
	SISTEMA AUTOMATICO PER ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI (DNA ed RNA) da campioni biologici				Anomala
١.,	Punteggio tecnico		31,43	31,43	40,00
1	Offerta economica per 12 MESI	€ 19.529,65	€ 19.696,40	€ 26.780,20	€ 19.529,65
	Punteggio economico		59,49204	43,75542	60,00000
	Punteggio totale		90,92204	75,18542	100,00000
					AGG

	Lotto	Descrizione	Prezzo base per 12 MESI	BECKMAN COULTER	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
		RILEVAZIONE QUANTITATIVA HCV e HBV	€ 182.622,69			
l		Punteggio tecnico		40,00	40,00	40,00
l	2	Offerta economica per 12 MESI	€ 119.890,00	€ 119.890,00	€ 119.931,26	€ 167.668,00
		Punteggio economico		60,00000	59,97936	42,90264
		Punteggio totale		100,00000	99,97936	82,90264
ı				AGG	_	

	2 000.12.0.10		
3	Genotipizzazione HCV e HBV e rilevamento mutazioni associate alla resistenza di HBV ai farmaci antivirali		
Lotto	Descrizione	Prezzo base per 12 MESI	EXPERTEAM SRL
	Ricerca delezioni cromosoma Y	€ 6.496,00	Anomala
	Punteggio tecnico		40,00
1	Offerta economica per 12 MESI	€ 4.900,00	€ 4.900,00
4	Punteggio economico		60,00000
	Punteggio totale		100,00000
			AGG

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Colugna n. 50 - Pad. 16 - 33100 Udine - Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

DESERTO

PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it

Lotto Descrizione

Lotto	Descrizione	Prezzo base per 12 MESI	AB ANALITICA SRL	EXPERTEAM SRL	ELITECH GROUP	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS	DEVYSER ITALIA SRL
	ANALISI DI MUTAZIONE GENI Fattore II (G20210A),Fattore V (Leiden), MTHFR (C677T e A1298C)	€ 22.505,93	Anomala					
l _	Punteggio tecnico		36,00	32,00	40,00	36,00	36,00	NON
5	Offerta economica per 12 MESI	€ 17.120,00	€ 17.469,00	€ 17.120,00	€ 22.033,50	€ 18.139,00	€ 22.200,00	AMMESSA
	Punteggio economico		58,80131	60,00000	46,61992	56,62936	46,27027	
	Punteggio totale		94,80131	92,00000	86,61992	92,62936	82,27027	
			AGG					

Lotto	Descrizione			
6	LOTTO RITIRATO			
Lotto	Descrizione	Prezzo base per 12 MESI	ELITECH GROUP	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA
7	Identificazione clonalità linfociti B e linfociti T e QF-PCR	€ 17.000,00		
	Punteggio tecnico		40,00	40,00
	Offerta economica per 12 MESI	€ 16.421,25	€ 16.421,25	€ 16.953,64
	Punteggio economico		60,00000	58,11584
	Punteggio totale		100,00000	98,11584
			AGG	

Lotto	Descrizione	Prezzo base per 12 MESI	EXPERTEAM SRL	NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	TECNOGENETICS SRL	DEVYSER ITALIA SRL
8	QF-PCR per identificazione aneuploidie in diagnostica prenatale e su materiale abortivo	€ 4.000,00				
	Punteggio tecnico		33,33	26,67	33,33	40,00
	Offerta economica per 12 MESI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.011,00	€ 3.980,00	€ 3.947,50
	Punteggio economico		60,00000	29,89040	22,61307	22,79924
	Punteggio totale		93,33000	56,56040	55,94307	62,79924
			AGG	_		

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330

Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241

C.F./P.IVA 02801630308

e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

EGAS

VERBALE N. 5 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" ID.15REA005

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 11:15, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è proceduto a riesaminare gli esiti relativi alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE - ID.15REA005.

Sono presenti:

Marco Zanon Presidente

• Eros Schneider Teste

• Susanna Sandrin Teste e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente premette che il giorno in data 06/06/2016 ha avuto luogo la seduta pubblica relativa alla lettura dei verbali di valutazione tecnica e conseguente apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse per la procedura in argomento.

Si precisa inoltre che in esito alla seduta di cui sopra non si è proceduto ad adottare formale provvedimento di approvazione degli atti di gara.

In relazione agli esiti della seduta succitata si rileva altresì che successivamente alla stessa è giunta comunicazione all'EGAS, agli atti di questa Amministrazione, in cui l'A.A.S.5 Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" chiede di non procedere all'aggiudicazione dei lotti lotto n. 2, n. 7 e n. 8.

In relazione a quanto comunicato si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 4950 del 20/02/2017 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito all'aggiudicazione dei lotti sopracitati.

Si prende preliminarmente atto della comunicazione pervenuta nella quale si evidenzia il venir meno dell'interesse pubblico del contenuto dei lotti nn. 2, 7 e 8 , così come a suo tempo

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330 Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241

C.F./P.IVA 02801630308

e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



EGAS

concepiti, e ciò alla luce della nuova organizzazione dei servizi prevista per i Laboratori dell'Area Vasta di Pordenone che modificherà integralmente il contesto e le finalità per le quali i lotti erano stati strutturati.

In tale contesto, tenuto conto che la nuova organizzazione prevede il consolidamento di tutte le diagnostiche microbiologiche dell' IRCCS "Centro di riferimento oncologico" a Pordenone, vi è l'esigenza di definire una serie di rilevanti integrazioni all'attuale assetto analitico del laboratorio succitato che risultano non conformabili ai lotti così come definiti nella gara in oggetto, lotti che necessitano pertanto una nuova riformulazione più consona al nuovo contesto clinico-diagnostico.

Per quanto sopra, in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 del capitolato speciale di gara si rileva che è venuto meno l'interesse pubblico all'aggiudicazione dei lotti nn. 2, 7 e 8 pertanto gli stessi vengono revocati e contestualmente dichiarati deserti.

Per converso si confermano gli esiti della seduta del 06/06/2016 per quanto riguarda i lotti nn. 1, 4 e 5 per i quali sono stati rispettivamente individuati quali migliori offerenti, in via provvisoria, le ditte ROCHE DIAGNOSTICS SPA, EXPERTEAM SRL e AB ANALITICA SRL, mentre si conferma la diserzione del lotto n. 3.

La seduta si chiude alle ore 11:25.

Letto, approvato e sottoscritto.

Marco Zanon	F.to	
Eroc Schnoider	F.to	
Eros sciineidei	r.to	
Susanna Sandrin	F.to	