

LOTTO 2 ASUIUD	MAX	ATI VARIAN	ATI ELEKTA	ATI VARIAN	ATI ELEKTA
Linac	21,00	20,80	14,60		
Fasci di fotoni	3,00	3,00	1,80	proposta ottima: il numero di fasci proposti, il dose rate massimo e numero di dose rate sono maggiori	nel complesso la soluzione proposta si pone a livello discreto nella valutazione globale dei parametri oggetto del punteggio
Sistema di monitoraggio dosimetrico	2,00	2,00	2,00	proposta ottimale	proposta ottimale
Gantry	1,50	1,50	0,90	ottima l'accuratezza (0,5 raggio) in particolare per l'esecuzione di trattamenti di stereotassi (destinazione d'uso)	proposta discreta (0,7 raggio) vista la finalità di esecuzione di trattamenti di stereotassi (destinazione d'uso)
Sistema di collimazione	3,00	3,00	1,20	proposta ottima: il sistema integrato di collimazione (MLC) soddisfa i requisiti e consente l'erogazione di tutte le tipologie di trattamento per il nuovo linac	proposta sufficiente: indagosa la gestione del sistema MLC dedicato a trattamenti stereotassici (per la natura add-on del collimatore), non possibile VMAT con doserate variabile
Lettino	1,50	1,50	1,50	proposta ottimale	proposta ottimale
Treatment Delivery System (con funzione di Record & Verify)	1,50	1,50	1,50	proposta ottimale	proposta ottimale
IGRT: sistemi MV e kV	3,00	3,00	1,20	in relazione ai parametri indicati in CSA la proposta di Varian risulta ottimale. Si evidenziano anche migliori performance dosimetriche di EPID	discreta la proposta per i parametri indicati in CSA; complessivamente idonee le performance dosimetriche (inferiori rispetto al concorrente)
Gating respiratorio	1,00	0,80	1,00	buona la proposta	ottima la proposta (qualità superiore)
Quantità e rilevanza delle opzioni offerte	4,50	4,50	3,50	numerose le opzioni incluse in offerta, particolarmente rilevante il sistema di dosimetria portale (completa per l'impiego clinico la dotazione dei fasci di elettroni)	numerose le opzioni incluse in offerta, ma di quantità e rilevanza inferiori rispetto al concorrente
Sistemi Informativi a corredo	11,00	11,00	6,60		
Sistema OIS	2,00	2,00	2,00	proposte entrambe ottimali	proposte entrambe ottimali
Software di gestione avanzata dell'imaging per Radioterapia (segmentazione, registrazione, radioterapia adattativa)	2,00	2,00	1,20	proposta ottima: in particolare garantisce la miglior funzionalità della radioterapia adattativa legata all'utilizzo di due licenze flottanti e particolare attenzione all'imaging avanzato di RM	proposta discreta per frammentarietà e presenza di unica piattaforma (licenza fissa) per la gestione dell'attività prevista
Sistema TPS	4,00	4,00	2,40	proposta ottima in particolare: offerto algoritmo acuros+montecarlo (con accuratezza superiore) e modulo knowledge based	proposta discreta
Quantità e rilevanza delle opzioni offerte	3,00	3,00	1,00	offerte opzioni incluse in Pa con grossa rilevanza applicativa	incluse in offerta opzioni di quantità e rilevanza inferiori a VARIAN
Controllo Qualità	2,00	2,00	0,80		
Sistemi HW&SW per Controllo della Qualità	1,00	1,00	0,80	proposta ottima: migliore soluzione per i controlli giornalieri	proposta buona
Quantità e rilevanza delle opzioni offerte	1,00	1,00	0,00	offerte due significative opzioni in configurazione Pa	nessuna opzione offerta in Pa
Integrazione e Compatibilità fra sistemi	6,00	6,00	0,00	ottima l'integrazione e compatibilità in relazione agli obiettivi clinici-organizzativi-tecnici elencati a pag 25-26 del capitolato	la soluzione complessiva proposta per l'integrazione e compatibilità non risulta sufficiente in relazione agli obiettivi clinici-organizzativi-tecnici elencati a pag 25-26 del capitolato

Funzioni opzionali	7,00	5,60	3,10		
- OPZ1: Modalità IGRT con funzione di tracking e riposizionamento automatico del lettino: valutazione delle componenti hardware e software. In particolare saranno valutati:	3,00	3,00	0,90	buona la soluzione ed inclusa in offerta	buona la soluzione ma non inclusa in offerta
- OPZ2: SW per planning avanzato particolarmente orientato alla radiocirurgia (SRT, SRS e SBRT). In particolare saranno valutati:	2,00	0,60	0,20	buona la soluzione ma non inclusa in offerta (offerta completa brainlab con tutti i moduli di segmentazione e abbonamento qentry)	discreta la soluzione ma non inclusa in offerta (brainlab solo per limitati moduli: encefalo e cranio spinale)
- OPZ3: "portabilità" degli applicativi in gara. In particolare saranno valutati:	2,00	2,00	2,00	buona la soluzione ed inclusa in offerta	buona la soluzione ed inclusa in offerta
Opere Edili ed impiantistiche	3,00	2,40	3,00	Viene proposta una soluzione progettuale buona nel suo complesso.	Viene proposta una soluzione progettuale che nel suo complesso presta particolare attenzione e dettaglio in relazione alla completezza/chiarzza degli elaborati progettuali e alla umanizzazione degli ambienti.
TOTALE	50,00	47,80	28,10		
RIPARAMETRAZIONE		50,00	29,39		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 12/05/2017 17:39:10

IMPRONTA: BA7F2AE8702EBF1215009584E6BD1733CD4BB82EB5911E535BD23C3AA1414108
CD4BB82EB5911E535BD23C3AA14141080B2E3CB68B7398BA10B5BB955A96AF1A
0B2E3CB68B7398BA10B5BB955A96AF1AB88FADA709111A7F52BD5CA75BE07523
B88FADA709111A7F52BD5CA75BE07523D1015B00C03382273C36755225B5CFAA