

		CAM HOSPITAL	LUIGI SALVADORI	AMD ESAFARMA	D.R.M. SRL	FARMAC ZABBAN	EMODIAL SRL
<b>PARAMETRI DI VALUTAZIONE</b>	<b>punti max</b>						
<b>lotto 65</b>							
praticità di utilizzo del materiale	20	10	10	0	20	10	16
qualità del materiale	10	5	0	5	10	0	8
efficacia del cerotto e /o benda premifistola	10	0	5	0	10	0	10
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>34</b>
<b>RIPARAMETRAZIONE</b>		<b>non ammssa; pt inferiore a 20 pt</b>	<b>non ammssa; pt inferiore a 20 pt</b>	<b>non ammssa; pt inferiore a 20 pt</b>	<b>40</b>	<b>non ammssa; pt inferiore a 20 pt</b>	<b>34</b>
NOTE							
praticità di utilizzo del materiale		praticità sufficiente: confezione troppo compatta, apertura conforme, coprimanica poco indossabile	appena sufficiente, anche se confezione troppo compatta e apertura difficoltosa	insufficiente in termini di utilizzo: poiché nella fase di separazione di kit attacco/stacco la confezione si strappa inficiando la sterilità del materiale contenuto. Inoltre nel fuori kit campionato in gara è presente il coprimanica anziché la tasca	ottima la praticità di utilizzo del materiale, ottima apertura e separazione, ottima la disposizione del materiale	buona l'apertura, disposizione del materiale discreta, coprimanica poco indossabile	buona praticità: apertura un po' difficoltosa e confezione troppo compatta
qualità del materiale		materiale sufficiente garze poco consistenti, pinza stringitubo seghettata poco funzionale, tasca poco consistente e poco capiente	insufficiente: garze consistenti, tappi non combinati, foro del telino piccolo e anche tasca piccola	qualità del materiale mediamente sufficiente	ottima la qualità del materiale presentato	insufficiente: tasca con misure non conformi e non funzionale all'utilizzo, pinza troppo lunga e deformabile	buona la qualità del materiale ma si evidenzia la saldatura della tasca potenzialmente causa di decubito e irritazione
efficacia del cerotto e /o benda premifistola		insufficiente: certotto poco efficace in quanto poco adesivo	sufficiente: certotto poco efficace, il 15x4 in particolare è poco adesivo	insufficiente: il cerotto poco efficace, la protezione si strappa e il margine si sfilaccia al momento della rimozione	ottima l'adesività ed efficacia del cerotto proposto	insufficiente: certotto contenuto nel kit di stacco non conforme, poco efficace, si sfilaccia	ottima l'adesività ed efficacia del cerotto proposto

		CAM HOSPITAL	LUIGI SALVADORI	D.R.M. SRL	EMODIAL SRL
<b>PARAMETRI DI VALUTAZIONE</b>	<b>punti max</b>				
<b>lotto 67</b>					
praticità di utilizzo del materiale	20	10	0	20	16
qualità del materiale	10	0	5	8	8
efficacia del cerotto e /o benda premifistola	10	8	8	8	8
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>32</b>
<b>RIPARAMETRAZIONE</b>		<b>non ammssa; pt inferiore a 20 pt</b>	<b>non ammssa; pt inferiore a 20 pt</b>	<b>40</b>	<b>35,56</b>
NOTE					
praticità di utilizzo del materiale		sufficiente: apertura buona, ma coprimanica poco indossabile e la disposizione del materiale non ottimale	praticità di utilizzo insufficiente: confezione troppo compatta, benda premifistola non conforme (adesivo terminale contrario e quindi non utilizzabile), coprimanica indossabile, disposizione discreta	ottimo. Apertura, disposizione ottime, ottima la funzionalità della benda premifistola e indossabilità del coprimanica, buona apertura	buono: buona l'apertura e disposizione, benda premifistola con minor sostegno quindi meno funzionale/pratica per utilizzo ottima indossabilità del coprimanica
qualità del materiale		laccio emostatico sufficiente, tamponi e cerotti insufficienti, telino poco assorbente	sufficiente:telino poco assorbente, garze consistenti, laccio emostatico morbido, tamponi poco consistenti, buone le salviette	buono: buono potere assorbente del telino, buoni cerotti, garze leggere, laccio emostatico sufficiente; tamponi poco consistenti, salviette molto morbide, buone le pinze	buono: buono potere assorbente del telino, garze leggere, cerotti buoni, laccio emostatico sufficiente, tamponi poco consistenti, buone le pinze, buone le salviette, ma meno confortevoli per paziente
efficacia del cerotto e /o benda premifistola		benda premifistola con buon potere assorbente	benda premifistola con buon potere assorbente	benda premifistola con buon potere assorbente	benda premifistola con buon potere assorbente

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 02/06/2017 17:28:21

IMPRONTA: 330D34C56DD97EEA3E5092DA40B565350EC4DCB72CEF6C666B02A04D66816E60  
0EC4DCB72CEF6C666B02A04D66816E602EFE0ACF24AE112DC940CDF807C159D1  
2EFE0ACF24AE112DC940CDF807C159D14C7D69B40C3750D1A6C72937AE95A557  
4C7D69B40C3750D1A6C72937AE95A5579F4026BE6D065993A6F77D34A8E67AB3