

# ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

## Allegato A.1 alla Determinazione

### VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AUSILI PER PAZIENTI E MASCHERE PER RADIOTERAPIA” ID.13PRE034.2

L’anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 9:34 presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Colugna, 50, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di “AUSILI PER PAZIENTI E MASCHERE PER RADIOTERAPIA” ID.13PRE034.2, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 02/03/2016.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 167.251,00 (+ € 61.325,37 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata secondo il criterio di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, ovvero al prezzo più basso.

Il seggio nominato con nota n. 9965 del 18/04/2016, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal sig. Eros Schneider (teste) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 18/04/2016, sono pervenuti n. 5 plichi, numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO	CITTA'
12/04/2016	11.15	9374	1	EHC SRL	ANCONA
14/04/2016	9.34	9604	2	TEMA SINERGIE SPA	FAENZA (RA)
15/04/2016	9.00	9707	3	D.D.E DYNAMIC DEVICES EUROPE SRL	PARABIAGO (MI)
18/04/2016	9.20	9903	4	EL.SE. SRL	TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
18/04/2016	9.20	9905	5	TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL	TORINO

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi mediante l’esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell’art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, pena esclusione dalla gara, entro i termini di presentazione dell’offerta presso gli uffici del “Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo” le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all’apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell’integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all’esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all’interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sui plichi contenenti la campionatura, plichi pervenuti nei termini previsti dalle norme di partecipazione, giuste bolle agli atti di questa amministrazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	Ditta	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	EHC SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 24
2	TEMA SINERGIE SPA	Ammissa con riserva: la Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà ex DPR 445/2000 - Allegato “A” non risulta sottoscritta (risultano sottoscritte solo le clausole vessatorie). Inoltre, le Dichiarazioni sostitutive familiari conviventi - Allegati “G” presentate sono prive delle rispettive fotocopie dei documenti di identità dei firmatari.	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 24
3	D.D.E DYNAMIC DEVICES EUROPE SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 24
4	EL.SE. SRL	Ammissa con riserva: l’importo della cauzione provvisoria presentata non è capiente e non ha validità per almeno 240 gg.	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 24
5	TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 24

Durante la seduta si rileva quanto segue:

- la ditta TEMA SINERGIE SPA viene ammessa con riserva in quanto, nella busta n. 1 relativa ai

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Documenti di partecipazione, ha allegato la Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà ex DPR 445/2000 – Allegato “A” priva della sottoscrizione (risultano sottoscritte solo le clausole vessatorie); inoltre, le Dichiarazioni sostitutive familiari conviventi - Allegati “G” presentate sono prive delle rispettive fotocopie dei documenti di identità dei firmatari. Verrà pertanto chiesto alla ditta di integrare la documentazione mancante;

- la ditta EL.SE. SRL viene ammessa con riserva alle fasi successive della gara in quanto, nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, ha allegato il documento relativo alla cauzione provvisoria con importo non sufficientemente capiente e con validità inferiore a 240 giorni, come richiesto dall’art. 3 delle Norme di partecipazione alla gara; verrà pertanto chiesto alla ditta di integrare la documentazione mancante.

Le altre ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della procedura.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l’apposizione di firma e data all’esterno della busta, verificandone contestualmente l’integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato, siglato e conservato, a cura del Presidente stesso, in cassaforte.

Dispone altresì che la campionatura venga ricomposta e suddivisa in lotti per i lavori della commissione giudicatrice.

La seduta si chiude alle ore 10:18.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon F.to \_\_\_\_\_

Sig. Eros Schneider F.to \_\_\_\_\_

Dott.ssa Ilaria Carlini F.to \_\_\_\_\_

## **ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

### **VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AUSILI PER PAZIENTI E MASCHERE PER RADIOTERAPIA” ID.13PRE034.2**

L’anno duemilasedici, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 09:33, presso gli uffici dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che di seguito si indicherà come EGAS, in Udine, via Colugna n. 50, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove determinazioni dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AUSILI PER PAZIENTI E MASCHERE PER RADIOTERAPIA” ID.13PRE034.2

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Susanna Sandrin (teste), nonché la dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti è presente il rappresentante della ditta EL.SE. SRL di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dallo stesso, per il quale si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 21/04/2016, le ditte TEMA SINERGIE SPA e EL.SE. SRL sono state ammesse con riserva alle fasi successive del procedimento per le seguenti motivazioni:

- la ditta TEMA SINERGIE SPA, nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, ha allegato la Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà ex DPR 445/2000 – Allegato “A” priva della sottoscrizione (risultano sottoscritte solo le clausole vessatorie); inoltre, le Dichiarazioni sostitutive familiari conviventi - Allegati “G” presentate sono prive delle rispettive fotocopie dei documenti di identità dei firmatari;
- la ditta EL.SE. SRL, sempre nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, ha allegato il documento relativo alla cauzione provvisoria con importo non sufficientemente capiente e con validità inferiore a 240 giorni, come richiesto dall’art. 3 delle Norme di partecipazione alla gara.

Con note protocollo EGAS n. 10615 e n. 10621 del giorno 26/04/2016 sono state inviate, rispettivamente, alle ditte TEMA SINERGIE SPA e EL.SE. SRL le comunicazioni di Ammissione con riserva con richiesta di regolarizzare la propria posizione, previo pagamento della

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

sanzione amministrativa come previsto dall'art. 3 delle Norme di partecipazione alla gara.

Si precisa che, in seguito alla prima seduta pubblica del 21/04/2016, questa Amministrazione ha rilevato che la ditta EL.SE. SRL, nel documento relativo al pagamento della cauzione provvisoria ha riportato due importi diversi: in particolare, nel contratto di garanzia, all'art. 3 è stato riportato in cifre e in lettere l'importo pari a € 1662,60, mentre nella scheda tecnica allegata alla garanzia è stato riportato l'importo in cifre di € 1660,60. Pertanto, l'importo relativo alla cauzione provvisoria preso in considerazione da questa Amministrazione e ritenuto capiente rispetto a quanto richiesto nel Capitolato speciale di gara è quello espresso in lettere, ovvero € 1662,60. In relazione a quanto sopra, nella comunicazione di ammissione con riserva inviata alla ditta è stata chiesta conferma alla stessa, la quale ha convalidato quanto già preso in considerazione da questa Amministrazione. Pertanto, l'importo della cauzione provvisoria versato dalla ditta EL.SE. SRL risulta capiente.

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, le ditte TEMA SINERGIE SPA e EL.SE. SRL hanno inviato quanto comunicato nelle rispettive lettere di Ammissione con riserva.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 11104 del 02/05/2016 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento delle riserve.

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte TEMA SINERGIE SPA e EL.SE. SRL hanno provveduto a regolarizzare la relativa posizione previo pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 delle Norme di Partecipazione alla gara (come da documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, entrambe le ditte vengono ammesse alle fasi successive della procedura.

La seduta si chiude alle ore 09:40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon                      F.to \_\_\_\_\_

Sig.ra Susanna Sandrin                F.to \_\_\_\_\_

Dott.ssa Ilaria Carlini                F.to \_\_\_\_\_

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

### VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AUSILI PER PAZIENTI E MASCHERE PER RADIOTERAPIA” ID.13PRE034.2

L’anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 10:04, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “AUSILI PER PAZIENTI E MASCHERE PER RADIOTERAPIA” ID.13PRE034.2.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott.ssa Ilaria Carlini componente
- Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei giudizi di idoneità/non idoneità attribuiti dalla Commissione incaricata della verifica della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 13/06/2016 e 14/07/2016 (allegato 1) di cui si dà lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Non si procede all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente le offerte economiche delle ditte partecipanti alla gara, in quanto nella fase di verifica della documentazione tecnica tutte le ditte sono risultate non idonee e quindi automaticamente escluse dalla gara.

Preso atto quanto sopra, si dichiara la gara deserta per mancanza di offerte valide o rispondenti alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

Il presente verbale viene rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 10:11.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* \_\_\_\_\_

Dott.ssa Ilaria Carlini *F.to* \_\_\_\_\_

Sig. Eros Schneider *F.to* \_\_\_\_\_

*Allegato: n. 2 verbali della Commissione (all. 1)*



## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

### LA COMMISSIONE DI VERIFICA

- prende atto del lotto deserto per totale assenza di offerte ricevute (n. 21);
- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento;
- decide di effettuare una prova pratica della campionatura presentata dalle ditte concorrenti al fine di verificare la compatibilità dei presidi offerti con le apparecchiature in uso presso i reparti di destinazione.

La Commissione Giudicatrice, alle ore 11:30, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Marco Zanon *F.to* \_\_\_\_\_ presidente
- Dott.ssa Anna Liberale *F.to* \_\_\_\_\_ componente
- Sig.ra Francesca Romana Fabris *F.to* \_\_\_\_\_ componente
- Sig. Renato Bertoli *F.to* \_\_\_\_\_ segretario verbalizzante



## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

### GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “AUSILI PER PAZIENTI E MASCHERE PER RADIOTERAPIA” (ID.13PRE034.2) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

#### VERBALE N. 2 DI VERIFICA DI IDONEITA' TECNICA

Il giorno 14 luglio 2016 alle ore 9:30, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione incaricata della verifica di idoneità tecnica della documentazione tecnica e della campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott.ssa Anna Liberale componente
- Sig.ra Francesca Romana Fabris componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il sig. Renato Bertoli con funzioni di segretario verbalizzante.

#### PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in due lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs 163/2006), previa verifica dell'idoneità rispetto alle caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale;
- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso il Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo;

#### IL PRESIDENTE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei giudizi di idoneità/non idoneità;

### LA COMMISSIONE DI VERIFICA

- visti gli esiti delle prove pratiche della campionatura presentata dalle ditte concorrenti effettuate presso i reparti di destinazione, le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti attribuisce i giudizi di idoneità/non idoneità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale nel quale vengono evidenziate le valutazioni espresse con le relative motivazioni.

A conclusione dei lavori, alle ore 10:00, la Commissione ricomponde quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Marco Zanon *F.to* \_\_\_\_\_ presidente
- Dott.ssa Anna Liberale *F.to* \_\_\_\_\_ componente
- Sig.ra Francesca Romana Fabris *F.to* \_\_\_\_\_ componente
- Sig. Renato Bertoli *F.to* \_\_\_\_\_ segretario verbalizzante

*Allegato: n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa*

**ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI**

REGIONE AUTONOMA FRULLI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

**Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa**

LOTTO	VOCE	Descrizione	Esito ammissibilità (idoneo / Non idoneo)	Motivazione della non ammissione
21	a	CORPETTO A BRETTELLAGGIO Corpetto intero con 4 punti di fissaggio, senza viti. Materiale traspirante lavabile, imbottitura soffice, cinture rifinite, confortevole, che permetta una libertà controllata del movimento. Disponibile in diverse misure (sia piccole che grandi)		
	b	CINGHIA PETTORALE Tessuto esterno in similpelle spalmato PVC imbottito		
	c	DIVARCATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA, VERSIONE INTERO Cintura a presa pelvica con regolazione indipendente dei lembi di divaricazione. Imbottitura confortevole e traspirante. Disponibile in più misure		
	<b><u>DESERTO</u></b>			
24	a	Maschera per radioterapia in materiale termoplastico per immobilizzazione testa-collo, spessore 2,4 mm circa, dimensioni 9" x12" circa		
	b	Maschera per radioterapia in materiale termoplastico per immobilizzazione testa-collo-spalle, spessore 2,4 mm circa, dimensioni 9" x12" circa		
	c	Foglio di materiale termoplastico per immobilizzazione testa-collo-spalle, spessore 2,4mm circa, rinforzato, compatibile con sistema Type S attualmente in uso presso la Soc di Radioterapia AOUD		
	d	Maschera in materiale termoplastico per immobilizzazione testa-collo, spessore 2,4mm circa, lunghezza 35cm circa, compatibile con sistema Type S attualmente in uso presso la Soc di Radioterapia AOUD		
		<b>D.D.E DYNAMIC DEVICES EUROPE SRL</b>	<u>NON IDONEO</u>	Voce d): diversamente da quanto dichiarato in scheda tecnica la campionatura presentata risulta di lunghezza inferiore rispetto a quanto indicato dal Capitolato. Perni di ancoraggio non compatibili per le varie maschere.
		<b>EHC SRL</b>	<u>NON IDONEO</u>	Il prodotto presentato per la voce a) risulta compatibile con le basi "CIVCO REF MT20100CF" in uso presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste mentre non risulta compatibile con le basi in uso presso il CRO Aviano, riportate nelle foto di cui alla "precisazione del 05/04/2016".
	<b>EL.SE. SRL</b>	<u>NON IDONEO</u>	Per le voci b) e c) offre lo stesso prodotto in contrasto con quanto richiesto dal Capitolato. Nello specifico il prodotto offerto alla voce c) non risulta rinforzato.	
	<b>TECNOLOGIE AVANZATE T. A. SRL</b>	<u>NON IDONEO</u>	Il prodotto presentato per la voce a) risulta compatibile con le basi in uso presso il CRO Aviano, riportate nelle foto di cui alla "precisazione del 05/04/2016" mentre non risulta compatibile con le basi "CIVCO REF MT20100CF" in uso presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste.	
	<b>TEMA SINERGIE SPA</b>	<u>NON IDONEO</u>	A seguito della prova pratica il prodotto non è risultato confacente alle esigenze quindi non idoneo. Nello specifico il materiale termoplastico ha formato delle pieghe nel momento in cui la maschera scaldata veniva modellata sul volto del paziente.	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 16/08/2016 13:29:21

IMPRONTA: 5A5D955C458EE3E8459F5113231031933E90DA1BB02391D3027A17B52CE2B626  
3E90DA1BB02391D3027A17B52CE2B6260ABF76CE8411F28E333D9F080127DEF4  
0ABF76CE8411F28E333D9F080127DEF4BD7D759CA450696A9A0675968A2AA8D0  
BD7D759CA450696A9A0675968A2AA8D02E14BCF042C657259C742D24BBF83FFE