


## Allegato A1 alla Determina



### VERBALE N. 1

#### **FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (ID 16APB013)**

L'anno duemiladiciasette, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 09.30 presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della Fornitura di ventilatori polmonari per terapia intensiva neonatale indetta con Determinazione Dirigenziale n. 634 del 07/12/2016.-

La fornitura è articolata in un unico lotto e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 c.2 del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 2527 del 30/01/2017 è composto da Zanon Marco (Presidente del seggio), Kos Donatella (teste), Todisco Catia (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 27/01/2017, sono pervenuti 2 plichi, come di seguito indicato:

<b>DATA ARRIVO</b>	<b>N. PROT.</b>	<b>N. CRON.</b>	<b>AZIENDA</b>
26/01/2017	1	2293	BURKE & BURKE SPA
27/01/2017	2	2441	UNIMED SRL

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 del disciplinare di gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n.3 offerta economica.

Si procede all'apertura dei plichi e alla contestuale verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle buste interne che vengono numerate; alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto nel Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserte nella busta n. 2 che viene risigillata e siglata.

Al termine si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N.CRONOL.	AZIENDA	DOC. AMMINISTRATIVA	LOTTO PER I QUALE PARTECIPA	DOC.TECNICA
1	BURKE & BURKE SPA	ammessa	1	regolare
2	UNIMED SRL	Ammessa con riserva perché non è stato compilato il punto m della dichiarazione	1	regolare

La ditta UNIMED srl viene ammessa con riserva in quanto nella "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 del Disciplinare di gara non risultano barrate le dichiarazioni di cui ai punti m) .

Posto quanto sopra, l'EGAS provvederà a richiedere la regolarizzazione della propria posizione alla ditta UNIMED srl integrando la documentazione di cui sopra e ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare ("Soccorso istruttorio").

L'altra ditta viene regolarmente ammessa alle fasi successive della gara.

Infine il Presidente del seggio procede a siglare mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta n. 3 relativa all'offerta economica di ogni ditta, verificandone contestualmente l'integrità e i

sigilli di chiusura, e dispone che le offerte economiche vengano chiuse in un plico che viene sigillato.

Il Presidente dispone che il suddetto plico venga conservato, a cura del Presidente stesso, in cassaforte in attesa delle successive sedute di gara.


La seduta si chiude alle ore 09.55

Letto, approvato e sottoscritto.

Zanon Marco            f.to \_\_\_\_\_

Todisco Catia            f.to \_\_\_\_\_

Kos Donatella            f.to \_\_\_\_\_



**VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI PER  
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE  
(ID 16APB013)**

L’anno duemiladiciasette, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 10:30, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove determinazioni dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE ID.16APB013.

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Kos Donatella (teste), e la sig.ra Catia Todisco (teste e segretario verbalizzante).

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 31/01/2017, la ditta UNIMED SRL è stata ammessa con riserva alle fasi successive del procedimento, come riportato nel verbale della medesima seduta.

Con note protocolli EGAS nn. 0003148, del giorno 03/02/2017 è stata inviata alla ditta la comunicazione di ammissione con riserva con richiesta che le proprie posizioni vengano regolarizzate previo pagamento della penale di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara.

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, la ditta UNIMED SRL, ha inviato quanto richiesto nelle lettere di ammissione con riserva.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 0003687 del giorno 08/02/2017 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito agli scioglimenti delle riserve.

Nel corso della seduta si prende atto che LA ditta UNIMED SRL ha provveduto a regolarizzare la relativa posizione (come da documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, la stessa viene ammessa alle fasi successive della procedura.


La seduta si chiude alle ore 10.40

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon f.to \_\_\_\_\_

Sig.ra Donatella Kos f.to \_\_\_\_\_

Sig. ra Catia Todisco f.to \_\_\_\_\_



## **VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA**

### **GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (ID 16APB013)**

L’anno duemiladiciassette il giorno 05 giugno, alle ore 10.05 presso gli uffici dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS - in Via Pozzuolo a Udine si sono esaminate le offerte relative alla gara a procedura aperta in oggetto.

Il seggio di gara è composto da Marco Zanon (Presidente), Catia Todisco (teste) nonché Chiara Cemulini (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente del seggio di gara dà lettura dei verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice tenutesi in data 14/03/2017 e 26/05/2017 ed in particolare delle ammissioni e non ammissioni come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente, accertata l’integrità delle buste contenenti l’offerta economica, dispone l’apertura delle sole offerte ammesse, dando lettura dei prezzi offerti.

Ultimata la lettura delle offerte economiche, si procede ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, che risulta essere UNIMED SRL come evidenziato nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2).

L’offerta che risulta affetta da possibile anomalia, in quanto sia il punteggio conseguito per l’offerta tecnica che quello conseguito per l’offerta economica risultano superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, è indicata nell’Allegato 2. Il Presidente comunica pertanto che si procederà d’ufficio, per i motivi sopra esposti, all’avvio del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata.

La seduta si chiude alle ore 10.20

Letto approvato e sottoscritto.


Marco Zanon f.to \_\_\_\_\_

Catia Todisco f.to\_\_\_\_\_

Chiara Cemulini f.to\_\_\_\_\_

Si allega al presente verbale:

- Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1)
- Prospetto offerta economiche (Allegato 2)



**VERBALE 1**  
**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO**  
**DELLA FORNITURA VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE**  
**(ID 16APB013)**

Il giorno 14 marzo 2017 ore 10.20 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Ing. Sabbadini Carlo **Presidente**

Dr. Cattarossi Luigi **Componente**

Dr. Demarini Sergio **Componente**

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Chiara Cemulini.

Si premette che:

- la procedura è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 634 del 07/12/2016;
- la fornitura è articolata in un unico lotto e sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

**IL PRESIDENTE**

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti e trasmessi alla Commissione da parte del Presidente del seggio di gara a seguito dell’ammissione in seduta pubblica tenutasi in data 14/02/2017:

1. BURKE & BURKE SPA
2. UNIMED SRL

**LA COMMISSIONE**

rileva che i criteri di valutazione qualitativa delle offerte sono esplicitati nella documentazione di gara e che la procedura di attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi.



Richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto la Commissione procede a dare lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti al fine di accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato.

Verificata la conformità delle offerte viene richiesta la prova pratica presso ASUIUD e BURLO.

La Commissione, alle ore 11.50 chiude i lavori, ricomponde quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Letto approvato e sottoscritto.

Ing. Sabbadini Carlo      **f.to** \_\_\_\_\_

Dr . Cattarossi Luigi      **f.to** \_\_\_\_\_

Dr. Demarini Sergio      **f.to** \_\_\_\_\_

Dott.ssa Cemulini Chiara **f.to** \_\_\_\_\_

**VERBALE 2**  
**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO**  
**DELLA FORNITURA VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE**  
**(ID 16APB013)**

Il giorno 26 maggio 2017 ore 9.35 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.  
Sono presenti:

Ing. Sabbadini Carlo **Presidente**

Dr. Cattarossi Luigi **Componente**

Dr. Demarini Sergio **Componente**

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Marco Zanon

**IL PRESIDENTE**

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti e richiama il verbale della seduta precedente.

La Commissione, dopo aver riesaminato i documenti con le risultanze delle prove pratiche effettuate presso l’ASUIUD e BURLO, procede ad attribuire i punteggi previsti per la qualità come riportati nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante.

La Commissione, alle ore 12.15 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS.

Letto approvato e sottoscritto.

Ing. Sabbadini Carlo **f.to**\_\_\_\_\_

Dr. Cattarossi Luigi **f.to**\_\_\_\_\_

Dr. Demarini Sergio **f.to**\_\_\_\_\_

Marco Zanon **f.to**\_\_\_\_\_

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI e DEL SISTEMA PNEUMATICO		BURKE&BURKE		UNIMED		BURKE&BURKE	UNIMED
		giudizio	punteggio	giudizio	punteggio	motivazioni	motivazioni
Caratteristiche della sensoristica: sensibilità, manutenzione e altre caratteristiche dei sensori di pressione e di flusso	3	75	2,25	100	3		Sensore di flusso estraibile senza interruzione della ventilazione circuito
Sistemi di calcolo della meccanica respiratoria: resistenze, compliance, compensazione delle perdite, C20/C, RSB, altro	2	100	2	100	2		
I sistemi di calcolo della FiO2: caratteristiche, sensibilità, manutenzione del sensore ossigeno	1	25	0,25	100	1		Dotato di un sensore paramagnetico che non si esaurisce e conseguentemente non necessita di sostituzione
Ventilazione ad alta frequenza oscillatoria HFO: frequenze, forma d'onda, funzioni speciali associabili alla ventilazione HFO, altro	2	100	2	100	2		
migliori tecniche ventilatorie avanzate per lo svezzamento, <u>comprese in Pa</u> , sulla base sia delle soluzioni tecniche implementate sia delle evidenze bibliografiche presentate.	3	75	2,25	100	3		Presenza di volume minuto mandatorio (MMV) come tecnica per lo svezzamento
soluzioni migliorative/innovative, <u>comprese in Pa</u> , volte a migliorare l'efficacia della ventilazione meccanica quali, ad esempio:..	3	100	3	50	1,5	Controllo della FiO2 in loop (PRICO)	
CARATTERISTICHE DEL DISPLAY	2	25	0,5	100	2	Dimensioni ridotte (10"). Display fisso e non orientabile	Maggiori dimensioni (17"). Display rimovibile e orientabile
<b>TOTALE Caratteristiche Tecniche</b>	<b>16</b>		<b>12,25</b>		<b>14,5</b>		
performance dei diversi tipi di ventilazione	4	50	2	100	4		Il sistema ha dimostrato una maggiore stabilità nel tempo del paziente a parità di ventilazioni impostate
HFO	4	100	4	100	4		

performance ed efficacia delle funzioni avanzate comprese in configurazione offerta (Pa)	14	50	7	100	14	Modulo PRICO per il controllo a loop chiuso SpO2-FiO2	Miglior compensazione delle perdite (ATC). Supporto pressorio proporzionale (PPS). Tecnica di svezzamento automatico (MMV).
<b>TOTALE VALUTAZIONE DI PERFORMANCE DA PARTE DEL PERSONALE SANITARIO UTILIZZATORE</b>	<b>22</b>		<b>13</b>		<b>22</b>		
Interfaccia utente	4	50	2	100	4		Trend di durata più lungo. Maggior numero di informazioni simultanee visibili sul display.
Aspetti d'uso e gestione del ventilatore in corso di utilizzo	3	100	3	100	3	Maggiore autonomia della batteria integrata	Grafici di maggiore dettaglio
Calibrazione, regolazioni, manutenzioni quotidiane, pulizia	3	75	2,25	100	3		Modalità di calibrazione più semplice e meno indaginosa . Assenza della manutenzione del sensore ossigeno
<b>TOTALE ERGONOMIA DEL SISTEMA IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE D'USO</b>	<b>10</b>		<b>7,25</b>		<b>10</b>		
<b>TOTALE Prova Pratica/Visione</b>	<b>32</b>		<b>20,25</b>		<b>32</b>		
TEMPI DI INTERVENTO IN GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK	2	50	1	100	2	Intervento in 24 H	Intervento in 16 H
<b>Servizi</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		
<b>TOTALE QUALITA</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>33,5</b>	<b>0</b>	<b>48,5</b>		

<b>Punteggio complessivo riparametrato</b>		<b>34,54</b>		<b>50,00</b>
--	--	--------------	--	--------------

AMMESSA

AMMESSA

prospetto offerta economiche (Allegato 2)

Descrizione	Prezzo base	Burke &burke spa	Unimed srl
Punteggio tecnico		<b>34,54</b>	<b>50,00</b>
Pa	<b>35.000,00</b>	25.700,00	32.700,00
Po		6.670,00	2.382,00
Ve = Pa + Po		32.370,00	35.082,00
Punteggio economico	32.370,00	<b>50,00</b>	<b>46,13</b>
<b>Totale</b>		<b>84,54</b>	<b>96,13</b>
		<b>2°</b>	<b>agg</b>
			anomala

DETTAGLIO Po		Burke &burke spa	Unimed srl
Carrello semplice		€ 1.200,00	€ 360,00
Carrello per il trasporto, dotato di batterie di autonomia minima di 2 ore (non in funzione HFO), relativo alimentatore e compressore dedicato		€ 2.600,00	€ 1.020,00
Supporto per attacco a pensile		€ 120,00	€ 99,00
Modulo nebulizzatore farmaci		€ 350,00	€ 3,00
Modulo EtCO2		€ 2.400,00	€ 900,00
<b>TOTALE PO</b>		<b>€ 6.670,00</b>	<b>€ 2.382,00</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 31/07/2017 18:16:14

IMPRONTA: 6B8A765011D3D1D2FD640B823425619F489872FE43A5BB6851CE4641A378031B  
489872FE43A5BB6851CE4641A378031B6CEB428FB3755F52D81559CBE33F912A  
6CEB428FB3755F52D81559CBE33F912A10FA731FB01C9889A130291A30FD52DC  
10FA731FB01C9889A130291A30FD52DC94668FAC4E32A551217E2C53D49E48DC