

Allegato A1 alla Determina

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI PER EMODIALISI

L'anno duemiladiciasette, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 9.09, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per la fornitura di apparecchi per emodialisi.

La fornitura è articolata in più lotti e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 c.3 del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta con il prezzo più basso.

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 12817 del 15/05/2017 è composto da Marco Zanon (Presidente del seggio), Donatella Kos (teste), Catia Todisco (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 11/05/2017, sono pervenuti 5 plichi, come di seguito indicato:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO	SEDE
09/05/2017	10.10	12373	1	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	PALAZZO PIGNANO
10/05/2017	09.54	12484	2	BELLCO SRL	MIRANDOLA
11/05/2017	10.04	12601	3	BAXTER SPA	ROMA
11/05/2017	10.04	12602	4	NIPRO EUROPE NV	ASSAGA
11/05/2017	10.10	12603	5	B.BRAUN AVITUM ITALY SPA	MIRANDOLA

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 del disciplinare di gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n.3 offerta economica.

Si procede:

- all'apertura dei plichi e alla contestuale verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle due buste interne che vengono numerate;
- alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto nel Capitolato speciale della gara, a siglare le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e siglata.

Si prende atto che le ditte hanno presentato la seguente documentazione per il lotto di partecipazione.

N. CRON.	AZIENDA	DOC. AMMINISTRATIVA	DOC. TECNICA
1	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	regolare	conforme
2	BELLCO SRL	regolare	conforme
3	BAXTER SPA	regolare	conforme
4	NIPRO EUROPE NV	Documento di rinuncia alla partecipazione	-
5	B.BRAUN AVITUM ITALY SPA	regolare	conforme

Il Presidente prende atto che la ditta Nipro Europe NV ha dichiarato di rinunciare alla partecipazione della gara, che rimane agli atti dell'Amministrazione.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta n. 3 relativa all'offerta economica di ogni ditta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte economiche vengano chiuse in un plico che viene sigillato.

Il Presidente dispone che il suddetto plico venga conservato, a cura del Presidente stesso, in cassaforte in attesa delle successive sedute di gara.

Tutte le ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

La seduta si chiude alle ore 09.51

Letto, approvato e sottoscritto.

Marco Zanon f.to _____

Donatella Kos f.to _____

Catia Todisco f.to _____

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI PER EMODIALISI – ID16APB009

L'anno duemiladiciasette, il giorno 04/08/2017, alle ore 09.41 presso gli uffici dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS - in Via Pozzuolo 330 a Udine si sono esaminate le offerte relative alla gara a procedura aperta in oggetto.

Il seggio di gara è composto da Marco Zanon (Presidente del seggio), Chiara Cemulini nonché Catia Todisco (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente del seggio di gara dà lettura dei verbali della Commissione di verifica di data 29/06/2017 27/07/2017 come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La ditta Baxter spa chiede di mettere a verbale quanto in allegato 3.

Il Presidente, quindi accertata l'integrità delle buste contenenti l'offerta economica, dispone l'apertura delle sole offerte ammesse dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Le offerte risultano affette da possibile anomalia in quanto sia il punteggio conseguito per l'offerta tecnica che quello conseguito per l'offerta economica risultano superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile; si procederà d'ufficio, per i motivi sopra esposti, all'avvio del sub procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dal concorrente collocatosi al primo posto nella graduatoria.

La seduta si chiude alle ore 09.59

Letto approvato e sottoscritto.

Marco Zanon f.to_____


Cemulini Chiara f.to_____

Catia Todisco f.to_____

Si allega al presente verbale:

- Verbale della commissione di valutazione (Allegato 1)
- prospetto offerta economiche (Allegato 2)

- dichiarazione ditta Baxter spa (Allegato3)



VERBALE N. 1

COMMISSIONE GIUDICATRICE

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI PER EMODIALISI 16APB009

Il giorno 29 giugno 2017 alle ore 9.30 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Presidente Cafagna Dario

Componente Dell'Aquila Teresa

Componente Boscutti Giuliano

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Chiara Cemulini.

IL PRESIDENTE

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti e trasmessi alla Commissione da parte del Presidente del seggio di gara a seguito dell'ammissione in seduta pubblica tenutasi in data 16/05/2017:

1	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA
2	BELLCO SRL
3	BAXTER SPA
4	B.BRAUN AVITUM ITALY SPA

Si premette che la fornitura è articolata in un lotto unico e sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa

LA COMMISSIONE

rileva che i criteri di valutazione qualitativa delle offerte sono esplicitati nella documentazione di gara e che la procedura di attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi.

Richiamate le prescrizioni contenute del capitolato speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto la Commissione procede a dare lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti al fine di accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato.

La Commissione nel corso dell'analisi delle offerte tecniche appura che la ditta Baxter ha formulato, in merito al requisito minimo "Possibilità di effettuare tutte le metodiche dialitiche: emodialisi con acetato" una proposta di equivalenza; l'offerta non presenta carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali ai sensi di quanto previsto in capitolato a pag. 43 e pertanto si riserva di effettuare la prova pratica e di analizzare in dettaglio la proposta elaborata dal concorrente.

Al termine dei lavori la Commissione dispone quanto segue:

- inviare a tutti i concorrenti la richiesta di visione delle apparecchiature offerte al fine di attribuire il punteggio previsto per la prova pratica.
- richiedere alle ditte alcuni chiarimenti in merito alle caratteristiche minime delle apparecchiature offerte

La Commissione, alle ore 11.00 chiude i lavori, ricomponendo quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Letto approvato e sottoscritto

Cafagna Dario F.TO _____

Dell'Aquila Teresa F.TO _____

Boscutti Giuliano F.TO _____

Cemulini Chiara F.TO _____

VERBALE N. 2
COMMISSIONE GIUDICATRICE
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
APPARECCHI PER EMODIALISI 16APB009

Il giorno 27 luglio 2017 alle ore 9.45 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Presidente Cafagna Dario

Componente Dell'Aquila Teresa

Componente Boscutti Giuliano

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Chiara Cemulini.

IL PRESIDENTE

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti e richiama il verbale della seduta precedente.

La Commissione procede a dare lettura dei chiarimenti inviati dai concorrenti e prosegue con l'analisi delle offerte tecniche.

Dopo aver riesaminato i documenti con le risultanze delle prove pratiche effettuate presso l'ASUITS dal giorno 12 luglio 2017 al giorno 20 luglio 2017, procede ad attribuire i punteggi previsti per la qualità come riportati nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante.

La Commissione, alle ore 12.00 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Letto approvato e sottoscritto.

Cafagna Dario F.TO _____

Dell'Aquila Teresa F.TO _____

Boscutti Giuliano F.TO _____

Cemulini Chiara F.TO _____

**Prospetto comparativo delle
offerte economiche -
ID.16APB009**

LOTTO	Descrizione	Prezzo base del lotto	Baxter	B.Braun	Fresenius	Bellco	
1			NON AMMESSA	Anomala	Anomala	NON AMMESSA	
	Punteggio tecnico			36,08	40,00		
	Pa	€ 11.000,0000		€ 8.500,0000	€ 9.500,0000		
	Pm			€ 3.000,0000	€ 300,0000		
	anni garanzia			8,00	5,00		
	ve=Pa+Pm*(8-n)	€ 8.500,00		€ 8.500,00	€ 10.400,00		
	Punteggio economico				60,00	49,04	
	Punteggio totale				96,08	89,04	
					AGG	2^	

Allegato 2

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 14/09/2017 15:14:52

IMPRONTA: 3A75504CF4E02D2EC5A1C4299EFA70A0F7C33D43B784F9F26C335F05AE438D11
F7C33D43B784F9F26C335F05AE438D117C760EA3CC364761EA23B39C44BCE067
7C760EA3CC364761EA23B39C44BCE067C39AEE7E061E579BF6AC0C691B264507
C39AEE7E061E579BF6AC0C691B264507B39815D7E0BBDD64555BE43ADD00CCB