

| LOTTO | DESCRIZIONE | u.m. | DITTE | | | | |
|-------|--|---------------|--|--|--|--|----------------------|
| | | | CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO | DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL | ALFA INTES SRL | BP SRL STRUM OFTALMICHE E CHIR. | A.M.R. srl |
| | | | Z-HYALIN PLUS MP | codice CLEAR ULTRAHD 1,4% | codice IAL1.6 | codice VSYMV008H | codice BIOHYALURPLUS |
| 8 | Acido ialuronico sale sodico tra 1,4% a 1,6%, PM tra 1,5 mDa e 4 mDa, viscosità tra 120 e 600 Pa.s. volume ≥ 0,80 ml | siringa | CONFORME | non conforme al CSA: viscosità dichiarata 60 (inferiore al richiesto) | non conforme al CSA: viscosità dichiarata 60 (inferiore al richiesto), peso molecolare inferiore al richiesto | CONFORME | CONFORME |
| | | | CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO | DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL | AMO ITALY SRL | A.M.R. srl | |
| | | | COMBIVISC MP | codice VISCOPACK3 | codice 10220011 | codice BIOHYLURDUO | |
| 12 | Acido ialuronico sale sodico tra 1,00% e 1,4%, PM tra 1,8 e 3,6 mDa, volume ≥ 0,8 ml + Acido ialuronico sale sodico tra 1,8% e 2,8%, PM ≥ 2,7 mDa, volume ≥ 0,55 ml (non necessariamente conservabile a temperatura ambiente) | kit | non conforme al CSA: % di acido ialuronico non conforme per entrambe le siringhe; anche il peso molecolare non è conforme al richiesto | non conforme al CSA: composizione non corrispondente al richiesto in CSA (contiene sodio condroitil solfato non richiesto in descrizione del lotto) | non conforme al CSA: % di acido ialuronico non conforme al richiesto per entrambe le siringhe; anche il peso molecolare di una delle due componenti non conforme | CONFORME | |
| | | | BP SRL STRUM OFTALMICHE E CHIR. | | | | |
| | | | codice VSYMV007H | | | | |
| 29 | Acido ialuronico sale sodico 1,2% viscosità compresa tra 8000 e 10.000 cps; siringa preriempta da 1 ml | fiala/flacone | non conforme al CSA: viscosità difforme dal richiesto | | | | |
| | | | DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL | SOOFT ITALIA SPA | T.M.T. TRIVENETA MEDICAL TEC.SRL | A.M.R. srl | |
| | | | codice RI-005 RI-011 | codice SOOFT098 | codice 000000016 | codice MEDIO CROSS M | |
| 18 | Riboflavina 0,1%, max 3ml | fiala/flacone | CONFORME (tutti i prodotti sono in siringa: conforme all'utilizzo) | CONFORME (tutti i prodotti sono in siringa: conforme all'utilizzo) | CONFORME (tutti i prodotti sono in siringa: conforme all'utilizzo) | CONFORME (tutti i prodotti sono in siringa: conforme all'utilizzo) | |
| | | | DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL | SOOFT ITALIA SPA | | | |
| | | | codice MDS1-000421 | codice SOOFT100;SOOFT107;SOOFT154;SOOFT155 | | | |
| 19 | kit per iontoforesi + Riboflavina 0,1% 1,5ml | KIT | CONFORME | CONFORME | | | |
| | | | ALCON ITALIA SPA | BEAVER VISITEC INTER.SALES LTD | | | |
| | | | codice 0008000073 | codice 585833 | | | |
| 22 | Soluzione salina bilanciata sterile arricchita con destrosio, glutatione e bicarbonato in flacone da 500 ml | fiala/flacone | CONFORME | CONFORME | | | |
| | | | ALCON ITALIA SPA | S.A.L.F. SPA | BEAVER VISITEC INTER.SALES LTD | | |
| | | | codice 0065079507 | codice BIL5015DMS | codice 585831 | | |
| 21a | Soluzione salina bilanciata oftalmica sterile da 15ml | fiala/flacone | CONFORME | non conforme: presentato prodotto in siringa; richiesto in fiala/flacone (la siringa non risulta idonea per l'utilizzo) | non conforme: richiesta in formato 15 ml; proposto da 25 ml (vedere risposta al quesito n 8) | | |
| | | | CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO | ALCON ITALIA SPA | S.A.L.F. SPA | BEAVER VISITEC INTER.SALES LTD | MONICO SPA |
| | | | PURI CLEAR | codice 65079550 | codice BIL50500DM | codice 581732 | codice 744343427 |
| 21b | Soluzione salina bilanciata oftalmica sterile da 500ml | fiala/flacone | CONFORME | CONFORME | CONFORME | CONFORME | CONFORME |
| | | | DORC ITALY SRL | T.M.T. TRIVENETA MEDICAL TEC.SRL | | | |
| | | | codice MBD.05.S | codice RMB004-00 | | | |
| 16 | Associazione di due coloranti brillinat blu+Trypan blue per la colorazione della membrana ILM e della membrana epiretinica in chirurgia vitreoretinica (vol 0,5/1 ml max) | fiala/flacone | CONFORME | NON CONFORME: presentato prodotto "equivalente", ma non supportato da adeguate evidenze scientifiche a supporto della auto-dichiarata equivalenza (ex art 68 dlgs 50/2016) | | | |
| | | | DORC ITALY SRL | T.M.T. TRIVENETA MEDICAL TEC.SRL | ESPANSIONE MARKETING SPA B.P. | | |
| | | | codice ILMB.05.S | codice RMB003-00 | codice MONOBLUE NaX 0,15% | | |
| 26 | Colorante Blulife per la colorazione della ILM in chirurgia vitreoretinica (vol 0,5/1 ml max) | fiala/flacone | NON CONFORME: presentato prodotto "equivalente", ma non supportato da adeguate evidenze scientifiche (ex art 68 dlgs 50/2016) | CONFORME | NON CONFORME: presentato prodotto "equivalente", ma non supportato da adeguate evidenze scientifiche (ex art 68 dlgs 50/2016) | | |
| | | | ALFA INTES SRL | | | | |
| | | | codice 019047 | | | | |
| 27 | Colorante intraoculare composto da luteina solubile, brilliant blue e trypan blue diretto al miglioramento della membrana limitante interna (vol 0,5/1 ml max) | fiala/flacone | CONFORME | | | | |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 10/01/2018 11:28:29

IMPRONTA: A595978B53392434BCB9B1099D640755FA32EA850E070E499D651292A2D21E8C
FA32EA850E070E499D651292A2D21E8C1D96FE17044CF64810B0A9D48C7AFFC6
1D96FE17044CF64810B0A9D48C7AFFC6320184BCCD61DCE2FEB4E534D03B416A
320184BCCD61DCE2FEB4E534D03B416A50FC762B2AC589E939908D4F6ED684E3