

VERBALE N. 1

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE TIPOLOGIE

L'anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di dicembre, alle ore 9.41, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l'affidamento della fornitura di ventilatori polmonari di varie tipologie per le aziende del servizio sanitario del FVG, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 527/2016 del 27/10/2016.

La fornitura è articolata in più lotti e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 c.2 del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 27791 del 02/12/2016 è composto da Zanon Marco (Presidente del seggio), Kos Donatella (teste), nonché Todisco Catia (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 02/12/2016, sono pervenuti 13 plichi, come di seguito indicato:

| DATA ARRIVO | ORA | N. PROT. | N. CRON. | AZIENDA/ENTE PUBBLICO | SEDE |
|-------------|-------|----------|----------|-----------------------|--------|
| 29/11/2016 | 10,50 | 27402 | 1 | BURKE & BURKE SPA | ASSAGO |

| | | | | | |
|------------|-------|-------|----|----------------------------------|---------------------------------|
| 30/11/2016 | 15.00 | 27546 | 2 | ECHOES SRL | ROMA |
| 01/12/2016 | 10.05 | 27598 | 3 | UNIMED SRL | PORDENONE |
| 01/12/2016 | 10.20 | 27601 | 4 | M.T.V. MEDICAL SRL | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) |
| 01/12/2016 | 10.20 | 27602 | 5 | SAPIO LIFE | MONZA |
| 01/12/2016 | 12.40 | 27645 | 6 | Carefusion italy 311 srl Unip | Sesto Fiorentino (FI) |
| 02/12/2016 | 8.30 | 27699 | 7 | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | MILANO |
| 02/12/2016 | 9.09 | 27706 | 8 | MAQUET ITALIA SPA | CINISELLO BALSAMO (MI) |
| 02/12/2016 | 9.13 | 27708 | 9 | PROMED SRL | DOSSON DI CASIER (TV) |
| 02/12/2016 | 9.53 | 27720 | 10 | MEDIGAS ITALIA SRL | ASSAGO (MI) |
| 02/12/2013 | 11.15 | 27757 | 11 | MEDICA SRL | PORDENONE |
| 02/12/2013 | 11.35 | 27758 | 12 | ALKER MEDICALE srl | VEGGIANO (PD) |
| 02/12/2013 | 11.35 | 27759 | 13 | SAGO MEDICA SRL | PIEVE DI CENTO (BO) |

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 del disciplinare di gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n.3 offerta economica.

Si procede:

- all'apertura dei plichi e alla contestuale verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle due buste interne che vengono numerate;
- alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto nel Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserte nella busta n. 2 che viene risigillata e siglata.

Si prende atto che le ditte hanno presentato la seguente documentazione per il lotto di partecipazione.

| N. CRON. | AZIENDA/ENTE PUBBLICO | DOC. AMMINISTRATIVA | LOTTO PER IL QUALE PARTECIPA | DOC. TECNICA |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | BURKE & BURKE SPA | regolare | 1-2-3-4 | Schede tecniche + cd |
| 2 | ECHOES SRL | regolare | 4 | Schede tecniche + cd |
| 3 | UNIMED SRL | regolare | 1-2-3-4 | Schede tecniche + cd |
| 4 | M.T.V. MEDICAL SRL | regolare | 3 | Schede tecniche + cd |
| 5 | SAPIO LIFE | regolare | 1-2-3 | Schede tecniche + cd |
| 6 | Carefusion italy 311 srl Unip | regolare | 2-3 | Schede tecniche + cd |
| 7 | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | regolare | 1-2 | Schede tecniche + cd |
| 8 | MAQUET ITALIA SPA | regolare | 1-2-3-5 | Schede tecniche + cd |

| | | | | |
|----|--------------------|----------|-------|-------------------------|
| 9 | PROMED SRL | regolare | 1-2 | Schede tecniche + cd |
| 10 | MEDIGAS ITALIA SRL | regolare | 1-2-3 | Schede tecniche + cd |
| 11 | MEDICA SRL | regolare | 2-3 | Schede tecniche + cd |
| 12 | ALKER MEDICALE srl | regolare | 3-4 | Schede tecniche + cd |
| 13 | SAGO MEDICA SRL | regolare | 4 | Schede tecniche + cd |

Il Presidente procede ad aprire il plico contenente la campionatura e a verificarne il contenuto, rilevando la regolarità e la presenza della stessa.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta n. 3 relativa all'offerta economica di ogni ditta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte economiche vengano chiuse in un plico che viene sigillato.

Il Presidente dispone che il suddetto plico venga conservato, a cura del Presidente stesso, in cassaforte in attesa delle successive sedute di gara.

Tutte le ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

La seduta si chiude alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Zanon Marco f.to_____

Kos Donatella f.to_____

Todisco Catia f.to_____

**VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA DI VARIE TIPOLOGIE (ID 16APB012)**

L’anno duemiladiciassette il giorno 20 settembre, alle ore 09.52 presso gli uffici dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS - in Via Pozzuolo a Udine si sono esaminate le offerte relative alla gara a procedura aperta in oggetto.

Il seggio di gara è composto da Marco Zanon (Presidente), Donatella Kos (teste) nonché Chiara Cemulini (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente del seggio di gara dà lettura dei verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice tenutesi in data 07/03/2017; 21/03/2017, 27/07/2017; 03/08/2017; 31/08/2017 e verbale riassuntivo della prima prova pratica; in particolare viene data lettura del punteggio assegnato alle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale e viene consegnato ai presenti un estratto del verbale riportante motivazioni e punteggi.

Il Presidente, accertata l’integrità delle buste contenenti l’offerta economica, dispone l’apertura delle sole offerte ammesse, dando lettura dei prezzi offerti per gli elementi costituenti l’offerta economica che, secondo quanto stabilito nelle norme di gara, vanno valorizzati mediante apposita formula per l’individuazione del miglior offerente.

Ultimata la lettura delle offerte economiche, si procede quindi, mediante applicazione della formula prevista delle Norme di gara, a determinare il punteggio conseguito da ciascun concorrente per l’elemento “prezzo” e, quindi, il punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, come evidenziato nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso(Allegato 2).

Viene quindi data lettura della graduatoria provvisoria dei concorrenti, anch’essa riportata nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso

(Allegato 2), secondo la quale le offerte economicamente più vantaggiose risultano essere le seguenti:

LOTTO N 1: MAQUET

LOTTO N 2: UNIMED

LOTTO N 3: MEDICA

LOTTO N 4: ALKER

LOTTO N 5 MAQUET

Le offerte risultano affette da possibile anomalia in quanto sia il punteggio conseguito per l'offerta tecnica che quello conseguito per l'offerta economica risultano superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile; si procederà d'ufficio, per i motivi sopra esposti, all'avvio del sub procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dai concorrenti collocatosi al primo posto nella graduatoria dei concorrenti.

Nel corso della seduta il rappresentate della ditta Promed chiede la rilettura dei motivi di esclusione dai lotti n 1 e n 2; il Presidente da lettura delle motivazioni di esclusione dal lotto n 1 (mancanza di requisiti minimi) e del lotto n 2 (mancato raggiungimento del punteggio previsto per la prova pratica) rilevando altresì un errore materiale presente al verbale n 6 nella parte riassuntiva.

La seduta si chiude alle ore 10.50.

Letto approvato e sottoscritto.

Marco Zanon f.to _____


Donatella Kos f.to _____

Chiara Cemulini f.to _____

Si allega al presente verbale:

- Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1)
- Prospetto offerta economiche (Allegato 2)

Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1)



VERBALE 1

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE TIPOLOGIE (ID16APB012)

Il giorno 7 marzo 2017 alle ore 15.00 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. Sono presenti:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cafagna Dario | Presidente |
| Lucangelo Umberto | Componente |
| De Monte Amato | Componente |
| Colussi Rino | Componente |
| Taiariol Monica | Componente |

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara

Si premette che:

- la procedura è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 527/2016
- la fornitura è articolata in cinque lotti e sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

IL PRESIDENTE

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti e trasmessi alla Commissione da parte del Presidente del seggio di gara a seguito dell’ammissione in seduta pubblica:

| | DITTA | LOTTO |
|---|-------------------------------|--------------|
| 1 | BURKE & BURKE SPA | 1-2-3-4 |
| 2 | ECHOES SRL | 4 |
| 3 | UNIMED SRL | 1-2-3-4 |
| 4 | M.T.V. MEDICAL SRL | 3 |
| 5 | SAPIO LIFE | 1-2-3 |
| 6 | CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIP | 2-3 |
| 7 | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | 1-2 |

| | | |
|----|--------------------|---------|
| 8 | MAQUET ITALIA SPA | 1-2-3-5 |
| 9 | PROMED SRL | 1-2 |
| 10 | MEDIGAS ITALIA SRL | 1-2-3 |
| 11 | MEDICA SRL | 2-3 |
| 12 | ALKER MEDICALE srl | 3-4 |
| 13 | SAGO MEDICA SRL | 4 |

LA COMMISSIONE

rileva che i criteri di valutazione qualitativa delle offerte sono esplicitati nella documentazione di gara e che la procedura di attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi.

Richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto la Commissione procede a dare lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti al fine di accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato.

La Commissione dopo aver analizzato i questionari tecnici e offerte senza i prezzi di ciascun concorrente per i lotti n 2-3-4-5 appura quanto segue:

| Lotto 2 | |
|--|--|
| BURKE&BURKE SPA | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| UNIMED SRL | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| SAPIO LIFE | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| CAREFUSION | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| GE MEDICAL SPA | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| MAQUET ITALIA SPA | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| PROMED SRL | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| MEDIGAS SRL | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| MEDICA SRL | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| Richiedere chiarimenti CAREFUSION, SAPIO, PROMED | |

| Lotto 3 | |
|-----------------------------------|---|
| BURKE&BURKE SPA | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| UNIMED SRL | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| M.T.V.MEDICAL SRL | Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: - Il ventilatore è utilizzabile su pazienti con peso superiore a 20 kg (non è pertanto considerabile per uso pediatrico come richiesto in CSA) - non è rispettato il parametro " Volume corrente minimo in modalità volumetrica di 25 ml |
| SAPIO LIFE | Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: - non è rispettato il parametro "volume corrente Volume corrente minimo in modalità volumetrica di 25 ml: volume dichiarato 30 ml |
| CAREFUSION | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| MAQUET ITALIA SPA | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| MEDIGAS | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| MEDICA SRL | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| ALKER MEDICALE | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| Richiedere chiarimenti CAREFUSION | |

| Lotto 4 |
|----------------|
|----------------|

| | |
|--|---|
| BURKE&BURKE SPA | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| ECHOES SRL | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| UNIMED SRL | Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: - "Possibilità di rappresentazione dei dati in formato alfanumerico e grafico simultaneamente (rappresentazione simultanea di almeno due curve e di almeno altri 3 parametri alfanumerici, tutti selezionabili)". Presenta una sola curva, non due in simultanea - Monitor a colori di dimensioni >= a 7": in offerta presenta Schermo 5" |
| ALKER MEDICALE | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| SAGO MEDICA SRL | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| Richiedere chiarimenti a BURKE, ECHOES, ALKER,SAGO su conformità uso in elicottero | |

| | |
|----------------|--|
| Lotto 5 | |
| MAQUET | dichiarata presenza dei requisiti minimi |

I lavori vengono aggiornati al 27/03/2017 per proseguire con l'analisi della documentazione relativa al lotto n 1.

La Commissione, alle ore 17.15 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Letto approvato e sottoscritto.

Cafagna Dario **f.to** _____
Lucangelo Umberto **f.to** _____
De Monte Amato **f.to** _____
Colussi Rino **f.to** _____
Taiariol Monica **f.to** _____
Cemulini Chiara **f.to** _____

VERBALE 2

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE TIPOLOGIE (ID16APB012)

Il giorno 21 marzo 2017 ore 14.30 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. Sono presenti:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cafagna Dario | Presidente |
| Lucangelo Umberto | Componente |
| De Monte Amato | Componente |
| Colussi Rino | Componente |
| Taiariol Monica | Componente |

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara

IL PRESIDENTE

Richiamato il verbale della seduta precedente fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dai concorrenti.

LA COMMISSIONE

richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto procede a dare lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti del lotto n 1 al fine di accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato.

La Commissione dopo aver analizzato i questionari tecnici e offerte senza i prezzi di ciascun concorrente per il lotto n 1 appura quanto segue:

| lotto 1 | |
|-------------------|--|
| BURKE&BURKE SPA | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| UNIMED SRL | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| SAPIO LIFE | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| GE MEDICAL SPA | dichiarata presenza dei requisiti minimi |
| MAQUET ITALIA SPA | dichiarata presenza dei requisiti minimi |

| | |
|-------------|--|
| PROMED SRL | Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: -visualizzazione contemporanea di almeno 3 tracce e di almeno 4 tracce se monitorata contemporaneamente anche EtCO2 (consente la visualizzazione in contemporanea fino a 3 forme d'onda) |
| MEDIGAS SRL | Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: - offerto display da 13" richiesto "display touch screen a colori, separabile e orientabile, di dimensioni >= a 15" |

Procede quindi alla lettura dei chiarimenti richiesti ai concorrenti per i lotti 2-3-4.
 Dispone infine che vengano effettuate le prove pratiche per le apparecchiature aventi le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato; non verrà invece richiesta la prova per le apparecchiature carenti dei requisiti minimi previsti.
 La prova si svolgerà per i lotti n 1-2-3-4-5 presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI.TS) con una presentazione dell'apparecchiatura da parte dello specialist del concorrente. La Commissione si riserva, successivamente, di richiedere un eventuale supplemento di prova pratica per prova in reparto, qualora ritenuto necessario.

La Commissione aggiorna i lavori; alle ore 17.30 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Letto approvato e sottoscritto.

Cafagna Dario **f.to** _____
 Lucangelo Umberto **f.to** _____
 De Monte Amato **f.to** _____
 Colussi Rino **f.to** _____
 Taiariol Monica **f.to** _____
 Cemulini Chiara **f.to** _____

**VERBALE 3
PROVE PRATICHE
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ventilatori
polmonari di varie tipologie (ID16APB012)**

In relazione alla gara in oggetto, presso Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) sono state visionate le apparecchiature dei concorrenti.

Per la prova pratica è stata richiesta la presenza di uno specialista/tecnico della ditta concorrente per una breve presentazione dell’apparecchiatura. Il tempo messo a disposizione per la presentazione, domande della commissione e prova dei parametri per ciascun concorrente è di circa 90 minuti.

Le apparecchiature dovranno essere messe a disposizione nel medesimo modello e configurazione offerta in gara (hardware e software offerti) con eventuale materiale di consumo dedicato e carrello.

Le prove presso Asuits si sono svolte alla presenza della Commissione giudicatrice secondo il seguente calendario:

| | data | Lotto | Concorrente | orario | | note |
|---|------------|-------|---------------|------------|----------|--|
| | | | | ora inizio | ora fine | |
| 1 | 02/05/2017 | 2 | Burke & Burke | 9.30 | 10.50 | Si richiede prova in reparto |
| 2 | 02/05/2017 | 2 | Unimed | 11.00 | 12.20 | Si richiede prova in reparto |
| 3 | 02/05/2017 | 2 | Sapio Life | 12.45 | 13.30 | Non presenta il requisito minimo “monitoraggio della CO2”. Offerta carente di un requisito minimo. Non ammessa alle fasi successive |
| 4 | 02/05/2017 | 2 | Carefusion | 13.35 | 14.35 | Si richiede prova in reparto |
| | 02/05/2017 | 2 | | 14.45 | 16.45 | Riunione della Commissione |
| 5 | 03/05/2017 | 2 | GE Medical | 9.35 | 10.40 | Si richiede prova in reparto |
| 6 | 03/05/2017 | 2 | Maquet Italia | 10.50 | 12.05 | Si richiede prova in reparto |
| 7 | 03/05/2017 | 2 | Promed | 12.20 | 13.35 | Si richiede prova in reparto |
| 8 | 03/05/2017 | 2 | Medigas | 14.35 | 15.35 | Si richiede prova in reparto |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-------------------|-------|-------|---|
| 9 | 03/05/2017 | 2 | Medica | 15.50 | 17.00 | Si richiede prova in reparto |
| | 03/05/2017 | 2 | | 17.10 | 19.15 | Riunione della Commissione |
| | | | | | | |
| 10 | 09/05/2017 | 3 | Burke & Burke | 9.25 | 10.25 | Si richiede prova in reparto |
| 11 | 09/05/2017 | 3 | Unimed | 10.35 | 11.25 | Si richiede prova in reparto |
| 12 | 09/05/2017 | 3 | Carefusion | 11.45 | 12.25 | Si richiede prova in reparto |
| | | | | | | |
| 13 | 10/05/2017 | 3 | Maquet Italia | 9.30 | 10.30 | Si richiede prova in reparto |
| 14 | 10/05/2017 | 3 | Medigas | 10.50 | 11.40 | Si richiede prova in reparto |
| 15 | 10/05/2017 | 3 | Medica | 11.45 | 12.25 | Si richiede prova in reparto |
| 16 | 10/05/2017 | 3 | Alker Medicale | 12.35 | 13.20 | Si richiede prova in reparto |
| | | | | | | |
| 17 | 15/05/2017 | 4 | Burke & Burke | 9.35 | 10.20 | Si richiede prova in reparto |
| 18 | 15/05/2017 | 4 | Echoes | | | Il fornitore non si è presentato; da escludere ai sensi del CSA |
| 19 | 15/05/2017 | 4 | Alker Medicale | 11.05 | 11.50 | Si richiede prova in reparto |
| 20 | 15/05/2017 | 4 | Sago Medica | 12.05 | 12.45 | Si richiede prova in reparto |
| | | | | | | |
| | 15/05/2017 | | | 13.00 | 14.00 | Riunione della Commissione |
| | | | | | | |
| 21 | 16/05/2017 | 1 | Burke & Burke | 9.20 | 10.45 | Si richiede prova in reparto |
| 22 | 16/05/2017 | 1 | Unimed | 11.05 | 12.30 | Si richiede prova in reparto |
| 23 | 16/05/2017 | 1 | Sapio Life | | | Il fornitore non si è presentato; da escludere ai sensi del CSA |
| | | | | | | |
| | 16/05/2017 | | | 13.30 | 14.30 | Riunione della Commissione |
| | | | | | | |
| 24 | 16/05/2017 | 1 | GE Medical | 14.35 | 15.35 | Si richiede prova in reparto |
| 25 | 16/05/2017 | 1 | Maquet Italia | 15.55 | 17.25 | Si richiede prova in reparto |
| | | | | | | |
| 26 | 20/06/2017 | 5 | Maquet Italia | 11.15 | 13.30 | Si richiede prova in reparto |

La Commissione al termine delle visioni ha ritenuto necessario richiedere un supplemento di prova pratica in reparto per le sole apparecchiature che presentano tutti i requisiti minimi.

Dispone pertanto che:

lotto n 1: prova pratica presso ASUITS:

1. BURKE&BURKE SPA
2. UNIMED SRL
3. GE MEDICAL SPA
4. MAQUET ITALIA SPA

lotto n 2: prova pratica presso ASUIUD:

1. MEDICA SRL
2. MEDIGAS
3. CAREFUSION
4. MAQUET ITALIA SPA
5. GE MEDICAL SPA
6. PROMED SRL
7. UNIMED
8. BURKE&BURKE SPA

lotto n 3: prova pratica presso AAS3 TOLMEZZO:

1. BURKE&BURKE SPA
2. UNIMED SRL
3. CAREFUSION
4. ALKER MEDICALE
5. MEDIGAS
6. MEDICA SRL
7. MAQUET ITALIA SPA

lotto n 4: non necessario il supplemento di prova pratica

lotto n 5: prova pratica presso ASUITS:

1. MAQUET ITALIA SPA

Letto approvato e sottoscritto.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cafagna Dario | f.to _____ |
| Lucangelo Umberto | f.to _____ |
| De Monte Amato | f.to _____ |
| Colussi Rino | f.to _____ |
| Taiariol Monica | f.to _____ |

VERBALE 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE TIPOLOGIE (ID16APB012)

Il giorno 27 luglio 2017 ore 14.30 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.
Sono presenti:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cafagna Dario | Presidente |
| Lucangelo Umberto | Componente |
| De Monte Amato | Componente |
| Colussi Rino | Componente |
| Taiariol Monica | Componente |

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara

IL PRESIDENTE

richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dai concorrenti.

LA COMMISSIONE

preliminarmente discute della prova pratica.

La prova si è svolta in due fasi: prima parte presso l’ASUITS e quindi presso le Aziende del SSR:

Per il lotto n 1: tutti i concorrenti convocati si sono presentati alle prove pratiche presso ASUITS

Per il lotto n 2: tutti i concorrenti convocati si sono presentati alle prove pratiche presso ASUIUD

Per il lotto n 3: alla prova pratica fissata dal 12/06/2017 al 26/06/2017 (nota prot 13550) presso l’Ospedale di Tolmezzo il concorrente Carefusion Italy 311 non si è presentato e pertanto la Commissione procede all’esclusione ai sensi di quanto disposto al punto 8 del capitolato di gara.

Per il Lotto 4: non previsto supplemento di prova

Per il lotto n 5: tutti i concorrenti convocati si sono presentati alle prove pratiche presso ASUITS

I commissari illustrano alla commissione al completo ciascun ventilatore visionato evidenziando gli eventi, episodi e criticità principali rilevati nel corso delle visioni cliniche effettuate presso le Aziende del SSR.

Al termine della disamina delle prove in reparto la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi previsti per la qualità dei lotti n 4 e 5 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo finale allegato al verbale della Commissione Giudicatrice che la Commissione produrrà alla fine della valutazione di tutti i lotti.

Dispone infine di richiedere un chiarimento a Burke in merito alla configurazione offerta al lotto n 4

La Commissione aggiorna i lavori; alle ore 18.20 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Letto approvato e sottoscritto.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cafagna Dario | f.to _____ |
| Lucangelo Umberto | f.to _____ |
| De Monte Amato | f.to _____ |
| Colussi Rino | f.to _____ |
| Taiariol Monica | f.to _____ |
| Cemulini Chiara | f.to _____ |

VERBALE 5

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE TIPOLOGIE (ID16APB012)

Il giorno 3 agosto 2017 ore 12.30 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.
Sono presenti:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cafagna Dario | Presidente |
| Lucangelo Umberto | Componente |
| De Monte Amato | Componente |
| Colussi Rino | Componente |
| Taiariol Monica | Componente |

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara.

IL PRESIDENTE

richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dai concorrenti.

LA COMMISSIONE

Prosegue con la valutazione delle offerte tecniche pervenute, in particolare inizia l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità dei lotti n 2 e 3.

I lavori vengono interrotti temporaneamente per la pausa pranzo.

Al termine dei lavori si dispone che le valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo finale allegato al verbale della Commissione Giudicatrice che la Commissione produrrà alla fine della valutazione di tutti i lotti.

La Commissione aggiorna i lavori; alle ore 17.15 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Letto approvato e sottoscritto.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cafagna Dario | f.to _____ |
| Lucangelo Umberto | f.to _____ |

De Monte Amato **f.to** _____
Colussi Rino **f.to** _____
Taiariol Monica **f.to** _____
Cemulini Chiara **f.to** _____

VERBALE 6

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE TIPOLOGIE (ID16APB012)

Il giorno 31 agosto 2017 ore 9.15 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.
Sono presenti:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cafagna Dario | Presidente |
| Lucangelo Umberto | Componente |
| De Monte Amato | Componente |
| Colussi Rino | Componente |
| Taiariol Monica | Componente |

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara.

IL PRESIDENTE

richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dai concorrenti.

LA COMMISSIONE

Prosegue con la valutazione delle offerte tecniche pervenute, in particolare procede all’attribuzione dei punteggi finali previsti per la qualità del lotto 2.

I lavori vengono interrotti per la pausa pranzo e al rientro si procede con la valutazione del lotto n 1

Viene infine data lettura dei chiarimenti richiesti a Burke per il lotto n 4

Vista tutta la documentazione prodotta, le prove pratiche effettuate si dispone che tutte le valutazioni, unitamente a quelle dei lotti di cui sopra e a quelle effettuate nelle sedute precedenti, vengano riportate nel documento riepilogativo “Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice”, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto di gara:

- le ditte non idonee e le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento "Qualità";
- le ditte idonee e le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

La Commissione chiude i lavori alle ore 18.25 e ricomponendo quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Letto approvato e sottoscritto.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cafagna Dario | f.to _____ |
| Lucangelo Umberto | f.to _____ |
| De Monte Amato | f.to _____ |
| Colussi Rino | f.to _____ |
| Taiariol Monica | f.to _____ |
| Cemulini Chiara | f.to _____ |

Allegato al verbale n 6 della commissione giudicatrice

Prospetto offerta economiche (Allegato 2)

| LOTTO 1 | p base | Maquet italia spa |
|---|---------------|--------------------------|
| punteggio tecnico | | 50,00 |
| F (fattore correttivo) | | 0,40 |
| Pa | 28.500,00 | 22.500,00 |
| Pm | | 1.000,00 |
| anni di garanzia offerti | | 4,00 |
| Po | | 1.700,00 |
| $Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 - F) * (8 - \text{anni di garanzia offerti}) + Po$ | | 25.400,00 |
| punteggio economico | | 50,00 |
| punteggio totale | | 100,00 |
| | | anomala |

| DETTAGLIO Po | Lotto 1 |
|--------------------------------|-----------------|
| Carrello semplice | 950,00 |
| Supporto per attacco a pensile | 300,00 |
| Morsetto per barra universale | 100,00 |
| Set di batterie di riserva | 350,00 |
| TOTALE Po | 1.700,00 |

| LOTTO 2 | p base | Unimed |
|---|---------------|------------------|
| punteggio tecnico | | 50,00 |
| F (fattore correttivo) | | 0,50 |
| Pa | 22.000,00 | 18.510,00 |
| Pm | | 1.320,00 |
| anni di garanzia offerti | | 2,00 |
| Po | | 1.236,00 |
| $Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 - F) * (8 - \text{anni di garanzia offerti}) + Po$ | | 21.726,00 |
| punteggio economico | | 50,00 |
| punteggio totale | | 100,00 |
| | | anomala |

| DETTAGLIO Po | Lotto 2 |
|--------------------------------|-----------------|
| Carrello semplice | 600,00 |
| Supporto per attacco a pensile | 117,00 |
| Morsetto per barra universale | 189,00 |
| Set di batterie di riserva | 330,00 |
| TOTALE Po | 1.236,00 |

| LOTTO 3 | p base | Medica srl | Alker medicale |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| punteggio tecnico | | 50,00 | 30,84 |
| F (fattore correttivo) | | 0,50 | 0,30 |
| Pa | 13.000,00 | 8.580,00 | 9.500,00 |
| Pm | | 550,00 | 900,00 |
| anni di garanzia offerti | | 3,00 | 2,00 |
| Po | | 880,00 | 1.958,00 |
| $Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 - F) * (8 - \text{anni di garanzia offerti}) + Po$ | | 10.147,50 | 13.348,00 |
| punteggio economico | 10.147,50 | 50,00 | 38,01 |
| punteggio totale | | 100,00 | 68,85 |
| | | agg | 2° |
| | | anoamala | |

| DETTAGLIO Po | Lotto 3 | Medica srl | Alker medicale |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Carrello semplice | | 800,00 | 689,00 |
| Morsetto per barra universale | | 80,00 | 288,00 |
| Set di batterie di riserva | | 0,00 | 981,00 |
| TOTALE Po | 0,00 | 880,00 | 1.958,00 |

| LOTTO 4 | p base | Burke&Burke | Alker medicale |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| punteggio tecnico | | 33,42 | 50,00 |
| F (fattore correttivo) | | 0,30 | 0,30 |
| Pa | 12.000,00 | 11.500,00 | 9.900,00 |
| Pm | | 700,00 | 900,00 |
| anni di garanzia offerti | | 4,00 | 2,00 |
| Po | | 300,00 | 1.600,00 |
| $Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 - F) * (8 - \text{anni di garanzia offerti}) + Po$ | | 12.780,00 | 13.390,00 |
| punteggio economico | 12.780,00 | 50,00 | 47,72 |
| punteggio totale | | 83,42 | 97,72 |
| | | 2° | agg |
| | | | anomala |
| | | | |
| DETTAGLIO Po | Lotto 4 | Burke&Burke | Alker medicale |
| Morsetto per barra universale | | 50 | 459 |
| Set di batterie di riserva | | 150 | 421 |
| Caricabatterie esterno | | 50 | 500 |
| borsa | | 50 | 220 |
| TOTALE Po | 0,00 | 300,00 | 1.600,00 |

| LOTTO 5 | p base | Maquet |
|--------------------------|---------------|---------------|
| punteggio tecnico | | 50,00 |

| | | |
|---|-----------|------------------|
| F (fattore correttivo) | | 0,40 |
| Pa | 55.000,00 | 53.000,00 |
| Pm | | 2.500,00 |
| anni di garanzia offerti | | 2,00 |
| Po | | 1.350,00 |
| $Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 - F) * (8 - \text{anni di garanzia offerti}) + Po$ | | 58.850,00 |
| punteggio economico | | 50,00 |
| punteggio totale | | 100,00 |
| | | anomala |

| DETTAGLIO Po | Lotto 5 |
|-------------------------------|-----------------|
| Morsetto per barra universale | 100,00 |
| Set di batterie di riserva | 350,00 |
| Caricabatterie esterno | 900,00 |
| TOTALE Po | 1.350,00 |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 09/10/2017 10:53:17

IMPRONTA: A8ECB19EF0D2403DF0BF875415E0AB82BA5BD2BA906202A4BAB2DD05CC4A87DE
BA5BD2BA906202A4BAB2DD05CC4A87DEC8F79BF279AABA30DAD05A6189DF6F1D
C8F79BF279AABA30DAD05A6189DF6F1DA65522B992FA470D50D7F892AAD7FB92
A65522B992FA470D50D7F892AAD7FB92ED21D91F2CD862AF9FECA8A015A00E8D