



DITTA OFFERENTE		BAXTER		BELLCO		B BRAUN		FRESENIUS	
Possibilità di accesso immediato a tutti i parametri dialitici pre-impostati e visualizzazione a video online delle condizioni di funzionamento della macchina:	6,00	Discreta possibilità di impostazione dei parametri e relativo accesso, per complessità e limitata intuitività	3,00	Discreta possibilità di impostazione dei parametri e relativo accesso, per complessità e limitata intuitività e non ottimale rappresentazione a video	3,00	Ottima valutazione delle caratteristiche relative al presente parametro, ottima semplicità di accesso a tutti i parametri dialitici e rappresentazione a video (molto intuitiva)	6,00	Buona impostazione dei parametri e accesso agli stessi, nonché della visualizzazione delle condizioni di funzionamento della macchina	4,50
Facilità di effettuare prelievi di controllo del dialisato pre- e post-filtro per eventuali controlli	6,00	Buono; la manovra di prelievo è resa più lenta per una lunga e laboriosa preparazione	4,50	Buono; la manovra di prelievo è resa più lenta per una lunga e laboriosa preparazione	4,50	Ottimo: facilità di effettuazione dei prelievi di controllo, manovra più semplice e veloce	6,00	Ottimo: facilità di effettuazione dei prelievi di controllo, manovra più semplice e veloce	6,00
Valutazione di performance da parte del personale sanitario utilizzatore	4,00	Non significativo: non possibile la preparazione preventiva a distanza dall' utilizzo; tempi di preparazione al trattamento più lunghi. La profilazione del trattamento è manuale e più laboriosa ed esposta ad errore, inoltre l'apparecchiatura non effettua acetato-dialisi (e la proposta alternativa non è equivalente)	0,00	Sufficiente: non possibile la preparazione preventiva a distanza dall' utilizzo; tempi di preparazione al trattamento più lunghi. Materiali non sempre di qualità adeguata (sportello chiusura anteriore visibilmente debole)	1,00	Ottimo: possibile preparazione preventiva, apparecchiatura completa nelle funzionalità e con ottimi meccanismi i controllo,	4,00	Ottimo: possibile preparazione preventiva, apparecchiatura completa nelle funzionalità e con ottimi meccanismi i controllo,	4,00
Aspetti di uso e sanificazione	4,00	Proposta sufficiente: utilizzo di linee paziente differenziate per metodica (con conseguente complicazione della gestione di magazzino), schermo integrato e non orientabile	1,00	Proposta sufficiente: ingombro maggiore rispetto alle proposte concorrenti. Utilizzo di linee paziente differenziate per metodica (con conseguente complicazione della gestione di magazzino). Monitor non orientabile	1,00	Proposta discreta: caratteristiche del parametro di valutazione buone, dimensioni contenute; il video presenta riflesso e una mobilità in una sola dimensione. può utilizzare un'unica linea paziente per tutte le metodiche. Prestazioni garantite solo con sanificazione citrotermica specifica	2,00	OTTIMA valutazione delle caratteristiche relative al presente parametro, dimensioni contenute, schermo ben orientabile privo di riflessi può utilizzare un'unica linea paziente per tutte le metodiche	4,00
<b>TOTALE</b>	<b>20,00</b>	<b>non ammessa: pt prova pratica &lt;10 pt</b>	<b>8,50</b>	<b>non ammessa: pt prova pratica &lt;10 pt</b>	<b>9,50</b>		<b>18,00</b>		<b>18,50</b>
FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO	2,00	discreto: corso discreto; proposto I e II livello 40 ore di formazione	1,00	sufficiente: proposto corso solo di I livello; 40 ore	0,50	sufficiente: proposto corso solo di I livello; 3-5 gg	0,50	ottimo, proposto corso completo (I e II livello) e esaustività degli argomenti trattati; 80 ore	2,00
<b>TOTALE</b>	<b>40,00</b>	<b>non ammessa: pt prova pratica &lt;10 pt</b>		<b>non ammessa: pt prova pratica &lt;10 pt</b>		<b>AMMESSA</b>	<b>32,25</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>35,75</b>
<b>RIPARAMETRAZIONE</b>	<b>35,75</b>	<b>non ammessa: pt prova pratica &lt;10 pt</b>		<b>non ammessa: pt prova pratica &lt;10 pt</b>		<b>AMMESSA</b>	<b>36,08</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>40,00</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 14/09/2017 15:16:32

IMPRONTA: 75AC4C609B38F712491098273F9DE3045B26925ADE9FD4028264AD85D052874E  
5B26925ADE9FD4028264AD85D052874E2D6D6E3F3AC35F4C8F45E80B47C8996A  
2D6D6E3F3AC35F4C8F45E80B47C8996A6338141C8535BF36F74C748149ED8E11  
6338141C8535BF36F74C748149ED8E1190A64963BA91CB8C0175C54B006F51C8