

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERE PER
RADIOTERAPIA - ID.17PRE001**

PRECISAZIONE DEL 13/04/2017

DOMANDE:

- 1) LOTTO 2: nella colonna “Descrizione del lotto” le voci a. e b. (lotto 2) riportano le stesse dimensioni indicative, quando invece – riferendosi a due tipologie diverse – dovrebbero essere differenti, ed in particolare quelle relative alla voce b. (testa – collo – spalle) dovrebbero essere più grandi.
Si chiede pertanto di chiarire quali sono le dimensioni indicative corrette di entrambe le voci che compongono il lotto 2.

RISPOSTE:

- 1) LOTTO 2:
- voce “a”: si confermano le dimensioni indicative già riportate nel Capitolato Speciale;
 - voce “b”: la descrizione della voce “b” del lotto n. 2 riportata nel Capitolato Speciale di gara viene annullata e sostituita dalla seguente nuova descrizione:
Foglio di materiale termoplastico per immobilizzazione testa-collo-spalle, spessore 2,4mm circa, rinforzato con misure in pollici 19"x24"