

# GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “PRODOTTI PER VIDEOLAPAROSCOPIA” ID.15PRE017

## PRECISAZIONE DEL 24/11/2016

### DOMANDE:

- 1) Ho tentato di effettuare il pagamento del contributo ANAC, in particolare del lotto n. 15, CIG: 6835454B13, ma non è possibile perché esce questa schermata:



Potete gentilmente dirmi cosa devo fare per pagare?

- 2) In relazione al lotto 42 si chiede il seguente chiarimento:
- Voce a): che filo riassorbibile deve essere montato e che viene richiesto che dimensioni deve avere l'ansa, ovvero il "loop distale"?
  - Voce b): che filo non riassorbibile deve essere montato e che viene richiesto e che dimensioni deve avere l'ansa, ovvero il "loop distale"?
- 3)
- Le pinze richieste ai Lotti nn. 61/62/63/64 si intendono rotanti/scomponibili o non rotanti (fisse)?
  - Nei trocar monouso richiesti ad esempio nel lotto n.1, è richiesta la "cannula liscia o zigrinata": avendo noi a disposizione prodotti con zigrinature diverse, possiamo proporle tutte o verranno considerate alternative? In quest ultimo caso, è possibile avere ulteriori specifiche in merito?
  - Nei Lotti nn. 86/87 non è stata indicata alcuna specifica circa le cannule e gli inserti: è possibile quindi proporre quanto a nostra disposizione oppure verranno considerate alternative? In quest ultimo caso, è possibile avere ulteriori specifiche per capire meglio il prodotto da offrire?
  - Per il lotto n.87 la scrivente dispone di due prodotti diversi tra loro che hanno però stessa funzionalità, stesso prezzo e caratteristiche corrispondenti a quelle previste in capitolato: è possibile proporle entrambi o verranno considerati alternative?

4)

PREMESSO

- Che al lotto 1a) viene richiesto : “trocar addominale monouso con lama, rubinetto di insufflazione-desufflazione preferibilmente a 3 posizioni e con possibilità di utilizzo di mandrini diversi, completo di riduttore universale, con cannula liscia o zigrinata. DIVERSE MISURE E CALIBRI (almeno 3 calibri diversi)”

CHIEDE

- se per “possibilità di utilizzo di mandrini diversi” si intende l’eventualità di offrire mandrini compatibili con le cannule della voce b, quali mandrini con lama e senza lama.

5) In riferimento alla gara in oggetto e in particolare a quanto richiesto nell'offerta economica, nello specchio "Voci di prezzo" riportato nell'Allegato E - "OFFERTA ECONOMICA", Vi chiediamo la possibilità di allegare all'offerta una relazione generica, resa ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, in cui vengano illustrate le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo offerto, senza tuttavia precisarne l'incidenza in percentuale. Questi dati, infatti, come previsto dalla vigente legislatura, dovrebbero essere eventualmente richiesti solo in una fase successiva della gara, nel caso in cui l'offerta dovesse risultare anormalmente bassa.

6) In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede cortesemente di specificare se il Vostro allegato A pag. 16 va compilato anche nei seguenti punti: dd) ed ee) – non ci sembra specificato nel bando di gara.

7) Con riferimento alla procedura aperta per la fornitura di prodotti per videolaparoscopia, con la presente chiediamo come dobbiamo compilare il modulo di offerta relativamente ai lotti con più voci o lotti in cui sono richieste più misure/formati.

Nel suddetto modulo è previsto che sia indicato lo sconto praticato ma, trattandosi di misure e/o prodotti diversi quindi con prezzi diversi ed in considerazione che il disciplinare prevede l'indicazione di un prezzo unico per ciascun lotto, non ci è possibile indicare uno sconto unico.

8) LOTTO 53

Si chiede conferma che i retrattori di Leroy per chir. coloretale devono essere esclusivamente angolabili a T o a V in quanto le predette caratteristiche sono riconducibili ad unico produttore (Storz)

Si chiede inoltre conferma che le definizioni come impugnatura, camicia e inserto (voci a,b,c e i) identificano singoli componenti e definizioni come pinze (voci d.e.f.g.l) identificano strumenti completi.

LOTTO 60

La voce a) è errata in quanto recita forbici pluriuso anzichè impugnature pluriuso

La voce "i" contenuta nel Lotto 53 è lo stesso prodotto costitutivo del lotto 60. (Si segnala che alcune Amministrazioni segnalano fabbisogni sia per la voce i del lotto 53 sia per il lotto 60). Inoltre il lotto 60 è più oneroso prevedendo il comodato d'uso delle impugnature. Pertanto si chiede l'accorpamento della voce "i" del lotto 50 al lotto 60.

## RISPOSTE:

- 1) Si comunica che è possibile effettuare il pagamento del contributo ANAC a partire dal giorno 21/11/2016.
- 2) LOTTO 42, voci a) e b)  
Si conferma la descrizione del lotto così come riportata nell'Allegato al Capitolato Speciale: nel caso specifico, in caso di dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono presentare, al medesimo prezzo per ogni singola voce, tutti i codici a disposizione di una medesima tipologia di prodotto ritenuti idonei a soddisfare la richiesta del lotto.
- 3) LOTTI 61-62-63-64-86-87 E TROCAR MONOUSO  
Si confermano le descrizioni dei lotti così come riportate nell'Allegato al Capitolato Speciale: nel caso specifico, in caso di dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono presentare, al medesimo prezzo per ogni singola voce/lotto, tutti i codici a disposizione di una medesima tipologia di prodotto ritenuti idonei a soddisfare la richiesta della voce/lotto.
- 4) LOTTO 1  
Premesso che, così come già indicato nella descrizione del lotto in argomento, la richiesta "possibilità di utilizzo di mandrini diversi" è stata inserita soltanto a carattere preferenziale, si conferma la tipologia di prodotto già indicata nella descrizione stessa, ovvero "con lama".
- 5) Si conferma che, in questa prima fase della procedura, la ditta può allegare una relazione generica. A seguito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, qualora la ditta risultasse aggiudicataria provvisoria con un'offerta anormalmente bassa, la Stazione Appaltante procederà a richiedere ulteriori specifiche sulle voci di costo e l'utile che concorrono a formare l'offerta.
- 6) Si conferma che, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III ai punti III.1.2 e III.1.3, non sono previsti i requisiti di capacità economico-finanziaria (art 83 c.1, lett. b) D.lgs 50/2016) e i requisiti di capacità tecnico-professionale (art 83, c.1, lett.c) D.lgs 50/2016).  
Posto quanto sopra, non è necessario procedere alla compilazione dei punti dd) e ee) dell'Allegato A.
- 7) L'Allegato E rappresenta solo un fac-simile, pertanto le ditte concorrenti possono articolarlo nel dettaglio come ritengono opportuno, purché tutti i dati richiesti nel fac-simile vengano riportati in maniera chiara e completa.  
Si conferma che non è necessario che le diverse voci di uno stesso lotto vengano offerte tutte al medesimo sconto.
- 8) LOTTO 53  
Si confermano le caratteristiche tecniche del lotto già indicate nel Capitolato Speciale: nel caso specifico, si evidenzia che la descrizione della voce "h" ("*retrattori di Leroy per chirurgia colo rettale, angolabile, a T e a V o equivalenti*") prevede già la possibilità di presentazione di prodotti equivalenti. Per quanto concerne l'eventuale presentazione da parte delle ditte concorrenti di offerte cosiddette "equivalenti", si rimanda a quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara e dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.  
LOTTO 60  
Si conferma quanto già indicato nella "Prima precisazione del 17/11/2016", risposta n. 9: <<Si conferma che nel caso specifico la dicitura "*forbici pluriuso*" riportata nell'Allegato al Capitolato Speciale può essere intesa come "*impugnature pluriuso*">>.  
Si confermano le composizioni dei lotti n. 53 e n. 60 così come riportate nell'Allegato al Capitolato Speciale di gara, evidenziando che spetta alle singole Aziende del SSR indicare all'EGAS i fabbisogni presunti per ogni singolo lotto di partecipazione. Per quanto concerne la congruità dei prezzi, si evidenzia che, ai sensi di quanto già previsto in merito dall'art. 1 del Disciplinare di gara, l'EGAS si riserva "*di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente*".