

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IN  
AUTOMAZIONE E REAGENTI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI  
IMMUNOEMATOLOGIA (I-II-II LIVELLO) ERITROCITARIA E  
PIASTRINICA PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE  
DELL’ASUIUD E PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA  
TRASFUSIONALE DELL’ASUITS - ID.16REA012**

**PRECISAZIONE DEL 23/05/2017**

**DOMANDE:**

- 1) 1. Pag. 44 del Capitolato Speciale “Scarichi e Reflui” LOTTO n.1: in relazione alla “relativa certificazione” richiesta, stante la difficoltà a produrre detto documento in questa fase di gara, si chiede se è possibile fornire una dichiarazione di impegno a produrre il documento nella fase successiva all’eventuale aggiudicazione, garantendo invece tutti gli altri dati richiesti.
2. Pag. 43 del Capitolato Speciale “Tipologia di esame richiesto – sede di Udine” LOTTO n.1: voce n. 2 “Gruppi AB0/Rh diretto e indiretto (Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D (DVI+), Anti-D (DVI-), Anti-CDE, emazie A1, A2, B,0)”: si chiede di specificare;
- a. quante delle 17.000 determinazioni/anno devono essere offerte con profilo doppio Anti-D senza CDE e quante con profilo di un solo Anti-D + Anti-CDE
  - b. oppure, in alternativa, se il profilo minimo indispensabile è con doppio Anti-D e l’Anti-CDE è da considerarsi opzionale.
3. Pag. 44 del Capitolato Speciale “Strumentazioni” LOTTO n.1: “Strumento di backup, anche manuale”: si chiede di precisare se la dicitura “anche manuale” è un refuso, quindi è da offrire uno strumento di backup totalmente automatico come il principale.
- In riferimento allo strumento di backup, si chiede di precisare che lo stesso debba essere nuovo di fabbrica, mai utilizzato, di ultima generazione, ancora in produzione e con caratteristiche hardware e software identiche a quello principale.
4. Pag. 60 del Capitolato Speciale “Prova pratica/Visione” LOTTO n.1: si chiede se per “Struttura che indicherà la Commissione” possa essere intesa come Struttura Pubblica o Privata, italiana o europea, (come da elenco referenze da produrre in gara), dove la strumentazione offerta risulta essere già operativa con carichi di lavoro simili.
- 2) Pag. 52 del Capitolato Speciale “Reagenti” ultimo punto LOTTO n.4: in relazione alla “relativa certificazione” richiesta, stante la difficoltà a produrre detto documento in questa fase di gara, si chiede se è possibile fornire una dichiarazione di impegno a produrre il documento nella fase successiva all’eventuale aggiudicazione, garantendo invece tutti gli altri dati richiesti.

3) CAPITOLATO SPECIALE – Pag. 43 CARATTERISTICHE DEI LOTTI: lotto n. 1.

Si chiede di specificare il nr. esatto di strumenti da offrire per ogni centro, compresi gli strumenti di back-up. Esempio: ASUIUD OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE: Nr.2 strumenti principali + 1 di back-up; ASUITS OSPEDALE DI CATTINARA: Nr. 1 strumento principale + 1 di back-up.

4)

- Pag. 51 Capitolato Speciale: LOTTO N. 3: si chiede di specificare quanti test sono necessari per la validazione iniziale del sistema;

- Pag. 51 Capitolato Speciale: LOTTO N. 3: si chiede di specificare le caratteristiche minime e la tipologia del Programma di controllo di Qualità Esterno richiesto;

- Pag. 51 Capitolato Speciale: LOTTO N. 4: si chiede di specificare cosa si intende per “tipizzazione molecolare RHD”: si intende forse omozigosi ed eterozigosi del gene RHD, dal momento che le varianti D deboli e parziali sono richieste in voci separate?

## RISPOSTE:

1) - LOTTO N. 1 – pag. 44 – “certificazione”: si conferma che in questa fase di gara è sufficiente fornire una dichiarazione di impegno a produrre il documento su eventuale richiesta della Commissione Giudicatrice (quindi in fase di valutazione tecnica) e/o comunque prima della data di stipula della convenzione, in caso di eventuale aggiudicazione. Si specifica quindi in tal senso che la stipula contrattuale è condizionata all’invio all’EGAS della certificazione in argomento.

- LOTTO N. 1: profilo minimo indispensabile è il doppio D; l’anti-CDE può considerarsi opzionale e sarà oggetto di valutazione di qualità

- LOTTO N. 1: la richiesta “strumento di backup” viene stralciata.

- LOTTO N. 1: pag. 60 del Capitolato Speciale: si conferma che la Vostra interpretazione è corretta.

2) LOTTO N. 4 – pag. 52 – “certificazione”: si conferma che in questa fase di gara è sufficiente fornire una dichiarazione di impegno a produrre il documento su eventuale richiesta della Commissione Giudicatrice (quindi in fase di valutazione tecnica) e/o comunque prima della data di stipula della convenzione, in caso di eventuale aggiudicazione. Si specifica quindi in tal senso che la stipula contrattuale è condizionata all’invio all’EGAS della certificazione in argomento.

3) LOTTO N. 1:

- n. 2 strumenti “principali” per ASUI.UD

- n. 1 strumento “principale” per ASUI.TS

4)

1. LOTTO N. 3: 20 campioni

2. LOTTO N. 3: Si precisa che l’indicazione “Viene richiesta la partecipazione ad un Programma di Controllo di Qualità Esterno” viene annullata e sostituita dalla seguente: “Viene richiesta la partecipazione ad un Programma di Controllo di Qualità Esterno, se disponibile sul mercato o una dichiarazione attestante l’eventuale disponibilità a fornirlo se uscirà in corso di fornitura”.

3. LOTTO N. 4: si intende “Tipizzazione molecolare del sistema Rh (RHD+ RHCE)”.