

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “DOSAGGIO  
CALPROTECTINA FECALE” - ID.16REA008.1**

**PRECISAZIONE DEL 03/05/2017**

**DOMANDE:**

1) Capitolato speciale – oggetto della fornitura: citate testualmente “la fornitura deve comprendere i reagenti e materiali di consumo, compresi eventuali calibratori, controlli di precisione giornaliera, per garantire la qualità analitica richiesta dalla procedure di certificazione ISO”

Si chiede se è possibile offrire i calibratori, i controlli di precisione giornaliera ed eventuali materiali accessori e di consumo in sconto merce.

2) Stante l'assenza di standard di riferimento internazionali e la mancata armonizzazione di risultati tra metodi diversi, si chiede se la percentuale di ripetizioni rispettivamente pari a

per AAS 5: 5%

per ASUITS: 10%

siano da riferirsi ai valori che superano la linearità del metodo proposto in luogo dell'800-5000 come richiesto dal Capitolato.

**RISPOSTE:**

1) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.

2) Si conferma che le ditte concorrenti devono presentare un’offerta che tenga conto dei dati già esplicitati nel Capitolato Speciale in termini di numero di test (fabbisogno espresso in “pazienti/anno presunti”) richiesti per le forniture di ASUITS e AAS5 e delle rispettive percentuali di maggiorazione.