

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERE PER
RADIOTERAPIA - ID.17PRE001**

PRECISAZIONE DEL 27/04/2017

DOMANDE:

- 1) con riferimento alla procedura richiamata in oggetto relativamente al LOTTO 2 si pone il seguente quesito: nella descrizione del lotto, con specifico riferimento alla voce b) è richiesto che "i dispositivi offerti dalle ditte concorrenti debbano essere compatibili con le basi "CIVCO REF MT20100CF" in uso presso ASUI. TS". Su tale base, però, è possibile utilizzare solo maschere di tipo U-frame testa-collo. Per tale ragione si chiede di meglio specificare la base sulla quale verrà utilizzata la maschera testa – collo - spalle richiesta nella voce b.

RISPOSTE:

- 1) LOTTO 2 voce "b": il dispositivo richiesto deve essere compatibile con il sistema TYPE S attualmente in uso.