

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERE PER  
RADIOTERAPIA - ID.17PRE001**

**PRECISAZIONE DEL 08/05/2017**

**DOMANDE:**

- 1) In riferimento all’oggetto della presente siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti tecnici:
  1. AVIANO  
Prodotto e modello del dispositivo illustrato a pag. 40.
  2. TRIESTE  
Si prega di confermare che il sistema per ASUI.TS è prodotto dalla ditta Civco ed è utilizzabile sia per maschere per distretto testa-collo, sia per testa-collo-spalle. Sarebbe utile avere le immagini di tale dispositivo.
  
- 2) dalle descrizioni presenti ai punti **LOTTO 2.a** e **LOTTO 2.b** sembrerebbe sia richiesta la stessa tipologia di maschera (“testa-collo” per il punto “a” e “testa-collo-spalle” per il punto “b”): è corretto? Le maschere sono per lo stesso supporto o per supporti diversi? (vi preghiamo di specificare quale/i).

**RISPOSTE:**

- 1)
  1. LOTTO N. 1: il “produttore” del supporto è un artigiano, certificato, C.S.Canoe di Sacile.
  2. LOTTO N. 2 voci “a” e “b”: si conferma che i dispositivi richiesti devono essere compatibili con il sistema TYPE S attualmente in uso presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (trattasi dello stesso sistema in uso presso ASUI.UD, di cui al lotto n. 3).
  
- 2) LOTTO N. 2 voci “a” e “b”: si conferma che i dispositivi richiesti devono essere compatibili con il sistema TYPE S attualmente in uso presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (trattasi dello stesso sistema in uso presso ASUI.UD, di cui al lotto n. 3).