

**ALLEGATO 1 - QUESITI SUCCESSIVI AL SOPRALLUGO EFFETTUATO DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE**

DITTA	n.	QUESITO	RISPOSTA AL QUESITO
X	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Confermare la tipologia esami</li> <li>b) Confermare n. esami per test</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vedi allegato</li> <li>b) Vedi allegato</li> </ul>
	2	Unico lotto o lotto differente per MALDI	In corso di valutazione.
	3	Per ciascun test indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) N. giorni lavorativi settimanali</li> <li>b) Orario giornaliero di lavoro degli operatori</li> <li>c) N. sedute analitiche settimanali</li> <li>d) Eventuale carattere d'urgenza del test</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) e b) Probabilmente c'è un equivoco: la richiesta alle Ditte è che il progetto da loro presentato deve dare evidenza dell'impegno del personale in relazione alle tecnologie proposte. La nostra attuale organizzazione non ha rilevanza.</li> <li>c) Vedi allegato</li> <li>d) Gli unici test con attuale carattere di urgenza sono il metanolo su sangue intero dosato in HS-GC-FID ed il tiopentale dosato in GC-FID</li> </ul>
	4	a) Confermare se la strumentazione è completamente condivisa tra le varie unità di laboratorio coinvolte nel progetto	a) Sì
	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Indicare il n. di persone coinvolte a livello operativo nel progetto</li> <li>b) Qualificare il background nell'ambito della cromatografia liquida del personale operativamente coinvolto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Il progetto deve essere strutturato in modo tale da ottimizzare al massimo le risorse umane in relazione alla disponibilità dei risultati da noi indicata (Vedi allegato). Il numero di persone coinvolte a livello operativo è strettamente connesso al tipo e numero di strumentazione offerta dalla ditta, alla tipologia di kit forniti e deve essere funzionale alla tempistica di refertazione dei risultati. Pertanto non è opportuno che noi indichiamo il n. di persone operanti nel settore.</li> <li>b) Allo stato attuale tutte le persone che operano nel Settore delle Tecniche Separative hanno ottime competenze in ambito di cromatografia classica. Il livello di competenza in LC/MS non è omogeneo tra il personale (va dall'assenza di competenza alla sufficienza).</li> </ul>
Y	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Confermare la tipologia esami</li> <li>b) Confermare n. esami per test</li> <li>c) Confermare i 62000 test di vitamina D 25 OH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vedi allegato</li> <li>b) Vedi allegato</li> <li>c) Vedi allegato</li> </ul>
	7	Unico lotto o lotto differente per MALDI	In corso di valutazione.