

**Riferimenti precedenti:** nessuno

**Allegati:** Allegato 1 (fac-simile istanza e scheda fornitore)

Oggetto: **avviso per la manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura di SERVICE BISTURI PIEZOSURGERY CON MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO per un periodo di 18 mesi (ID21PRE006).**

L'ARCS, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, intende esperire una procedura al fine dell'acquisizione del prodotto avente le caratteristiche tecniche minime di seguito indicate:

	<b>voce</b>	<b>SERVICE BISTURI PIEZOSURGERY CON MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO</b>
<b>Lotto 1</b>	<b>a</b>	Strumentazione / bisturi ad ultrasuoni piezosurgery
	<b>b</b>	Microsega da osso per trapano
	<b>c</b>	Microsega da osso c/profilo ad arco per trapano
	<b>d</b>	Kit di irrigazione per trapano
	<b>e</b>	Chiavi dinamometriche pluriuso Piezosurgery medical
	<b>f</b>	Manipolo pluriuso Medical per Piezosurgery medical
	<b>g</b>	inserti diamantati varie forme e misure
	<b>h</b>	micro sega di potenza spessore 0,55mm-lama 10x4,0mm
	<b>i</b>	micro sega da osso senza dentini spessore 0,35mm
	<b>l</b>	micro sega da osso angolata 90° destra e sinistra spessore 0,6mm-lama 4,0x4,0mm
	<b>m</b>	punta cilindrica per esecuzioni fori da diam. 0,8 mm a 1,8 mm
	<b>n</b>	microsega per Rinoplastica profilo ad "S" spessore 0,8 mm-lungh33mm, lama 3,5x3,0mm
	<b>o</b>	microsega con prolunga 106mm spessore 0,55mm
	<b>p</b>	scalpello angolato 30° con terminale circolare 2,4mm
	<b>q</b>	scalpello di potenza angolato con terminale concavo circolare a tutto tagliente
	<b>r</b>	scalpello diritto con prolunga 112 mm
<b>s</b>	scalpello angolato con prolunga 98 mm	

A tal fine il presente avviso è finalizzato unicamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare all'eventuale procedura di acquisizione indicata in oggetto.

Per quanto sopra, gli operatori economici interessati potranno far pervenire a mezzo PEC ([arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it)), entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito Aziendale, quanto segue:

- Istanza di manifestazione d'interesse debitamente compilata e firmata digitalmente;
- Scheda tecnica dei prodotti proposti da cui si evincano CND (ove previsto), descrizione, nome commerciale e codice articoli ed evidenzi il rispetto delle caratteristiche minime richieste;
- ogni altra informazione e/o osservazione ritenuta utile.

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate sopraggiunte valutazioni, di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Con il presente avviso non è in detta alcuna procedura di gara.

Distinti saluti.

Il Dirigente delegato  
Marco Zanon  
*Firmato digitalmente*