

Prot.N. 0004654 / P / GEN/ ARCS

Data 04/02/2015 10:13:36



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute

Riferimenti precedenti: *nessuno*

Allegati: *documento tecnico oggetto di discussione*

Oggetto: ID.20REA013. Fornitura in service di Emogasanalizzatori per ASU.FC. Avviso di consultazione preliminare di mercato

OBIETTIVI

- Territorio Vasto con strumentazione dislocata in più presidi – Semplicità operativa
- Controllo centralizzato – supervisione, autonomia strumentale – immediatezza nella risoluzione delle problematiche
- Progetto informatico che garantisca: tracciabilità, postazioni di supervisione, collegamento bidirezionale a LIS, estese capacità di reportistica
- Garanzia della qualità analitica e di processo: sistemi operatore indipendente in grado di garantire un'elevata qualità analitica nel variegato contesto delle analisi decentrate



GEOGRAFIA EMOGAS ASUIUD



Strumentazione

Ogni strumento dovrà misurare tutti i seguenti parametri con un unico campionamento:

pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Glucosio, Lattato, tHb, HHb, COHb, O₂Hb, MetHb.

- QC: Almeno tre sessioni giornaliere eseguite automaticamente multilivello (almeno due livelli), per ogni parametro,
- Strumenti sempre pronti all'uso; escluse le operazioni previste di calibrazione, QC e sostituzione consumabili.
- Riconoscimento dei reagenti automatico tramite barcode/microchip
- Facilità d'uso
- Backup

Reagenti, materiali accessori e di consumo

- Dovranno essere forniti tutti i prodotti necessari all'esecuzione dei test richiesti (comprese, Controlli di Qualità, Lavaggi e tutte le altre operazioni svolte dall'analizzatore) con riconoscimento tramite barcode e/o microchip.

Software e Hardware

- Possibilità di stampa dei risultati direttamente da strumento in caso di blocco Informatico.
- Segnalazione mediante messaggi di errore di anomalie del processo.
- Tracciabilità di tutti gli operatori con password di accesso personalizzata per ciascun operatore
- Tracciabilità e memorizzazione automatica di tutte le operazioni eseguite dall'analizzatore e da tutti gli Utilizzatori/Operatori.
- Gestione della formazione e certificazione degli operatori abilitati all'esecuzione ed al monitoraggio della strumentazione.
- Possibilità di connettere strumentazione PoCT di terza parte .

ASSISTENZA

Il servizio va inteso 24/7. Gli interventi dovranno essere garantiti entro le 24 ore dalla chiamata. Dovranno essere previsti almeno 2 strumenti di backup nella sede di Udine.

FORMAZIONE

Dovranno essere predisposti dei percorsi formativi adeguati al Personale Sanitario coinvolto sulla base delle loro competenze.

- Specialista di riferimento per la gestione