

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2664091
Descrizione RDO:	ID20APB011 FORNITURA DI RIUNITI ODONTOIATRICI
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE 02948180308 VIA POZZUOLO 330 UDINE UD
Punto Ordinante	GIOVANNI TRACANELLI
Soggetto stipulante	Nome: MICHELE BREGANT Amministrazione: AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	13/10/2020 15:48
Termine ultimo presentazione offerte:	27/11/2020 18:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	18/11/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	27/11/2023 18:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 RIUNITI ODONTOIATRICI

CIG	845856764D
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Forniture Specifiche per la Sanità (Scheda di RDO per Fornitura a corpo) - riuniti odontoiatrici/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	106500,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	HENRY SCHEIN KRUGG	Singola	13088630150	27/11/2020 14:32
2	STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTRONOMICI	Singola	02236190233	27/11/2020 11:42
3	TECNO.MED. S.N.C. DI M. DI BENEDETTO E C.	Singola	01450540305	26/11/2020 16:54
4	ATHENA S.R.L.	Singola	01349550937	27/11/2020 16:20

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	14/12/2020 10:02:38	18/12/2020 11:34:34

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
HENRY SCHEIN KRUGG		nessuna		nessuna
STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI		nessuna		nessuna
TECNO.MED. S.N.C. DI M. DI BENEDETTO E C.		nessuna		nessuna
ATHENA S.R.L.		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	allegare scheda fornitore (Allegato D), giusta art.7 p.4 capitolato		allegare PASSOE, giusta art.7 p.6 capitolato		allegare modulo sopralluogo, giusta art.7, p.7 capitolato		allegare patto integrità (Allegato B), giusta art.7 p.2 capitolato		allegare informativa privacy controfirmata, giusta art.7 p.3 capitolato		allegare DGUE (Allegato F), giusta art.7 p.5 capitolato		allegare accettazione condizioni di fornitura/capitolato/opzione (Allegato A), giusta art.7 p.1 capitolato	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
HENRY SCHEIN KRUGG	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
TECNO.MED. S.N.C. DI M. DI BENEDETTO E C.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ATHENA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio		Fine	
		18/01/2021 08:17:28		07/07/2021 09:20:29

Concorrente	allegare dettaglio offerta SENZA prezzi (vedi Allegato E BIS), giusta art.8 p.3 capitolato		allegare questionario tecnico (Allegato H), giusta art.8 p.2 capitolato		Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)		allegare relazione tecnica, giusta art.8 p.1 capitolato	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
HENRY SCHEIN KRUGG	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna
TECNO.MED. S.N.C. DI M. DI BENEDETTO E C.	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna
ATHENA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio		Fine	
		07/07/2021 09:22:26		07/07/2021 09:41:06

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		allegare dettaglio offerta economica fac simile ARCS (vedi Allegato E), giusta art.9 capitolato	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
HENRY SCHEIN KRUGG	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
TECNO.MED. S.N.C. DI M. DI BENEDETTO E C.	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
ATHENA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
TECNO.MED. S.N.C. DI M. DI BENEDETTO E C.	Concorrente escluso				
STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI	Concorrente escluso				
HENRY SCHEIN KRUGG	91346,88000000	0,00	70,00	30,00	100,00
ATHENA S.R.L.	95000,00000000	0,00	61,05	28,85	89,90

Note di gara	
	<p>Motivi di esclusione (si rimanda ai verbali di gara per le motivazioni estese): Offerta della ditta STED Servizi e Tecnologie Elettromedicali: dall'analisi del documento "Equivalenza funzionale" la Commissione rileva che la soluzione proposta non ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del Capitolato di Gara e non risulta rispondente alle esigenze delle strutture interessate per il gruppo idrico sospeso, lato assistente regolabile in altezza, poggiatesta e controllo wireless del radiologico endorale. Inoltre il peso supportato è inferiore a quanto richiesto nella caratteristiche di minima (Kg. 165 invece che 180) Offerta della ditta Tecno.med: per il riunito Cart la Commissione rileva che, relativamente all'endorale posizionato a soffitto con comando a filo e pulsante con cordone spiralato, non risolve le esigenze operative del personale sanitario, non garantendo la possibilità di posizionarsi in sicurezza in qualsiasi punto della stanza o fuori da essa, senza vincoli determinati dal filo. Inoltre il riunito Cart prevede la presenza del gruppo idrico, ancorchè privo di bacinella, che non consente l'accesso al paziente dal lato sinistro.</p>
Note specifiche lotto 1	nessuna