

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MICROSCOPIO OPERATORIO PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA (ID 16APB015)  
**RISPOSTE AI QUESITI**

Quesito n.1	Risposta n.1
<p>con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere il seguente chiarimento. Al punto 2 del capitolato speciale, fra le "Caratteristiche e configurazione minima richiesta (Pa)" vengono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alla lettera p) un Secondo operatore laterale</li><li>- alla lettera q) un Tubo monocolare.</li></ul> <p>Essendo il Secondo operatore laterale ed il Tubo monocolare in sovrapposizione, si conferma che devono essere offerti entrambi?</p>	<p>Si conferma che devono essere offerti entrambi</p>
Quesito n.2	Risposta n.2
<p>Con riferimento a pag.42 del capitolato speciale :”Accessori opzionali (non richiesti nella configurazione minima):b. Telecamera esterna full HD” chiede di specificare se la telecamera esterna full HD è per indocianina green</p>	<p>La telecamera chiesta come accessorio opzionale è una telecamera esterna full HD. Possono essere proposti più modelli di telecamera</p>
Quesito n 3	
<p>Si conferma che non previsti dal bando i requisiti di cui alla lettera bb cc dd dell'Allegato A?</p>	<p>Si conferma che per la presente procedura non sono previsti</p>