

DISCIPLINARE DI GARA
 GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
 DELLA FORNITURA DI KIT DI MEDICAZIONE DIALISI
ID13DIA002/2

Quesito n.1	Risposta n.1
<p>in riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma che i kit NON dovranno presentare un confezionamento singolo per ogni elemento inserito all'interno degli stessi ad eccezione nei quali viene espressamente richiesto.</p>	<p>Si rimanda a quanto previsto in capitolato ovvero: "I prodotti offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate nella tabella sotto riportata. Inoltre il prodotto dovranno obbligatoriamente avere i seguenti requisiti minimi: i cerotti devono essere ipoallergenici; <u><i>i kit dovranno presentare un confezionamento come indicato nella tabella e dovranno riportare la relativa data di scadenza</i></u>"</p>
Quesito n.2	Risposta n.2
<p>LOTTO 65 DOMANDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VOCE a: nel telo 50x60 adesivo tagliato con foro, che diametro deve avere il foro e che lunghezza deve avere il taglio? 2) Per quanto riguarda il confezionamento è corretto inserire lo "stacco" nella stessa busta dell'"attacco" oppure le buste attacco e stacco devono essere separate e inserite in un terzo involucro? 3) Per i fuori kit : Chiedete una tasca completa: vuol dire completa di 2 cerotti pretagliati cm 15x15 al suo interno? 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Voce a: misure indicative: diametro del foro circa 2 cm e lunghezza del taglio circa 10 cm 2) "stacco" e "attacco" devono essere in buste separate; le due buste unite da una saldatura tratteggiata (che permetta all'operatore di poter disporre del kit per poterle separare facilmente preservando comunque la sterilità) 3) la tasca deve essere completa di due cerotti al suo interno; la misura dei cerotti 15x4 cm circa