

Prot. 255M

S.C. Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara

Udine, li

7 NOV. 2016

Oggetto: Fornitura di dispositivi meccanici di assistenza cardiocircolatoria. Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 50/2016.

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto del principio della non discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza, da parte del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di acquisizione di seguito indicata, per le esigenze delle Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia:

Caratteristiche tecniche dei dispositivi richiesti:

LOTTO 1) Dispositivo L-VAD impiantabile a flusso continuo (pompa assiale, VAD di seconda generazione) utilizzabile in toracotomia (outflow in aorta toracica discendente) o in sternotomia (outflow in aorta ascendente) (tipo. mod. JARVIK 2000 o equivalente). Indicato nell'insufficienza ventricolare sinistra refrattaria come bridge al trapianto cardiaco oppure come destination therapy (terapia a lungo termine). Il sistema di alimentazione elettrica dell'L-VAD deve prevedere la possibilità di fuoriuscita della driveline a livello addominale oppure a livello cranico retroauricolare sinistro con impianto osseo.

LOTTO 2) Dispositivo L-VAD impiantabile a flusso continuo (pompa centrifuga, VAD di terza generazione a levitazione magnetica parziale) utilizzabile in sternotomia ed in toracotomia. La cannula di outflow con diametro ≤ 10 mm per consentire impianto di tale device con mini accesso chirurgico: minitoracotomia-ministernotomia, mini-bitoracotomia (tipo.mod.HEARTWARE o equivalente). Indicato nell'insufficienza ventricolare sinistra refrattaria come bridge al trapianto cardiaco oppure come destination therapy (terapia a lungo termine). Il sistema di alimentazione elettrica dell'L-VAD deve prevedere la fuoriuscita della driveline a livello addominale. Da associare acquisizione in comodato d'uso di monitor ospedaliero touch-screen multiparametrico con registrazione di flusso e potenza, ed interfaccia allarmi avanzata. Unità unica riutilizzabile per ogni impianto.

LOTTO 3) Dispositivo L-VAD impiantabile a flusso continuo (pompa centrifuga, VAD di quarta generazione, a levitazione magnetica completa) utilizzabile in sternotomia (tipo.mod.HEARTMATE III o equivalente). Indicato nell'insufficienza ventricolare sinistra refrattaria come bridge al trapianto cardiaco oppure come destination therapy (terapia a lungo termine). Il sistema di alimentazione elettrica dell'L-VAD deve prevedere la fuoriuscita della driveline a livello addominale.

LOTTO 4) Dispositivo biventricolare totalmente impiantabile di tipo pneumatico per sostituzione completa (TAH: total artificial heart) della funzione dell'organo con disfunzione globale e consolle di controllo e gestione esterna (tipo. mod. Syncardia o equivalente). Indicazione come bridge al trapianto cardiaco. Approccio chirurgico in sternotomia con fuoriuscita delle linee pneumatiche per alimentazione del device a livello addominale.

LOTTO 5) Dispositivo per assistenza meccanica mono-biventricolare paracorporeo (mod. tipo BERLIN HEART EXCOR o equivalente) di tipo pneumatico con consolle di controllo e gestione esterna. Sistema deputato per assistenza temporanea mono o biventricolare (assistenza tipo L-VAD, R-VAD oppure Bi-VAD. Necessita di sistema di cannule atriali, ventricolari, arteriose, ventricoli pneumatici, linee pneumatiche).

Per quanto sopra, gli operatori economici interessati potranno far pervenire a mezzo PEC (egas.protgen@certsanita.fvg.it), **entro il 30 novembre 2016**, quanto segue:

- dichiarazione di interesse a partecipare alla nuova procedura, a firma del rappresentante legale o di un procuratore, specificando i lotti di interesse;
- dati identificativi della ditta interessata a partecipare alla procedura;
- contatti (referente della gara, agente di zona, telefono, fax, indirizzo mail, etc.);
- schede tecniche dei prodotti disponibili;
- ogni altra informazione e/o osservazione ritenuta utile.

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

Cordiali saluti.

**Responsabile S.C. Gestione e sviluppo
strategie centralizzate di gara**

Dott.ssa Elena Pitton

