



SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it -
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it

S.C Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara

(ID 18FAR001)
**AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI OSSIDO DI AZOTO CON SISTEMI DI EROGAZIONE
IN COMODATO**

Il presente avviso è volto ad invitare gli operatori economici che fossero interessati a partecipare alla “consultazione preliminare di mercato” finalizzata alla raccolta di informazioni per il perfezionamento dei documenti della gara di prossima indizione relativa alla gara che verrà bandita nel corso del 2018 da EGAS.

La consultazione è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla gara ad evidenza pubblica.

Al fine di fornire il contributo richiesto agli operatori economici si pubblica la documentazione redatta in bozza (capitolato tecnico) che viene pubblicata sul sito www.egas.sanita.fvg.it alla voce “**Bandi e Gare - Dialoghi tecnici**”.

Gli operatori economici potranno formulare i propri contributi/osservazioni ai documenti pubblicati, esclusivamente **per iscritto entro il giorno 26/03/2018** al seguente indirizzo PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it : *OGGETTO (ID 18FAR001) AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OSSIDO DI AZOTO CON SISTEMI DI EROGAZIONE IN COMODATO*

NB: Le ditte dovranno segnalare quali siano i requisiti indicati in capitolato che risultino ostativi alla partecipazione alla gara.

Ai fini di una più completa valutazione del mercato si chiede inoltre di voler inviare:

- 1) schede tecniche aggiornate dei sistemi di erogazione
- 2) tutta la documentazione tecnica ritenuta idonea ad illustrare i prodotti forniti
- 3) descrizione relativa alla “trasportabilità”
- 4) eventuali osservazioni/integrazioni ritenute utili

L'EGAS valuterà se accogliere o meno le osservazioni ed i contributi formulati dagli operatori economici. In caso di accoglimento delle osservazioni formulate la documentazione potrà quindi subire delle modifiche.

Verrà dato atto dell'esito del dialogo tecnico in sede di indizione alla gara.

Bozza
**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI OSSIDO DI AZOTO CON
 SISTEMI DI EROGAZIONE IN COMODATO**

FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE OSSIDO D'AZOTO CON RELATIVO SISTEMA DI EROGAZIONE

FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE OSSIDO D'AZOTO CON RELATIVO SISTEMA DI EROGAZIONE		Numero erogatori	di	Fabbisogni anno
LOTTO 1	per il trattamento dell'ipertensione polmonare persistente nel neonato

FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE OSSIDO D'AZOTO CON RELATIVO SISTEMA DI EROGAZIONE		Numero erogatori	di	Fabbisogni anno
LOTTO 2	per il trattamento dell'ipertensione polmonare nell'adulto

Durata della fornitura 36 mesi

Specifiche tecniche:

per entrambi i lotti richiesto

fornitura di bombole: regolarmente identificate da un numero seriale

- LOTTO 1: volumi bombole da 2lt -10 lt circa (da verificare su mercato la presenza delle diverse disponibilità di volumi)
- LOTTO 2: volumi bombole da 5lt -20 lt circa (da verificare su mercato la presenza delle diverse disponibilità di volumi)

(bombole di piccole dimensioni per i trasporti)

Sistema di erogazione in comodato d'uso comprendente:

- strumento per la misurazione automatico e manuale dell'ossido di azoto e monitoraggio di NO, NO2, FiO2, dotato di marchio CE, rispondente a tutte le norme di sicurezza e predisposto per l'uso con la maggior parte dei ventilatori oggi disponibili, completo di tutti gli accessori per l'utilizzo.
- incluso in fornitura un sensore di monitoraggio ambientale di NO per locale **utilizzo bombole**
- sistema che garantisca la continuità della terapia (erogatore con doppia bombola)
- sistema utilizzabile in situazioni di trasporto (sia intraospedaliero che in ambulanza) con autonomia sufficiente (min 3 ore) da verificare su mercato la presenza delle diverse soluzioni)

Da quotare in offerta la fornitura di un sensore di monitoraggio ambientale per locale **stoccaggio bombole**

Modalità di consegna: la ditta dovrà consegnare le bombole fino al sito di stoccaggio identificato dal singolo Ente del SSR su richiesta del singolo Ente.

Consegne ordinarie: entro 48 ore solari dalla richiesta

Consegne in caso di emergenza: entro 12 ore solari dalla richiesta (inclusi festivi)

Inclusi in fornitura

- Corsi di formazione/addestramento per gli operatori del reparto utilizzatore;
- Servizio di assistenza tecnica

Da quotare in offerta: eventuale costo del servizio di movimentazione ai reparti

Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.

Valutazione qualitativa (max 70 punti)

Es	
Sistema di erogazione <ul style="list-style-type: none">• Praticità• Immediatezza display• Circuiti già assemblati• Facilità di calibrazione• Soluzioni proposte per la trasportabilità• Batteria• Sistemi di sicurezza• Allarmi	
Disponibilità di bombole Valutazione della presenza di diversi volumi	
Assistenza tecnica Migliorie rispetto alle richiesta di CSA (es muletto in minor tempo)	
Altro	