

**VERBALE N. 1**  
**COMMISSIONE GIUDICATRICE**  
**FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RX ID15ECO014.1**

Il giorno 14 settembre 2018 ore 09.35 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 13/09/2018 per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Zanon Marco  
Peressoni Martina  
Severgnini Mara  
Bonutti Faustino  
Fantin Matteo

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante il Sig. Castellarin Nicola.

Si premette che:

- la procedura è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 511 del 02/05/2018;
- la fornitura è articolata in lotti e sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**IL PRESIDENTE**

Evidenzia che sulla piattaforma CONSIP sono pervenute le seguenti offerte in formato elettronico:

CHEMIL per il lotto n. 8  
MEDLINE per il lotto n. 8  
CLINILAB per il lotto n. 8 e 9  
SAGO MEDICAL per il lotto n. 9

pertanto si procederà alla verifica della documentazione in formato elettronico scaricata dalla piattaforma stessa

**LA COMMISSIONE**

rileva che i criteri di valutazione qualitativa delle offerte sono esplicitati nella documentazione di gara e che la procedura di attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi.

Richiamate le prescrizioni contenute del capitolato speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto la Commissione procede a dare lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti al fine di accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato.

Si procede alla verifica puntuale dei requisiti elencati nel capitolato speciale per il **lotto n. 8**:  
la commissione decide di chiedere alle ditte: Chemil, Clinilab, e Medline dei chiarimenti relativi alle conformità dei prodotti offerti alle normative CEI.

Si procede alla verifica puntuale dei requisiti elencati nel capitolato speciale per il **lotto n. 9**:  
la commissione decide di chiedere alle ditte: Clinilab e Sago Medical dei chiarimenti relativi alle conformità dei prodotti offerti alle normative CEI.

La Commissione alle ore 12.00 ricompone tutta la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS e rimanda i lavori in data 28/09/2018.

Letto approvato e sottoscritto.

Zanon Marco f.to \_\_\_\_\_

Peressoni Martina f.to \_\_\_\_\_

Severgnini Mara f.to \_\_\_\_\_

Bonutti Faustino f.to \_\_\_\_\_

Fantin Matteo f.to \_\_\_\_\_

Castellarin Nicola f.to \_\_\_\_\_

**VERBALE N 2**  
**COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO**  
**DELLA FORNITURA DI TNT STERILE (ID14ECO020)**

Il giorno 28 settembre 2018 ore 09.45 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 13/09/2018 per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Zanon Marco  
Peressoni Martina  
Severgnini Mara  
Bonutti Faustino  
Fantin Matteo

Verbalizza le operazioni il sig. Castellarin Nicola funzionario EGAS.

**IL PRESIDENTE**

Richiamato il verbale del 14/09/2018 fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti.

**LA COMMISSIONE**

Procede a dare lettura dei chiarimenti inviati dalle ditte Chemil, Clinimab, Medline e Sago Medical.

**Lotto 8:** Le ditte Chemil Clinilab e Medline vengono escluse in quanto il guanto protettivo offerto non riporta nel presidio stesso e in modo indelebile le informazioni richieste al punto 6. 5 della normativa CEI- EN 61331-3

Si procede quindi con la lettura della documentazione tecnica e l’analisi della campionatura presentata per il lotto n. 9 rilevando che entrambe le ditte presentano i requisiti minimi richiesti; si procede pertanto con l’attribuzione del punteggio qualitativo secondo i parametri previsti dai documenti di gara.

Al termine dei lavori si dispone che le valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo finale allegato al verbale della Commissione Giudicatrice.  
La Commissione chiude i lavori; alle ore 11.15, ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS.

Letto approvato e sottoscritto.



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

EGAS

Zanon Marco f.to \_\_\_\_\_

Peressoni Martina f.to \_\_\_\_\_

Severgnini Mara f.to \_\_\_\_\_

Bonutti Faustino f.to \_\_\_\_\_

Fantin Matteo f.to \_\_\_\_\_

Castellarin Nicola f.to \_\_\_\_\_

TABELLA VALUTATIVA GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RX . -ID15ECO014-1								
			Valutazione dell'attestazione alle diverse tensioni dichiarate	Libertà di movimento	Sensibilità al guanto	Vestibilità, confort, e rigidità del tessuto	TOTALE	Riparametrizzazione
LOTTO	VOCE	Descrizione dispositivo	Punti 16	Punti 18	Punti 18	Punti 18	70	
8		Guanti per l'attenuazione dei raggi X	Proposta ottima 100% Proposta buona 75% Proposta sufficiente 50% Proposta mediocre 25% Proposta scadente 0%	Proposta ottima 100% Proposta buona 75% Proposta sufficiente 50% Proposta mediocre 25% Proposta scadente 0%	Proposta ottima 100% Proposta buona 75% Proposta sufficiente 50% Proposta mediocre 25% Proposta scadente 0%	Proposta ottima 100% Proposta buona 75% Proposta sufficiente 50% Proposta mediocre 25% Proposta scadente 0%		
		DESERTO						
			Valutazione dell'attestazione alle diverse tensioni dichiarate	Caratteristiche dei materiali e peso del dispositivo dichiarato in scheda tecnica	Ergonomia e funzionalità, con particolare riferimento all grado di copertura (laterale che frontale)	Confort e vestibilità per l'utilizzatore	TOTALE	
LOTTO	VOCE	Descrizione dispositivo	Punti 14	Punti 17	Punti 22	Punti 17	70	
		Occhiali anti-x	Proposta ottima 100% Proposta buona 75% Proposta sufficiente 50% Proposta mediocre 25% Proposta scadente 0%	Proposta ottima 100% Proposta buona 75% Proposta sufficiente 50% Proposta mediocre 25% Proposta scadente 0%	Proposta ottima 100% Proposta buona 75% Proposta sufficiente 50% Proposta mediocre 25% Proposta scadente 0%	Proposta ottima 100% Proposta buona 75% Proposta sufficiente 50% Proposta mediocre 25% Proposta scadente 0%		
9	Ditta	CLINILAB SRL	14	12,75	22	17	65,75	70
		MOTIVAZIONE	Attenuazione ottima	Buono Peso 80 grammi, applicazione laterale interna fissa e non removibile	Ottima superfice di protezione laterale e frontale con maggiore possibilità di personalizzazione	Ottimo confort e vestibilità in relazione alla maggiore possibilità di regolazione		
	Ditta	SAGO MEDICA	14	8,5	11	8,5	42	44,71
		MOTIVAZIONE	Attenuazione ottima	Sufficiente Peso 68 grammi l'applicazione laterale per la protezione risulta essere facilmente removibile	Protezione frontale inferiore sufficiente	Sufficiente presenta limitata capacità di regolazioni dal punto di vista della vestibilità		

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON  
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C  
DATA FIRMA: 09/10/2018 15:33:18  
IMPRONTA: 3596CC638C4744C9936E601F9E2E2902606645633FB10D97079078B9A3C0CA13  
606645633FB10D97079078B9A3C0CA13DEE0A1CFCCDA6174D75A94838DD0320C  
DEE0A1CFCCDA6174D75A94838DD0320CF4AED38B062859485885BE3D51FF750A  
F4AED38B062859485885BE3D51FF750AEA7E910322F859E18892DF1332F81220