



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

EGAS

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
"SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO"**

**N. 72**

**DEL 19/01/2018**

**OGGETTO**

**PC17INV061 - FORNITURA DI BENI DI INVESTIMENTO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS N. 50/2016. ECO OFTALMICO PER VALUTAZIONI ECOGRAFICHE DELLE PATOLOGIE RETINICHE VITREALI DEL SEGMENTO ANTERIORE DESTINATO ALLE STRUTTURE DI OCULISTICA. PRESA D'ATTO ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DETERMINA A CONTRARRE.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Anna Maria Maniago**

**ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO**

**Richiamata** la nota datata 16 giugno 2017, agli atti, con la quale la Direzione di ASUIUD (per il tramite della SOC Ingegneria Clinica):

- chiede di esperire avviso esplorativo ai fini di individuare potenziali fornitori per un "Eco oftalmico per valutazioni ecografiche delle patologie retiniche e vitreali del segmento anteriore destinato alle strutture di oculistica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD);
- comunica contestualmente i requisiti tecnici essenziali del sistema in parola, pena esclusione, come segue:
  - Piattaforma ecografica
  - Sonda B-scan a 10 MHz
  - Carrello
  - Monitor
  - Stampantedeve obbligatoriamente essere implementabile con
  - Sonda A-Scan standardizzata secondo Ossoining
  - Sonda lineare B-Scan a 50 MHz

**Visto** l'avviso predisposto e pubblicato da Egas, ai sensi del disposto di cui all'articolo 66 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, sul proprio sito aziendale nonché sul quotidiano on line Aste e Appalti Pubblici (prot 29040 del 30.10.2017 con scadenza fissata per le ore 13:00 del giorno 15.11.2017);

**Dato atto** che l'avviso in parola prevedeva altresì alcune condizioni e requisiti tecnici essenziali tra i quali:

- l'apparecchiatura proposta potrà essere preferibilmente ma non esclusivamente nuova di fabbrica;
- nel caso si apparecchiatura nuova, l'offerta dovrà includere almeno un anno di garanzia con copertura tipo "full risk";
- nel caso di apparecchiatura usata: l'anno di produzione non potrà essere antecedente il 2016 e dovrà essere accompagnata da un certificato di ottimo stato di conservazione, da attestato di regolare svolgimento della manutenzione preventiva e correttiva nonché comprensiva di almeno un anno di garanzia con copertura di tipo "Full risk"

**Dato atto** che entro i termini sopra fissati sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte delle sottoelencate ditte:

- Ditta Miloftalmica srl di Milano (Prot. N. 30368)
- Ditta Vedi Vision srl di Venezia (Prot. N. 30589)
- Ditta Optikon 2000 spa di Roma (Prot. N. 30149)

**Atteso** che la documentazione presentata dalle sopra citate ditte è stata inoltrata, per il parere di competenza, al Referente della Soc Ingegneria Clinica dell'ASUIUD il quale, a seguito delle verifiche di rispondenza delle apparecchiature proposte ai requisiti tecnici essenziali prescritti dall'avviso in parola, ha comunicato quanto segue (relazione agli atti):

- le manifestazioni di interesse delle ditte Vedi Vision e Miloftalmica sono conformi in quanto entrambe hanno offerto un prodotto che dispone di tutte le caratteristiche essenziali richieste;
- la ditta Vedi Vision dichiara di essere in grado di offrire un'apparecchiatura usata solo per dimostrazione presso un cliente, mentre la ditta Miloftalmica dichiara la disponibilità di un'apparecchiatura nuova di fabbrica;

- la proposta della ditta Optikon non è conforme in quanto l'apparecchiatura presentata è carente di un requisito essenziale: "implementabilità obbligatoria con sonda A-scan standardizzata secondo Ossoining". La scheda tecnica allagata non fa cenno a questa caratteristica, mentre nella documentazione tecnica prodotta vi è una descrizione dell'uso consigliato della sonda A-scan diagnostica a 8 MHz che recita: "adatta alla diagnosi standardizzata (tipo Ossoining)". Da un approfondimento effettuato in letteratura e da un confronto con l'utilizzatore, tale prodotto non garantisce il rispetto del requisito essenziale richiesto;

**Ritenuto**, pertanto, non accoglibile la proposta della ditta Optikon in quanto non conforme ai requisiti essenziali previsti, pena esclusione, dall'avviso di manifestazione di interesse;

**Richiamato** l'art. 32 c. 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Preso atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l'obbligo di utilizzo, per l'acquisto di servizi e beni relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP;

**Verificato** che non risultano attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 c.1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

**Ritenuto** pertanto di attivare in relazione alla categoria merceologica ed all'importo della fornitura, l'iter procedimentale (RDO) sul Mercato Elettronico di CONSIP, ai sensi dell'art. 36, comma 2) del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio indicato dall'art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 e cioè al prezzo più basso e di invitare le sottoelencate ditte le cui proposte sono state giudicate idonee dal referente aziendale dell'Ingegneria Clinica dell'ASUIUD:

- Ditta Miloftalmica srl di Milano
- Ditta Vedi Vision srl di Venezia;

**Atteso** che si sono concluse le attività di predisposizione degli atti propedeutici all'avvio della procedura di cui sopra;

**Visto** il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale N. 102 del 29.09.2017;

**Individuato** il responsabile Unico del procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli

**D E T E R M I N A**

- 1) **di attivare**, in relazione alla categoria merceologica ed all'importo della fornitura, l'iter procedimentale sul Mercato Elettronico di CONSIP ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.Lgs n.50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione previsto ed indicato nella tabella sottoriportata, per l'affidamento della fornitura dei sottoelencati beni, occorrenti alle strutture di Oculistica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD);

<b>GARA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>CIG</b>
PC17INV061	Eco Oftalmico - importo base d'asta € 25.000,00 IVA inclusa	735430654C

- 2) **di invitare** a presentare offerta le ditte Miloftalmica srl di Milano e Vedi Vision srl di Venezia le cui proposte sono state giudicate idonee dal Referente aziendale dell'Ingegneria Clinica dell'ASUIUD;
- 3) **di non accogliere** l'istanza presentata dalla ditta Optikon in quanto l'apparecchiatura presentata non risulta in possesso del requisito essenziale richiesto "implementabilità obbligatoria con sonda A-scan standardizzata secondo Ossoining".

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile  
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO  
Anna Maria Maniago

---

Elenco allegati:

--	--

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA MARIA MANIAGO

CODICE FISCALE: MNGNMR54L43A456Z

DATA FIRMA: 19/01/2018 18:05:28

IMPRONTA: 5794F820EB528262D58820799A5A8D3479825D56D5174F59D4FF754D24A53EE6  
79825D56D5174F59D4FF754D24A53EE65D611504F3BA0CD4D9914E272FB6E5ED  
5D611504F3BA0CD4D9914E272FB6E5ED860255C6A75389F7275F2C447BFD71C3  
860255C6A75389F7275F2C447BFD71C3A135CD9D117C32A52076EFD6CA10404C