



SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432
306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it -
PEC:egas.protgen@certsanita.fvg.it

S.C. GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA

**CONSULTAZIONE CON IL MERCATO PER FORNITURA DI SOLLEVAPAZIENTI MOBILI DI TIPO
PASSIVO E ATTIVO PER GLI ENTI DEL S.S.R. FVG (17APB012)
(rif.: avviso prot. 0034727 dd. 28.12.2017)**

**RISPOSTE AI QUESITI/OSSERVAZIONI RICEVUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN
RIFERIMENTO ALL'ESTRATTO DEL CAPITOLATO**

Lotto 1: Sollevapazienti mobili di tipo passivo

1. Al fine di garantire una più ampia partecipazione delle aziende fornitrici, siamo cortesemente a chiedere di considerare le seguenti modifiche al bando preliminare:
 - portata massima sollevapazienti 200 kg e non come riportato sul capitolato preliminare: maggiore di 200 kg. Si dispone di sistemi con portata fino a oltre oltre 250 kg ma non dotati di basculamento elettrico del bilancino come da vs specifica richiesta

Risposta: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DAL CSA.

2. Si richiede che la barra/bilancino debba poter consentire il cambio posturale, anche con il paziente sollevato.

Risposta: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DAL CSA. Le modalità operative per il cambio posturale saranno oggetto di valutazione qualitativa.

3. Si richiede se la barra/bilancino debba consentire il cambio posturale elettrico per la gestione della movimentazione del paziente

Risposta: Vedasi risposta punto precedente.

4. In riferimento alla caratteristica nella configurazione minima richiesta "Doppio sistema di comando, di cui almeno uno a distanza" siamo a chiedere che venga accettato il comando a filo con le funzioni di alzare e abbassare e la regolazione della base ed il comando in emergenza per le funzioni di alzare ed abbassare posizionato sul piantone del sollevatore.

Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UN'EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO

5. Al fine di garantire una più ampia partecipazione delle aziende fornitrici, siamo cortesemente a chiedere di considerare le seguenti modifiche al bando preliminare:

- movimentazioni gestite da telecomando, e non doppio sistema di comando. Sul pannello di controllo dell'apparecchiatura si dispone dei soli comandi di movimentazione in emergenza.

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432
306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it -
PEC:egas.protgen@certsanita.fvg.it

Risposta: vedasi risposta punto precedente (punto 4)

6. Si chiede di specificare se per “sistema anti schiacciamento” si intende un sistema di sicurezza con inibizione della movimentazione di discesa in presenza di ostacoli

Risposta: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DAL CSA.

7. In riferimento al grado di impermeabilità, siamo a comunicare che il nostro sollevatore mobile passivo è dotato dei seguenti parametri:

Sollevatore IP 30

Telecomando IP 44

Una richiesta IP X4 ci escluderebbe evidentemente per la parte relativa al grado di protezione del sollevatore. A titolo informativo, la nostra azienda ritiene che un’eventuale infiltrazione da liquidi possa tutt’al più verificarsi sul telecomando, essendo questo il componente che entra in contatto con le mani degli operatori. Il sollevatore in sé, infatti, è un’attrezzatura metallica a corpo pressoché unico con punti o accessi di eventuale infiltrazione davvero limitatissimi per poter pensare che possano infiltrarsi liquidi sotto forma di gocce o spruzzi. Per concludere, facendo riferimento alla nostra esperienza, possiamo sostenere di non aver mai ricevuto informazioni e/o osservazioni dal mercato e dai nostri clienti/utilizzatori di eventi di tale genere.

Risposta: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DAL CSA.

8. Si richiede che la bilancia sia integrata al sollevatore per non sfavorire l’escursione in altezza del sollevapazienti.

Risposta: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DAL CSA. Il livello di integrazione della bilancia sarà oggetto di valutazione qualitativa.

Lotto 2: Sollevapazienti mobili di tipo attivo

9. In riferimento alla caratteristica “Dotato di doppi comandi: Comando a distanza con tutte le funzioni di regolazione del sollevatore, Comando integrato al sollevatore con tutte le funzioni di regolazione.” siamo a chiedere che venga accettato il comando a filo con le funzioni di alzare e abbassare e la regolazione della base ed il comando in emergenza per le funzioni di alzare ed abbassare posizionato sul piantone del sollevatore.

Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UN’EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO

10. Al fine di garantire una più ampia partecipazione delle aziende fornitrici, siamo cortesemente a chiedere di considerare le seguenti modifiche al bando preliminare:

- movimentazioni gestite da telecomando, e non doppio sistema di comando. Sul pannello di controllo dell'apparecchiatura si dispone dei soli comandi di movimentazione in emergenza. (MG)

Risposta: vedasi risposta punto precedente (punto 9)

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432
306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it -
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it

11. “Comando integrato al sollevatore con tutte le funzioni di regolazione”, si chiede di togliere la dicitura “tutte le funzioni” in quanto ci sono sistemi che differenziano i comandi sulla pulsantiera mobile rispetto al piantone.
Risposta: vedasi risposta punto precedente (punto 9)
12. “appoggia ginocchia confortevole e regolabile in altezza e profondità”, si chiede di togliere la dicitura “regolabile...” in quanto ci sono sistemi che per dimensioni ed automatismo evitano all’operatore di dover effettuare regolazioni manuali all’appoggia ginocchia.
Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UN’EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO
13. “pedana poggia piedi antiscivolo con sistemi contenitivi del piede”, si chiede di togliere la dicitura “...contenitivi del piede” perché questi bordi possono essere un ostacolo all’approccio del paziente alla pedana.
Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UN’EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO
14. Cosa si intende per portata massima 250 kg data la richiesta di carico lavoro sicuro 200 e peso max paziente 150? Si chiede di usare come riferimento solamente il valore Safe Working Load (carico lavoro sicuro) 200 kg.
Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UN’EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO
15. In riferimento ai diversi valori riportati per carico di lavoro, peso paziente e portata sollevatore, il nostro sollevatore attivo ha una portata di 205kg. Chiediamo che i valori vengano uniformati a questa portata o comunque ad una definizione “portata e carico di lavoro superiore a 200kg”.
Risposta: vedasi risposta punto precedente (punto 14)
16. In riferimento alla caratteristica “*Peso massimo del paziente non inferiore a 150Kg*” siamo a chiedere di chiarire che tale portata si riferisca al peso massimo del paziente sollevato in condizioni passive con apposito corsetto, mentre per l’uso come sollevatore attivo la portata massima in sicurezza (SWL) sia 200Kg come richiesto.
Risposta: vedasi risposta punto precedente (punto 14)
17. In riferimento alla caratteristica richiesta “*Portata massima del sollevatore 250Kg*” siamo a richiedere che venga eliminata in quanto la portata in sicurezza è già stata richiesta di 200Kg, nel caso si richiedano 250Kg, tale caratteristica impedirebbe alla maggior parte dei produttori di partecipare.
Risposta: vedasi risposta punto precedente (punto 14)
18. Si chiede di indicare, come da normativa, solo il SWL del sollevatore attivo (che deve corrispondere anche al peso max del paziente). Non serve inserire la portata max del sollevatore.
Risposta: vedasi risposta punto precedente (punto 14)

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432
306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it -
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it

19. In riferimento al grado di impermeabilità, ribadiamo le stesse valutazioni riportate in riferimento al Lotto 2
Risposta: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DAL CSA.
20. Accessori opzionali lotto 2: si consiglia di inserire la seconda batteria come standard e non come accessorio.
Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UN'EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO
21. Accessori opzionali lotto 2: "imbragatura... per sostegno arto superiore", si chiede di specificare meglio la necessità di questo accessorio o toglierlo dagli accessori obbligatoriamente disponibili.
Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UN'EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO
22. In riferimento alla caratteristica richiesta "*Imbragatura o dispositivo equivalente per sostegno di arto superiore*" siamo a chiedere di confermare che si tratta di un accessorio a disposizione del sollevapazienti per poter sostenere gli arti superiori, contemporaneamente alla spinta dorso lombare, in caso di utilizzo per pazienti emiplegici.
Risposta: vedasi risposta punto precedente (punto 21)
23. In riferimento alla caratteristica richiesta "*Bilancia pesa paziente digitale omologata per uso medicale, di classe III, conforme alla direttiva Europea 2009/23/CE*" chiediamo venga eliminata in quanto, tale richiesta, impedirebbe la partecipazione della maggior parte dei produttori presenti sul mercato, favorendone uno unico.
Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UN'EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO
24. In merito agli accessori opzionali, il nostro sollevatore attivo non è dotato di bilancia pesa paziente.
Risposta: vedasi risposta punto precedente (punto 23)
25. Accessori opzionali lotto 2: "sistemi di contenzione... piedi paziente alla pedana", si chiede di togliere questa dicitura dagli accessori obbligatoriamente disponibili, in quanto accessorio specifico di un'unica azienda (sono sufficienti i sistemi di contenzione agli arti inferiori).
Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UN'EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO
26. In generale, facciamo presente che le attrezzature di sollevamento dovrebbero essere in grado, considerando la tecnologia oggi disponibile, di poter fornire informazioni sullo stato della macchina, sullo storico di utilizzo, sul numero di sollevamenti effettuati ecc... Ciò permette di avere controllo sull'utilizzo dei sollevatori, efficienza nella gestione del parco ausili, garanzia che le parti soggette ad usura vengano sostituite e mantenute nella maniera corretta.
Ci permettiamo quindi di suggerirVi l'introduzione di una specifica tecnica minima in tal senso.

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432
306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it -
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it

Risposta: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DAL CSA. Quanto suggerito sarà oggetto di valutazione qualitativa

27. Stesso ragionamento andrebbe fatto in merito alla tipologia delle batterie. I nostri prodotti utilizzano batterie al NiMH, ma, senza indicarne una tipologia precisa, si possono favorire proposte con batterie di nuova generazione o perlomeno escludere proposte con tipologie di batterie obsolete.

Risposta: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DAL CSA. Quanto suggerito sarà oggetto di valutazione qualitativa

28. Si chiede inoltre di chiarire se la presente consultazione è propedeutica all'indizione di una convenzione o di un accordo quadro.

Risposta: La presente consultazione è propedeutica all'indizione di un Accordo Quadro.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	22/02/2018
Nome	ESITO CONSULTAZIONE DI MERCATO_SOLLEVA PAZ_22_02.PDF
Impronta	070CA3C0D5E658D4E27B92F129C5BF4C86D1CCAE72EFBFF7E006546822B346C9
Dimensione (Byte)	616,569

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GENEGAS-GEN-2018-5900-P
Verso	Partenza
Data registrazione	22/02/2018