

**(ID18APB001) - AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTI E
POLTRONE BILANCIA PER DIALISI PER GLI ENTI DEL S.S.R. FVG.
RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
(rif: avviso prot. n. 13321 del 24/04/2018)**

**RISPOSTE AI QUESITI/OSSERVAZIONI RICEVUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI
IN RIFERIMENTO ALL’ESTRATTO DEL CAPITOLATO**

Lotto 1:

VOCE 1 n. xx LETTI BILANCIA PER DIALISI

VOCE 2 n. xx LETTI BILANCIA PER DIALISI PER PAZIENTI BARIATRICI

1. Caratteristiche e configurazione minime richiesta

Viene richiesta una larghezza complessiva con sponde alzate non superiore a 1000 mm ma non viene specificata la tipologia delle sponde (a compasso a copertura unica del piano rete oppure coppia di semi sponde).

Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UNA EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO

Lotto 2:

n. zz POLTRONE BILANCIA PER DIALISI

2. Caratteristiche e configurazione minime richiesta

Vengono richiesti 2 sensori (celle di carico) integrati nella struttura della poltrona. Vista la destinazione d’uso e l’utilizzo per la dialisi dove la precisione del peso è un valore molto importante consigliamo di richiedere l’utilizzo di almeno 3 celle di carico in quanto consente una maggiore precisione del peso paziente in tutte le varie movimentazioni e angolazioni della poltrona.

RISPOSTA: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UNA EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO

Lotti 1 e 2

3. Viene richiesta la conformità alla Direttiva 2014/31/CE, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Segnaliamo che essendo i letti bilancia principalmente dei Dispositivi Medici, debba essere richiesta anche la conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla più recente 2007/47/CE, direttiva europea per la marcatura CE dei Dispositivi Medici.

Risposta: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UNA EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO

4. Vista la tipologia del prodotto richiesto, la campionatura in sede di gara al fine di valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecnico-funzionale descritte nell’offerta.

Risposta: SI CONFERMA CHE VERRA' RICHIESTA LA CAMPIONATURA IN FASE DI GARA.