

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
PRESIDI MEDICI E DI LABORATORIO PER LA FECONDAZIONE
IN VITRO PER UN PERIODO DI 12 MESI - ID.15REA018**

PRECISAZIONE DEL 16/06/2017

DOMANDE:

Lotto 32 punto “a)”

In riferimento a quanto previsto per il lotto 32 – punto “a)” – con la presente si chiede di chiarire se, il numero indicato (1000) fa riferimento al numero di etichette o al numero di “rotoli” XSL-75-461 composti ciascuno da 150

Lotto 32 punto “b)” e “c)”

In riferimento a quanto previsto per il lotto 32 - punto “b)” e “c)” – si chiede di chiarire se le etichette segnalate in questi punti devono essere differenti dal quelle del punto “a)”, in caso positivo, si chiede di specificare la grandezza, la superficie di utilizzo, e la destinazione d’uso. Devono essere dotate di lamina trasparente? Anche in questo caso si chiede di specificare se il fabbisogno totale indicato fa riferimento alla singola etichetta o al rotolo.

Lotto 33

In riferimento a quanto previsto per il lotto 33 con la presente si chiede di chiarire se, il numero indicato (1.100) fa riferimento al numero di paillettes o al numero di confezioni ciascuno da 20 paillettes (4 alveoli da 5 paillette ciascuno).

Lotto 35

In riferimento a quanto previsto per il lotto 35 si chiede di chiarire se, il numero indicato (950) fa riferimento al numero di jonc o al numero di confezioni multiple.

Lotto n.59

Serve il modello della carta Sony, se è richiesta carta ORIGINALE o COMPATIBILE ?

Lotto n.60

Serve specificare il confezionamento del gel richiesto e le caratteristiche tecniche dello stesso.

Lotto n.40c In merito alla procedura 15REA018 si chiede se per il lotto 40c, fosse possibile offrire una pipetta da denuding con diametro simile e paragonabile a quello indicato in bando, in particolare un diametro di 175 micrometri al posto di 170 micrometri.

Lotto 50BIS a) In merito alle risposte da voi fornite, nel file "precisazione 31/05/2017" alla domanda numero 4, si fa presente che il diametro esterno da Voi indicato risulta essere inferiore al diametro interno, quindi non esistente. Si chiede quindi di voler fornire una risposta corretta, per poter procedere alla formulazione di un'offerta con un prodotto corrispondente alle necessità degli utilizzatori.

RISPOSTE:

Lotto 32 punto "a)": si fa riferimento al numero di etichette totali

Lotto 32 punto "b)" e "c)": Le etichette richieste devono essere utilizzabili con i modelli di stampante indicati. Il fabbisogno indicato è espresso in etichette

Lotto 33: fa riferimento al numero di paillettes

Lotto 35: si fa riferimento al numero di jonc totali

Lotto 59: il modello di carta offerto deve essere compatibile con le attrezzature in uso

Lotto 60 Si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. A puro titolo informativo, si precisa che il formato attualmente in uso è da 250ml.

Lotto n.40c: si rimanda a quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara; in particolare, si evidenzia che *"L'eventuale equivalenza tecnica deve essere dimostrata dal concorrente e verrà valutata dalla Commissione ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016"*.

Lotto 50bis a): dimensioni del diametro esterno/interno di ago 17 gauge: 1.47/1.20 mm.
Si specifica ago monovia 17 gauge