

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI STRUMENTAZIONE, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER CITOFLUORIMETRIA - ID.16REA002

PRECISAZIONE DEL 05/05/2017

DOMANDE:

1)

1) In riferimento al punto 12 riportato a pagina 11 dell’Allegato Tecnico per capitolati d’appalto riguardanti forniture e servizi concernenti l’infrastruttura informatica aziendale viene specificato che:

la Ditta Aggiudicataria dovrà presentare entro 30 giorni dall’aggiudicazione

- DOC-PROG ossia progetto tecnico di dettaglio contenente almeno le seguenti sezioni:

- scheda tecnica dei server (caratteristiche hardware e software)
- scheda tecnica delle eventuali stazioni di lavoro client
- descrizione della continuità operativa (*backup e disaster recovery*)
- schema grafico con indicati collegamenti di rete (IP e numero di presa di rete associato) di tutte le componenti del sistema informatico (server, analizzatori, client, ecc.)
- schema architetturale della soluzione da realizzare (application server, DBMS, ecc.)

si chiede conferma che in caso di soluzione scelta con postazioni di lavoro inserite nel dominio aziendale, i seguenti punti del DOC-PROG sopra richiamato, ovvero:

- scheda tecnica dei server (caratteristiche hardware e software)
- descrizione della continuità operativa (*backup e disaster recovery*)
- schema grafico con indicati collegamenti di rete (IP e numero di presa di rete associato) di tutte le componenti del sistema informatico (server, analizzatori, client, ecc.)
- schema architetturale della soluzione da realizzare (application server, DBMS, ecc.)

sono di fatto già assolti in quanto facenti parte della pre-esistente struttura aziendale nel cui dominio verranno posizionate le stazioni di lavoro fornite dall’aggiudicatario.

2) In riferimento alla richiesta del LOTTO N. 3 PER ASUITS relativa al sistema di preparazione, si richiede di stralciare il punto relativo a “alloggiamento delle provette in piatti compatibili con il campionatore del citofluorimetro” in quanto questa condizione ci impedisce di offrire la strumentazione di ultima generazione.

3) In riferimento al Lotto 4 ASUI-UD, viene chiesto alle ditte partecipanti di fornire come materiale consumabile anche “tubi primari con tappo perforabile compatibili con il preparatore automatico”, si fa presente che tali tubi sono provette da prelievo e che nulla hanno a che fare con l’automazione della preanalitica citofluorimetrica. Resta inteso invece la possibilità che i preparatori possano utilizzare e perforare qualsiasi tubo primario da prelievo. A tal proposito si chiede di stralciare tale richiesta.

4) In merito al Lotto 2, visto l’ingente numero di schede tecniche da presentare, chiediamo la possibilità di fornire per ogni Fluorescenza delle schede tecniche esemplificative.

- 2) In riferimento ai lotti:
- LOTTO 2 AAS5 Immunofenotipo-Reagenti Speciali
- LOTTO 4 ASUI-UD
Chiedete al capitolo “Reagenti”, voce “Fornitura di reagenti in miscele di anticorpi a 8 colori liofilizzati (Certificati CE-IVD)”
Tali prodotti però NON risultano nell’elenco degli analiti richiesti con le relative quantità.
Si richiede pertanto se per rispondere a tale riferimento basta solo dare la disponibilità di fornitura con relativo prezzo di riferimento.
- 3) In riferimento alla prescrizione del capitolato Speciale, par. “Documentazione Tecnico – Qualitativa”, di presentare la documentazione in formato cartaceo e su supporto informatico si chiede conferma che è sufficiente che il CD richiesto contenga in formato pdf la stessa documentazione trasmessa in forma cartacea con la sola differenza che la versione cartacea è firmata manualmente mentre la documentazione su CD non riporta detta firma. A ciò si aggiunge la possibilità che su detto supporto elettronico, non riscrivibile, venga apposta la dichiarazione attestante che i documenti in esso contenuti sono identici a quelli trasmessi in forma cartacea, con l'unica eccezione della pagina finale del documento che non risulterà firmata.

RISPOSTE:

1)

1) Punto 12 riportato a pagina 11 dell’Allegato Tecnico per capitolati d’appalto riguardanti forniture e servizi concernenti l’infrastruttura informatica aziendale ASUI.UD: la Ditta Aggiudicatrice dovrà presentare comunque il DOC-PROG indipendentemente dall’eventuale utilizzo di PC con dominio aziendale.

2) LOTTO N. 3 PER ASUITS relativa al sistema di preparazione: si precisa che la richiesta relativa a “alloggiamento delle provette in piatti compatibili con il campionatore del citofluorimetro” va intesa a titolo preferenziale (quindi requisito non indispensabile).

3) Lotto 4 ASUI-UD: si conferma la richiesta di fornire come materiale consumabile anche “tubi primari con tappo perforabile compatibili con il preparatore automatico”, in quanto la stessa è ritenuta importante a garanzia della continuità della seduta analitica e del corretto funzionamento del preparatore.

4) Lotto 2: si ritiene necessario che vengano fornite le schede tecniche almeno dei monoclonali minimi richiesti (vedere punto 9 del Lotto 2) e comunque per ognuna delle fluorescenze che venga proposta. La Commissione Giudicatrice si riserverà eventualmente di chiedere ulteriori schede tecniche relative ad altri anticorpi monoclonali proposti a catalogo.

2) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.

3) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.