

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “DIAGNOSTICHE
INFETTIVOLOGICHE PER L’HUB DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DI
PORDENONE” PER UN PERIODO DI 36 MESI - ID.15REA019**

PRECISAZIONE DEL 21/03/2017

DOMANDE:

In riferimento al lotto 8 si chiede di chiarire quanto segue:

- 1) Quali sono le piattaforme analitiche automatiche *sample to result* già presenti in laboratorio
- 2) Per quali strumenti viene richiesta la disponibilità di un back-up strumentale
- 3) Elencare il tipo di matrici su cui devono essere effettuate le estrazioni
- 4) Si chiede di confermare o rettificare la richiesta a pagina 9: “La Ditta che si aggiudicherà il **lotto 10** (Lotto 8 ?) dovrà fornire, senza oneri aggiuntivi, insieme alla tecnologia preposta all’esecuzione delle diagnostiche previste, anche....”. Perché il capitolo è relativo al Lotto 8
- 5) Nella descrizione relativa alle Caratteristiche obbligatorie dei test:
Si richiede di dettagliare per quali test venga richiesta l’analisi quantitativa e per quali venga richiesta l’analisi solo qualitativa
Si richiede di specificare il range di linearità richiesto per le varie analisi

RISPOSTE:

LOTTO N. 8:

- 1) InGenius Elitech.
- 2) Le caratteristiche della piattaforma di back up proposta dovranno essere analoghe/compatibili con quelle della piattaforma principale.
- 3) Le estrazioni dovranno essere validate, in funzione del target analizzato, almeno sulle seguenti matrici: plasma, sangue, liquor, urine.
- 4) Si precisa che trattasi di un mero errore di trascrizione: si intende il lotto n. 8 e non il n. 10.
- 5) Si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nel Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono presentare l’offerta con le caratteristiche ritenute più appropriate, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto.