

# GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI PER ABLAZIONE ID 15PRE007"

## PRECISAZIONE DEL 02.07.2015

### **DOMANDA 1**

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per ablazione/Rif. 2 Kit per sistema ablazione con ago a microonde:

- Capitolato speciale **PUNTO 2 FABBISOGNI:**  
al punto A vengono richiesti n.7 generatori in comodato d'uso gratuito.  
In relazione al rapporto consumabile/generatore, estremamente basso, che non permette l'ammortamento delle apparecchiature richieste  
Si chiede, la parziale modifica del capitolato, prevedendo la possibilità di fornire il generatore on-demand alle strutture con numero limitato di procedure.
- Capitolato speciale **PUNTO 4 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:**  
viene descritta la "caratteristiche software gestione dati paziente";  
l'apparecchiatura da noi proposta dispone di possibilità di trasferire i dati di procedura a un personal computer, per successive valutazioni e statistiche  
si chiede se il "software dati paziente" è inteso come possibilità di memorizzare e scaricare (tramite dispositivi USB o altro) i dati di procedura, da leggere successivamente tramite PC; oppure se viene richiesto un software, accessorio al dispositivo medico e con specifica conformità e destinazione d'uso, che può interfacciarsi ed integrarsi con sistemi gestionali di reparto o dell'ospedale e che consenta lo scarico dei dati di procedura nei profili sw clinici dei pazienti (cartelle cliniche).

### **RISPOSTA 1**

- Relativamente al lotto n. 2 viene rettificato il numero dei generatori richiesti come di seguito riportato.

#### **GENERATORI IN COMODATO D'USO "FULL SERVICE":**

- n. 2 per Azienda Ospedaliero-Universitaria "S.Maria della Misericordia" di Udine;
- n. 1 per Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste;
- n. 1 Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN).

Inoltre, la ditta aggiudicataria della fornitura dovrà impegnarsi a fornire "su richiesta" i generatori all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 e al reparto di Radiologia del CRO di Aviano.

- si rileva che il parametro di valutazione "Caratteristiche software gestione dati pazienti" non specifica la tipologia del software richiesto, non ponendo, pertanto, alcun vincolo di partecipazione. Il parametro in oggetto prende in considerazione qualsiasi tipo di software, interno o esterno all'apparecchiatura ma espressamente offerto in gara, che consente la gestione dei dati dei pazienti.

### **DOMANDA 2**

La presente per chiedere un chiarimenti circa la presentazione della campionatura per procedura in oggetto: Lotto 1) Sistema per ablazione a Radiofrequenza; Lotto 2) Sistema per ablazione a Microonde;  
Dovendo presentare, pena esclusione, una campionatura di tutto il kit (n. 1 generatore e n. 1 ago anche non sterile) per ogni lotto per il quale si presenta offerta, considerato che la nostra Ditta possiede un generatore che effettua entrambe le tecnologie, ablazione a Radiofrequenza e Microonde, chiediamo se è possibile presentare, nella campionatura, un unico generatore per entrambi i lotti.

**RISPOSTA 2**

Si conferma che se ad entrambi i lotti viene offerto lo stesso generatore è possibile presentare a titolo di campionatura un solo pezzo. Si invita a specificare sulla confezione del prodotto che il campione inviato è valido sia per il lotto n. 1 che per il lotto n. 2.