

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA  
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
“SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DRENAGGIO” ID.16PRE014**

**PRECISAZIONE DEL 09/02/2017**

**DOMANDE:**

- 1) Con riferimento alla gara indicata in oggetto Vi chiediamo i seguenti chiarimenti:
  - I dispositivi devono essere assolutamente tutti privi di ftalati?
  - Possono essere accettati anche dispositivi con ftalati ?
  - Qual è la normativa a cui fate riferimento relativamente al contenuto di ftalati?
  
- 2) Con riferimento al lotto 58, voci a.b.c. della gara in oggetto si chiede gentilmente di specificare le caratteristiche degli aghi.  
14/16/19 G LUNGHEZZA 55mm OPPURE 80mm?  
Per la toracentesi 5 e 8 litri aghi 14/16/19G ? Lunghezza? oppure ago cannula?  
Per quanto riguarda il lotto 59 la sacca della toracentesi è da litri 2?
  
- 3) Pag. 16 dell’Allegato A – Dichiarazione Sostitutiva punti:
  - bb) capacità economica finanziaria
  - cc) capacità tecnico-professionale;
  - dd) idoneità professionale.Mi confermate come da Bando di gara che non vanno compilati?
  
- 4) Ho visto che è stato pubblicato una tabella con il prospetto riepilogativo rimborsi oneri pubblicazioni. E' un importo che dobbiamo pagare in gara?

## RISPOSTE:

- 1) Si conferma quanto già indicato in merito nell'Allegato al Capitolato Speciale: i prodotti offerti *“Devono essere privi di ftalati o comunque avere un contenuto di ftalati ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (le ditte devono allegare apposita dichiarazione in tal senso nella documentazione tecnica, specificando i lotti ai quali la stessa è riferita)”*. Si evidenzia inoltre che la presenza/assenza di ftalati sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, come già indicato nel Capitolato Speciale a pag. 42.
  
- 2) LOTTO 58: si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nel Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono offrire tutti gli aghi disponibili, con calibri e lunghezze diverse, purchè al medesimo prezzo.  
LOTTO 59: si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nel Capitolato Speciale. A puro titolo informativo, si precisa che il prodotto attualmente in uso prevede una sacca da 2 litri.
  
- 3) Si conferma che, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III ai punti III.1.2 e III.1.3, non sono previsti i requisiti di capacità economico-finanziaria (art 83 c.1, lett. b) D.lgs 50/2016) e i requisiti di capacità tecnico-professionale (art 83, c.1, lett.c) D.lgs 50/2016).  
Posto quanto sopra, non è necessario procedere alla compilazione dei punti bb), cc) e dd) dell'Allegato A.
  
- 4) No, i “rimborsi oneri pubblicazioni” non vanno pagati in sede di presentazione dell'offerta.