

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AUSILI PER PAZIENTI - ID.13PRE034.1”

PRECISAZIONE DEL 13.05.2015

DOMANDE:

- 1) Chiediamo gentilmente che vengano descritte in modo dettagliato le caratteristiche tecniche delle imbragature del lotto n. 23.
- 2) Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi al lotto 23.
 - E’ possibile sapere la tipologia dei sollevatori a cui andranno abbinare le imbragature?
 - Le imbragature sono ad asola o a clip?
 - E’ possibile inserire delle alternative?
- 3) lotto 15: si chiede se risulta possibile offrire soltanto la voce “a” del lotto, qualora i velli già incorporati nell’adattatore a T (voce “a”) siano lavabili e riusabili.
- 4) lotto 16: si chiede se risulta possibile offrire una confezione singola non sterile, in quanto l’esercizio di riabilitazione della mano non necessita di prodotto sterile.

RISPOSTE:

- 1) e 2) lotto n. 23 > si precisa quanto segue:
 - i sollevatori in utilizzo a cui andranno abbinare le imbragature sono i "Maxi Move Combi Arjo KMCSXN" sollevatori passivi della ditta Arjohuntleigh; ai fini dell'equivalenza tecnica, si precisa che i codici attualmente in uso per le imbragature/corsetti sono i seguenti: MAA4000M-x e MAA2000M-x ("X" da XS a XXL). Nel caso di ulteriori dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche tecniche ritenute più appropriate, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto.
 - è possibile offrire diverse versioni e misure di uno stesso prodotto (es: ad asola e a clip), purchè al medesimo prezzo unitario.

- 3) lotto 15: si conferma che risulta possibile offrire soltanto la voce "a" del lotto, qualora i velli già incorporati nell'adattatore a T (voce "a") siano lavabili e riusabili.

- 4) lotto 16: si conferma che risulta possibile offrire una confezione singola non sterile.