

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L’A.A.S. N.5 “FRIULI OCCIDENTALE ID.13REA005”

PRECISAZIONE DEL 06.07.2015

Domanda

Lotto 1 Sistema automatico per estrazione degli acidi nucleici (DNA ed RNA) da campioni biologici
Capitolato tecnico -Caratteristiche obbligatorie del sistema- punto 6. "Possibilità di caricamento in continuo"
si chiede **se viene confermata la necessità di caricamento in continuo**, dal momento che, per quanto di nostra conoscenza, nessuno strumento "aperto" sul mercato, possiede tale caratteristica.

Risposta

Per garantire la massima partecipazione possibile da parte degli operatori interessati, la mancanza del requisito “**possibilità di caricamento in continuo**” non è da considerarsi quale requisito minimo obbligatorio e necessario da garantire ai fini della partecipazione;

Domanda

LOTTO n. 7 Identificazione clonalità linfociti B e linfociti T e QF-PCR

- Voce A – *descrizione identificazione clonalità B:*

si chiede di specificare se per clonalità B devono essere offerti kit per identificazione clonalità IGH (FR1, FR2, FR3 DH – JH) e/o Identificazione clonalità IGK e/o Identificazione clonalità IGL.

Nel caso in cui si richieda di offrire più prodotti (IGH e IGK e IGL) si richiede di specificare per ognuno le quantità;

- Voce B – *descrizione identificazione clonalità T:*

si chiede di specificare se per clonalità T devono essere offerti kit per identificazione clonalità TCG Gamma e/o identificazione clonalità TCR Beta e/o Identificazione clonalità TCR Delta.

Nel caso in cui si richieda di offrire più prodotti (TCRG e TCRB e TCRD) si richiede di specificare per ognuno la quantità;

- Per i prodotti per l’analisi di clonalità, è necessario fornire taq polimerasi validata con i kit offerti nelle quantità adeguate?

Risposta

Lotto n.7

- Voce A: i kit richiesti devono prevedere l'identificazione della clonalità IgH + IgK , si confermano i fabbisogni già indicati a capitolato
- Voce B: i kit richiesti devono prevedere l'identificazione della clonalità TCR beta + TCR gamma, si confermano i fabbisogni già indicati a capitolato
- I kit devono essere completi di tutti i reagenti necessari per l'esecuzione dell'analisi e quindi anche della Taq validata;

Domanda

In merito alla gara con ID di cui in oggetto, la Ditta ha proceduto col tentativo di pagamento del CIG 629033222E (lotto 1) e alla richiesta del PASSOE.

Entrambe le procedure non sono andate a buon fine, in quanto il sistema non ha riconosciuto il numero del CIG

Si tratta di una situazione provvisoria?

Risposta

Sarà possibile effettuare la registrazione al servizio AVCPASS e la conseguente creazione del Passoe indicativamente due settimane prima della scadenza della gara in oggetto.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si specifica quanto segue:

- Nelle Norme di Partecipazione, nel Fac-simile “Allegato E” OFFERTA ECONOMICA a pag.28 l'indicazione “**Lotto N.6: € 197.652,19=/ anno / Iva esclusa**, comprensivi di reagenti, calibratori e controlli, materiale di consumo e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione (su base annua)”

viene sostituita dall'indicazione

- “**Lotto N.6: € 365.000,00=/ anno / Iva esclusa**, comprensivi di reagenti, calibratori e controlli, materiale di consumo e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione (su base annua)”;

➤ Nel bando di gara i punti:

II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

€ 1.550.310,42 (+ € 1.085.217,29 per opzioni contrattuali)

II.2.2) Opzioni : (*se del caso*)

Opzioni : sì

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(+ € 1.085.217,29 per opzioni contrattuali)

Vengono sostituiti con i seguenti:

euro 2.052.353,85 (+ € 1.436.647,70 per opzioni contrattuali)

II.2.2) Opzioni : *(se del caso)*

Opzioni : sì

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(+ € 1.436.647,70 per opzioni contrattuali)

➤ Nel Capitolato speciale a pag 65 (PREZZI BASE, CAUZIONI PROVVISORIE E CODICE CIG) l'indicazione

LOTTO	<u>Prezzo a base d'asta per 36 mesi</u>	cauzione provvisoria da versare
6	592.956,57 euro	11.859,13 euro

viene sostituita dall'indicazione

LOTTO	<u>Prezzo a base d'asta per 36 mesi</u>	cauzione provvisoria da versare
6	1.095.000,00 euro	21.900,00 euro

Rimangono invariate le restanti condizioni di gara e in particolare i prezzi a base d'asta e le cauzioni provvisorie da versare relativi a tutti gli altri lotti della gara in argomento;