

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E CONSUMABILI NECESSARI ALL’ESECUZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE CON TECNICHE PCR REAL TIME DA DESTINARE AL CENTRO UNICO DI VALIDAZIONE BIOLOGIA DI GORIZIA ID16REA020

PRECISAZIONE DEL 20.02.2017

DOMANDA

In merito a quanto riportato nel capitolato speciale di gara, Sezione requisiti minimi obbligatori sez. A Generali, punto 4, che testualmente recita:
“Tutti i reagenti e la strumentazione offerta devono essere certificati ai sensi della Direttiva 98/79/CE/IVD. Per il solo estrattore di acidi nucleici, dedicato alla ricerca delle mutazioni, non è richiesta la marcatura IVD in quanto strumento per uso generico di laboratorio”
Si chiede conferma che sia da considerarsi non indispensabile la marcatura CE-IVD anche per il reagente di estrazione associato all’Estrattore, essendo anch’esso ad uso generico di laboratorio.

RISPOSTA

Si conferma non essere indispensabile la marcatura CE-IVD anche per il reagente di estrazione associato all'Estrattore, essendo anche'esso ad uso generico di laboratorio.