

ID 16PRE019 CUC
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60
DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN SERVICE GIORNALIERO DI
APPARECCHIATURE PER ATTIVITÀ DI
CRIOCHIRURGIA

PRECISAZIONE DEL 29/05/2017

Si comunica che con determinazione n. 497 del 26/05/2017 si è provveduto a modificare il prezzo base del lotto n. 2 e conseguentemente a rettificare gli importi di gara e a posticipare il termine di presentazione delle offerte.

Si invita, pertanto, a prendere visione della determinazione citata, i cui contenuti, tuttavia, vengono di seguito riportati:

3. FABBISOGNI PRESUNTI PER 24 MESI, PREZZI A BASE D'ASTA, IMPORTI PRESUNTI DEI LOTTI, CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG

| Lotto | N. pezzi totali per 24 mesi | Prezzi a base d'asta | Importi presunti dei lotti | Cauzione provvisoria |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2 | 10 | € 3.500,00² | € 35.000,00 | € 700,00 |

² *Canone giornaliero comprensivo di noleggio, personale e fornitura di n. 1 ago.*

Il bando di gara viene rettificato nei termini di seguito specificati:

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 1 024 280.00 EUR

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 1 024 280.00 EUR

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: € 706.400,00 (+ € 317.880,00 per opzioni contrattuali)

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 01/06/2017

Ora locale: 12:00

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 05/06/2017

Ora locale: 09:30

Luogo: Sede EGAS Via Pozzuolo n. 330 Udine

Vengono sostituiti con i seguenti:

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 1.046.030,00 EUR

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 1.046.030,00 EUR

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

€ 721.400,00 (+ € 324.630,00 per opzioni contrattuali)

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 27/06/2017

Ora locale: 12:00

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 28/06/2017

Ora locale: 9:30

Luogo: sede EGAS Via Pozzuolo n. 330 Udine

DOMANDA N. 1

La procedura di gara è stata suddivisa in due lotti. Il lotto 1, dedicato ad interventi eseguibili su diversi distretti corporei, ed il lotto 2, che richiede un sistema dedicato ad un "sistema per crioablazione percutanea per trattamento di lesione alla mammella". Appare tuttavia irragionevole la limitazione del sistema indicato in questo lotto, ad ago singolo con circolazione di azoto liquido al suo interno, ai soli interventi alla mammella. Infatti, sia le certificazioni ottenute che i test svolti, dimostrano l'efficacia di tale sistema anche per il trattamento di diversi distretti anatomici.

L'ingiustificata limitazione del sistema descritto nel lotto 2 ai soli interventi alla mammella, comporta un'irragionevole disparità nel numero dei trattamenti previsti: il lotto 1 della procedura, assorbe infatti oltre il 90% del totale (160 interventi contro solo 10 per il lotto 2). La logica estensione dei distretti anatomici trattabili con sistema ad ago singolo e circolazione di azoto liquido, importa anche l'aumento del numero dei trattamenti potenzialmente eseguibili con tale sistema.

Nell'attuale formulazione del capitolato tecnico, inoltre, le specifiche tecniche del sistema di crioablazione, descritte nel lotto 1, appaiono idonee ad identificare un unico offerente o quantomeno un'unica tecnologia utilizzabile sui distretti anatomici diversi dalla mammella, tali da impedire la presentazione di offerta, per tale lotto, a sistemi ad ago singolo e circolazione di azoto liquido.

In relazione alle criticità sopra riscontrate, si chiede, alternativamente, di rivedere l'ambito dei distretti anatomici indicati nel lotto 2, per i quali è previsto il trattamento con il sistema di crioablazione ad ago singolo e circolazione di azoto liquido e di conseguenza, di ricalibrare il numero degli interventi previsti per ciascun lotto, coerentemente con la nuova impostazione.

In alternativa, chiediamo di modificare le specifiche tecniche del lotto 1, al fine di consentire l'offerta, anche per tale lotto, di sistemi di crioablazione ad ago singolo e circolazione di azoto

liquido, garantendo in questo modo l'effettiva apertura alla concorrenza nella procedura di gara.

E' inoltre necessario, in ogni caso, rivedere l'importo presunto, non superabile, previsto per il lotto 2, indicato nel capitolato in € 2.000,00 a trattamento, comprensiva del noleggio, del personale addetto e della fornitura di un ago. Tale importo, non solo risulta significativamente inferiore a quello previsto per il lotto 1, pari ad € 4.290,00, ma non consente di formulare offerta remunerativa.

Per quanto, infatti, l'innovativa tecnologia utilizzata, per i trattamenti ad ago singolo e circolazione di azoto, consenta una significativa riduzione del costo, rispetto alla tradizionale tecnologia multiago, certamente i risparmi conseguibili non possono essere valutati nelle dimensioni da Voi considerate (circa il 54% di riduzione). Il sistema ad ago singolo, con ricircolo di azoto liquido al suo interno, è un sistema altamente innovativo, che consente interventi accurati e veloci con una particolare semplicità di esecuzione. Esso garantisce risultati terapeutici del tutto confrontabili a quanto ottenibile con i sistemi più tradizionali, che richiedono l'impiego di più aghi e maggiore impegno. Il risparmio ottenibile, da parte dell'Amministrazione, con l'impiego di tali sistemi, è dato, per una quota marginale, da un minor costo del sistema, ed in misura più significativa dalla riduzione dei tempi e della complessità dell'intervento. Risparmio, quest'ultimo, non apprezzabile nel costo del trattamento previsto come importo presunto di gara.

In relazione a tale aspetto, chiediamo di conoscere, su quale base si è deciso di imporre un importo presunto, per il lotto 2, inferiore di oltre il 50% rispetto a quanto previsto per il lotto 1, pur trattandosi di procedure equivalenti sotto il profilo dell'efficacia per il paziente. L'importo stabilito per il lotto 2, inoltre, è totalmente arbitrario: non è riscontrabile in alcun documento ufficiale e/o offerta pubblica esistente per sistemi operanti ad azoto liquido.

Chiediamo, di conseguenza, una rivalutazione dell'importo presunto per il lotto 2, tale da equipararlo a quello previsto per il lotto 1, al fine di consentire a tutti i potenziali concorrenti la presentazione di offerte congrue e remunerative.

RISPOSTA N. 1

Con riferimento alla Vs. comunicazione e, in particolare, alla richiesta di modifica delle caratteristiche richieste al lotto n. 1 della gara in argomento, si fa presente che sia il D.Lgs.50/2016 che il disciplinare di gara (art. 7) consentono la presentazione di prodotti "equivalenti". Si fa presente che l'"equivalenza" della soluzione proposta andrà dimostrata nelle modalità prescritte dall'art. 68 del D.lgs 50/2016.

Quanto al prezzo base indicato per il lotto n. 2 si veda quanto rettificato all'inizio del presente documento.
