

(ID 16APB009) GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI PER EMODIALISI

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito 1	Risposta 1
<p>1: Nel Vs. documento denominato “Fac-simile Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di Notorietà ex D.P.R. 445/200” viene richiesto ai punti bb) cc) dd) il possesso rispettivamente dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale e di idoneità professionale con l’indicazione per tutti “ove previsto da bando”. Il bando di gara non riporta nessuna indicazione in merito. <u>Preghiamo pertanto confermare che i punti sopra indicati NON devono essere compilati dalla ditta partecipante.</u> Inoltre, sempre al riguardo, all’art. 6 pag. 7 del Disciplinare di Gara viene citato che la comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziari dichiarati in sede di gara avverrà tramite il sistema AVCPASS. <u>Ricollegandoci al quesito precedente preghiamo chiarire se e cosa dovrà essere comprovato.</u></p> <p>2: All’art. 9 dello schema di convenzione allegato ai documenti di gara viene riportato: “.....Durante il periodo di garanzia e dopo la conclusione dello stesso, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni descritte negli allegati “Contratto di manutenzione full risk”, “Contratto di manutenzione di secondo livello” e “Assistenza tecnica su chiamata”, potranno essere applicate le seguenti penalità...” Tra i documenti di gara non è presente nessun allegato denominato “Contratto di manutenzione di secondo livello”. <u>Preghiamo confermare se trattasi di un refuso oppure di fornire il documento mancante.</u></p> <p>3: Nell’allegato denominato “Dichiarazione impegni per il fornitore” all’ultimo paragrafo viene richiesto l’impegno all’applicazione dello sconto sugli eventuali materiali consumabili, indicato in offerta economica per</p>	<p>1) per la presente gara non sono previsti i requisiti 2) Si conferma che si tratta di un refuso. 3) si conferma che per i materiali consumabili sono richiesti i prezzi fissi per l’intero periodo contrattuale, come indicato al punto 3 del facsimile “Allegato E – Offerta economica”. Quanto riportato in merito nell’allegato denominato “Dichiarazione impegni per il fornitore” all’ultimo paragrafo si tratta pertanto di refuso. 4) Le caratteristiche citate sono già presenti nel questionario tecnico al punto 2, precisamente voce 2.11 e 2.16. Non si ritiene necessario duplicarle al punto 3. 5) La delega consente la partecipazione alle sedute di gara, tuttavia, per impegnare la ditta rappresentata viene richiesta una procura (ad esempio per effettuare una miglioria dell’offerta economica in seduta pubblica. 6) Entrambe le opzioni sono accettabili. 7) Tutte le metodiche dialitiche comprese l’emodialisi standard. 8) Indipendentemente dal metodo sia in maniera diretta che deducibile attraverso la lettura di altri parametri (kT/V e portata FAV). Se ne terrà conto secondo quanto riportato nel capitolato stesso. 9) No, non deve essere garantita necessariamente per tutte; dettagliare eventualmente quali 10) Entrambe le opzioni sono accettabili 11) Si conferma</p>

almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature.
Al punto 3 del facsimile "Allegato E - Offerta economica" viene richiesta "l'indicazione in dettaglio dei singoli prezzi di tutti i materiali di consumo diversi dal dializzatore necessari all'uso ordinario delle apparecchiature" senza l'indicazione di alcuna percentuale di sconto.

Preghiamo chiarire tale discordanza ed indicare quali informazioni sono richieste.

4:

Da un confronto tra le caratteristiche tecnico funzionali delle apparecchiature indicate a pag. 50 del Capitolato Speciale e quelle riportate al punto 3 del documento denominato "Questionario Tecnico - Apparecchi per emodialisi" abbiamo riscontrato che in quest'ultimo documento mancano n. 2 caratteristiche, nella precisione:

- Sistema incorporato (programmabile per tipo e diametro della siringa) per l'infusione in bolo o in continuo di anticoagulanti con velocità di infusione modificabile e programmabile, dotato di un allarme che segnali l'interruzione della infusione
- Possibilità di programmare le varie fasi per la disinfezione e disincrostazione dell'apparecchio con indicazione dei tempi d'ogni passaggio

Preghiamo confermare se tali caratteristiche possono essere integrate nel questionario dell'offerente stesso oppure se provvederete alla pubblicazione di un nuovo Questionario Tecnico completo di tutte le caratteristiche.

5:

Preghiamo confermare se alle sedute pubbliche di gara potrà presenziare un incaricato della ditta offerente munito di specifica delega rilasciata dal legale rappresentante.

6:

Nel paragrafo 2 del Capitolato Speciale, "Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi", alla lettera d) viene richiesta la capacità di dializzare in modalità monoago e biago con possibilità di commutazione in corso di seduta dialitica.

Si richiede di specificare se la modalità monoago debba essere garantita nella configurazione standard a doppia pompa sangue o in quella di emergenza con singola pompa sangue.

7:

Nelle caratteristiche tecnico funzionali del Capitolato Speciale, viene richiesta la "possibilità di utilizzare la soluzione dialitica ultrapura per la

preparazione del circuito, per infusioni intradialitiche e per lo stacco del paziente”.

Si richiede di specificare se tale possibilità debba essere garantita per tutte le metodiche dialitiche previste, come da lettera c, paragrafo 2 del Capitolato Speciale, ivi compresa quindi la emodialisi standard.

8:

Nelle caratteristiche tecnico funzionali del Capitolato Speciale, viene richiesta la “misura non invasiva del ricircolo dell'accesso vascolare”.

Si chiede di confermare che il sistema offerto, indipendentemente dal metodo utilizzato, debba effettuare una misura quantitativa del ricircolo, con possibilità da parte dell'operatore di visualizzare il valore in percentuale, rispetto al flusso del sangue trattato, del ricircolo misurato.

9:

Nelle caratteristiche tecnico funzionali del Capitolato Speciale, viene richiesta la “possibilità di modulare in corso di trattamento le concentrazioni di potassio nel dialisato”.

Si richiede di specificare se tale possibilità debba essere garantita per le metodiche dialitiche previste, come da lettera c, paragrafo 2 del Capitolato Speciale.

10:

Nelle caratteristiche tecnico funzionali del Capitolato Speciale, viene richiesta la “Possibilità di eseguire emodiafiltrazione online in pre- o postdiluizione in modalità monoago”.

Si richiede di specificare se la modalità monoago nel trattamento di emodiafiltrazione debba essere garantita nella configurazione standard a doppia pompa sangue o in quella di emergenza con singola pompa sangue.

11:

Nelle caratteristiche tecnico funzionali del Capitolato Speciale, viene richiesta la “Possibilità di eseguire emodiafiltrazione online mista (in pre- e postdiluizione)”.

Si chiede di confermare che per “emodiafiltrazione online mista” si intende un metodica dialitica che prevede l'infusione contemporanea del liquido di sostituzione in pre e post diluizione (non alternata), con sistema automatico e in biofeedback per la regolazione contemporanea dei flussi in pre e post diluizione.