

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI “PRODOTTI PER ENDOSCOPIA E BRONCOSCOPIA - ID.14PRE032”**

PRECISAZIONE DEL 04.06.2015

DOMANDE:

- 1) Richiedo delucidazioni riguardo i lotti 2, 3 e 4 nei quali vengono richieste pinze ellissoidali. Con il termine ellissoidali si intendono pinze ovali?
- 2) Richiedo delucidazioni riguardo la mancanza del lotto 62.
- 3) Nell’Allegato A1 alla voce IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte la data è in bianco. Se cortesemente mi fate sapere la scadenza.
- 4) Sono su avcpass per la creazione del passoe ma quando inserisco i codici cig del lotto 25 e 26 per la gara in oggetto il sito risponde che il cig non esiste o non è ancora stato definito.
- 5) Chiedo informazioni più dettagliate sul prodotto da offrire per il lotto n. 7 in quanto, con il codice del prodotto da Voi attualmente in uso, non riusciamo a risalire alle misure. Lo spazzolino è singolo oppure a doppia spazzola? E’ possibile conoscere la misura della o delle spazzole.
- 6) Con riferimento alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: LOTTO N. 34 per tale lotto è indicato un fabbisogno complessivo di n. 240 pezzi per 36 mesi ed un prezzo unitario di riferimento di Euro 790,00. Vi preghiamo di confermarci se tale prezzo è effettivamente riferito all’unità o alla confezione di vendita. Nel caso si riferisse alla confezione Vi preghiamo di darci conferma dell’importo totale a base d’asta (€ 189.600,00).
- 7) Richiede i seguenti chiarimenti:
LOTTO 3: viene indicata “lunghezza almeno 1800 mm” per le pinze da gastroscopio. Per permettere la partecipazione a più aziende concorrenti, chiediamo se questa possa essere intesa come una misura puramente indicativa, e quindi possa essere ammessa una certa tolleranza.
LOTTO 4: viene indicata “lunghezza almeno 1600 mm” per le pinze pediatriche. Per permettere la partecipazione a più aziende concorrenti, chiediamo se questa possa essere intesa come una misura puramente indicativa, e quindi possa essere ammessa una certa tolleranza.
LOTTO 18: L’indicazione delle tre misure 15/25/30 mm può essere intesa in maniera indicativa? E’ possibile ammettere una tolleranza alle dette misure?

LOTTO 30: viene indicato un fabbisogno complessivo di 10.000,00 unità per il gel lubrificante. Essendo l'aggiudicazione effettuata a grammo, si intendono 10.000 pezzi da 70 grammi cad., per un totale di 700.000 grammi richiesti in totale? La base d'asta di 39.000 euro è riferita al fabbisogno di 700.000 grammi di gel?

LOTTO 70: per permettere la partecipazione a più aziende concorrenti, si chiede di trasformare le due voci a) e b) del lotto 70 in due lotti distinti, uno per il palloncino bilume, e l'altro per il palloncino trilume.

LOTTO 79: si chiede se l'indicazione "punta idrofila almeno 10 cm circa" sia puramente indicativa, e se sono accettate anche punte idrofile di lunghezza inferiore a 10 cm.

LOTTO 83: è richiesto "catetere guida lunghezza 4800 mm, con introduttore lunghezza 2500 mm". E' possibile offrire un sistema monouso in cui l'introduttore è premontato sul catetere guida, con una lunghezza totale del sistema inferiore alle misure indicate?

LOTTO 104: considerata la natura del prodotto richiesto, riteniamo che la base d'asta di 450,00 euro sia eccessivamente elevata, perciò ne chiediamo eventuale conferma o aggiornamento.

LOTTO 157: per permettere la partecipazione a più aziende concorrenti, si chiede se la lunghezza indicata di 100 cm debba essere ritenuta vincolante oppure se sia ammessa una certa tolleranza.

8) LOTTO 49: la misura da 6 a 8 mm ci impedisce la partecipazione, fa riferimento ad una sola azienda e limita fortemente il principio di libera concorrenza, chiedere di rendere facoltativa la misura.

LOTTO 65: la caratteristica Nitinol è indispensabile o è possibile offrire guide di altro materiale es. acciaio?

LOTTO 68: si chiede conferma del prezzo a base d'asta € 7,00 risulta essere notevolmente inferiore agli attuali prezzi di mercato.

LOTTO 89: si richiede la scomposizione del lotto in quanto il sistema a pistola richiesto viene fornito da una sola azienda limitando il principio di concorrenza, mentre i ricambi possono essere forniti da più aziende.

LOTTO 104: si richiede conferma del prezzo a base d'asta, in quanto quello indicato risulta essere fuori mercato.

LOTTO 106: si richiede di scorporare il lotto e i relativi sub lotti in lotti singoli, in quanto ciò che viene richiesto nel sub lotto A (rimovibili a 12 mesi) riconduce ad una sola azienda, facendo venire meno il principio di libera concorrenza, altre aziende sono in grado di fornire protesi biliari recuperabili all'80%.

LOTTO 110: si richiede la scomposizione dei relativi sub lotti, in lotti singoli, in quanto quello che viene richiesto limita fortemente il principio di libera concorrenza, permettendo ad una sola azienda di partecipare.

CAMPIONATURA: bisogna offrire uno/due campioni ogni lotto (e 2 campioni per sub/lotto) anche qualora lo stesso prodotto sia offerto in più lotti?

Si richiede se sia possibile avere i documenti di gara da compilare in formato word.

RISPOSTE:

1. LOTTE N. 2-3-4: si confermano le descrizioni dei lotti indicate nel file excel “Allegato al Capitolato Speciale di gara”. In caso di dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più appropriate, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto.
2. Si conferma la numerazione dei lotti indicata nel file excel “Allegato al Capitolato Speciale di gara” (il lotto n. 62 non esiste).
3. Si conferma quanto già riportato nell'allegato 1 della gara, all'interno del documento “GUCE”, al punto “IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”: 26/06/2015 ore 12:00.
4. I CIG verranno perfezionati 2 settimane prima della data di scadenza della gara (l'11 giugno).
5. LOTTO N. 7: a puro titolo indicativo, si precisa che le misure del prodotto attualmente in uso sono le seguenti: lunghezza operativa: 6 cm; diametro minimo canale operativo: 1,2-8,00 mm. In caso di ulteriori dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più appropriate, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto.
6. SI APPORTANO LE SEGUENTI RETTIFICHE AL LOTTO N. 34: il prezzo unitario di riferimento corretto (riferito al singolo pezzo) è pari a € 79,00. Pertanto, rispetto a quanto erroneamente riportato a causa di un mero errore di trascrizione nel file excel “All.A.1.Cap.Speciale.14PRE032”, vengono apportate le seguenti correzioni, evidenziate in giallo:

LOTTO	VOCE	<i>Fabbisogni complessivi presunti in pezzi per 36 mesi</i>	Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta)	<u>Prezzo a base d'asta per 36 mesi</u>	Cauzione provvisoria da versare
34		240	€ 79,00	<u>18.960,00</u>	Non prevista

Lotto	CIG	IMPORTO DA VERSARE (comprensivo di eventuali opzioni contrattuali)
34	625219200F	NON DOVUTO

7. LOTTI 3-4-18-79-157: si conferma quanto già indicato nel file excel “All.A.1.Cap.Speciale.14PRE032”, sezione “caratteristiche generali”:
“Tolleranza del 10% sulle misure indicate”.
- LOTTO 30: si conferma che si intendono 10.000 pezzi “minimo da 70 grammi” cadauno. Si conferma altresì che la base d’asta è riferita al fabbisogno presunto di 10.000 pezzi.
- LOTTO 70: si conferma la composizione del lotto così come riportata nel file excel “All.A.1.Cap.Speciale.14PRE032”, in quanto dai dati attualmente in nostro possesso non risulta che i dispositivi richiesti possano essere forniti da un’unica ditta.
- LOTTO 83: si conferma la descrizione del lotto e si ricorda a tal proposito quanto già previsto dal secondo paragrafo dell’art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: “Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006”.
- LOTTO 104: si conferma il prezzo a base d’asta già riportato nel file excel “All.A.1.Cap.Speciale.14PRE032”.
8. LOTTO 49: si precisa che è possibile partecipare al lotto n. 49 anche senza la presentazione della misura 6/8.
- LOTTO 65: si conferma la descrizione del lotto e si ricorda a tal proposito quanto già previsto dal secondo paragrafo dell’art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: “Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006”.
- LOTTO 68: si conferma il prezzo a base d’asta già riportato nel file excel “All.A.1.Cap.Speciale.14PRE032”.
- LOTTO 89: si conferma la composizione del lotto così come riportata nel file excel “All.A.1.Cap.Speciale.14PRE032”, in quanto dai dati attualmente in nostro possesso non risulta che i dispositivi richiesti possano essere forniti da un’unica ditta.
- LOTTO 104: si conferma il prezzo a base d’asta già riportato nel file excel “All.A.1.Cap.Speciale.14PRE032”.
- LOTTI 106 e 110: si conferma la composizione dei lotti così come riportata nel file excel “All.A.1.Cap.Speciale.14PRE032”. A tal proposito, si apporta però la seguente integrazione all’art. 5 delle Norme di partecipazione alla gara (pagina 6 della documentazione):
“Per i soli lotti n. 106 e 110, ai fini dell’ammissione alla gara viene definita una soglia di partecipazione del 75%. La ditta, qualora non sia in grado di fornire, per mancanza di produzione ovvero assenza di riferimento a catalogo, l’intera gamma di tipologia dei prodotti richiesta ai lotti n. 106 e 110, può partecipare alla gara anche se offre il 75% del valore economico delle voci previste per ciascun lotto, tenuto conto del prodotto tra le quantità ed il prezzo di riferimento indicato nell’allegato prospetto. Ai fini della comparazione delle offerte per l’individuazione del valore complessivo del lotto, per le voci non offerte, sarà imputato il valore dato dal prodotto delle quantità in gara per il prezzo di riferimento indicato. Tali valori verranno sommati all’importo complessivo offerto.”

CAMPIONATURA: qualora lo stesso prodotto sia offerto in più lotti, è possibile presentare una sola campionatura, purché vengano indicati in maniera chiara e inequivocabile i lotti ai quali tale campionatura si riferisce.

I documenti di gara in formato word sono già disponibili sul sito www.csc.sanita.fvg.it e scaricabili dall'Area riservata, sezione "bandi e avvisi in corso".

Si precisa inoltre che la seguente numerazione dei codici CIG, erroneamente riportata a pag. 54 del Capitolato Speciale

94	6252635D9E	Non dovuto
94	62526401C2	Non dovuto
95	6252672C27	Non dovuto

viene integralmente sostituita dalla seguente nuova numerazione corretta (evidenziata in giallo):

94	6252635D9E	Non dovuto
95	62526401C2	Non dovuto
96	6252672C27	Non dovuto

Si precisa infine che il "quantitativo o entità totale dell'appalto" corretto ammonta ad euro 7.285.173,03 (+ € 2.671.230,11 per opzioni contrattuali), anziché € 4.455.813,03 (+ € 2.733.798,11 per opzioni contrattuali) come precedentemente indicato per un mero errore di trascrizione.