

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER LA DETERMINAZIONE IMMUNOMETRICA DI ORMONE ANTI MULLERIANO, CORTISOLO SALIVARE, ALDOSTERONE, RENINA, FOSFATASI E CTX - I ID.15REA003”

PRECISAZIONE DEL 03.02.2016

Domanda

“INTEGRAZIONE CON SISTEMI LIS” previsti per lotto 1 e lotto 2.

Nel capitolato di gara (pag.55) si legge infatti che l'interfacciamento sarà a carico della AAS 5 destinataria della fornitura, ma la ditta partecipante deve allegare documentazione comprovante la capacità dell'interfacciamento e relativo costo.

In merito alla documentazione che comprovi la capacità di interfacciamento, è sufficiente allegare le specifiche di interfacciamento ("connection protocol") della strumentazione, contenute in apposito capitolo del manuale d'uso?

Per quanto riguarda il costo, esattamente cosa occorre allegare? Preventivo richiesto alla software house direttamente dalla partecipante per eseguire l'interfacciamento?

In caso affermativo, si chiede di chiarire a quale delle software house indicate occorra chiedere preventivo, poiché il capitolato indica chiaramente una futura traslazione da un gestionale all'altro.

Non si comprende la natura di tale richiesta, se l'interfacciamento non sarà da eseguire a nostro carico.

Si chiede inoltre di chiarire dove inserire la documentazione richiesta.

E' corretto inserire la documentazione che comprovi la capacità di interfacciamento nelle busta "documentazione tecnica" ed il costo dell'interfacciamento nella busta "offerta economica"?

Risposta

Innanzitutto occorre premettere che il LIS al quale sarà necessario provvedere il collegamento degli strumenti d'ora in poi sarà esclusivamente il LIS "regionale" cioè DNLab.

La premessa è necessaria in quanto nel DML dell'aas5 sono in corso le operazioni preliminari che porteranno all'adozione, come LIS, di DNLab al posto dell'attuale che è TDSYNERGY della ditta Siemens.

Il cambio di LIS presuppone una modifica di quanto fin'ora si chiedeva per collegare gli strumenti al LIS.

Le ditte avevano l'obbligo di provvedere al necessario per il collegamento dei loro strumenti, la spesa relativa era a loro carico.

Adesso invece sarà l'aas5 a sostenere le relative spese di interfacciamento (alla fine la spesa sarà coincidente) e dovrà avviare la procedura di

richiesta alla regione per il collegamento, la regione incaricherà INSIEL.

Quindi sarà l'aas5 a far richiesta alla Regione del collegamento; le ditte che partecipano possono fornire il manuale con le specifiche per il collegamento e devono verificare con NOEMALIFE che sia disponibile l' interfacciamento; la documentazione relativa dovrà essere inserita nella "documentazione tecnica". Non sarà quindi necessario che si alleghino preventivi riguardo esclusivamente al costo dell'interfacciamento verso il LIS.

Domanda

MANUALE D'USO DELLA STRUMENTAZIONE: il capitolato di gara richiede la presentazione del manuale d'uso della strumentazione offerta, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico.

Data la voluminosità di tale documento, si chiede se è possibile presentarlo unicamente in formato elettronico

Risposta

Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato