

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “IN FULL SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DEDICATO ALLO SCREENING CON METODO DI BIOLOGIA MOLECOLARE (NAT) PER HCV-RNA, HIV-RNA, HBV-DNA e WNV-RNA DI TUTTI GLI EMOCOMPONENTI RACCOLTI DALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLA REGIONE FVG - ID.14REA008”

### **PRECISAZIONE DEL 25.03.2015**

#### **DOMANDE:**

1. Si chiede di confermare che le unità su cui eseguire lo screening HIV-RNA, HBV-DNA, HCV-RNA devono essere obbligatoriamente testate con metodo su singolo campione.  
Si chiede di confermare che le unità su cui eseguire lo screening WNV devono essere obbligatoriamente testate con metodo su singolo campione.
2. In Capitolato Speciale, Specifiche Tecniche, Carichi di lavoro stimati, quarto punto (pag 49): *"L'indicazione 2000 test/anno ulteriori per esecuzione QC INT., VEQ e convalide/qualificazioni secondo la specifica Linea Guida del CNS o di altri Enti Normatori è da intendersi come 2000 test/anno complessivamente o per singola strumentazione proposta?"*

#### **RISPOSTE:**

- 1) Si conferma quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara a pag. 49, il quale prevede esclusivamente determinazioni “su singolo campione” (sono escluse, quindi, determinazioni in pool sia per la TRINAT che per il WNV).
- 2) Per singola strumentazione proposta.