

ID 15APB001

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI TOMOGRAFIA A COERENZA
OTTICA (OCT/SLO)

QUESITO 1	RISPOSTA 1
<p>sono a richiedere se la seguente caratteristica tecnica, contenuta all’interno del Capitolo SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI Punto 2 Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi LOTTO 2 Requisiti operativi/tecnici minimi Recupero del database pazienti archiviati con l’OCT/SLO della ditta Nidek, modello RS-3000. Gli studi recuperati dovranno essere compatibili con il software di elaborazione offerto. rappresenti una caratteristica esclusiva ed imprescindibile. Dato il riferimento ad uno specifico strumento, precluderebbe la possibilità di partecipazione alla nostra azienda</p>	<p><u>Il requisito richiesto risulta fondamentale per poter seguire le evoluzioni cliniche del paziente nel tempo</u> (la macchina oggetto di gara è sostitutiva di apparecchiatura sottratta, motivo per il quale non è stato possibile programmare la sostituzione e, quindi, la corretta conservazione dei dati)</p>