

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI “MATERIALE PER ORTODONZIA - ID.14PRE024”**

**PRECISAZIONE DEL 14.05.2015**

**DOMANDE:**

- 1) in riferimento alla gara di cui all’oggetto volevamo comunicare che non siamo in grado di emettere il PASSOE, in quanto nel sistema AVCPASS non risultano caricati i CIG dei lotti.
- 2) in riferimento al lotto 2 voce A, Le chiedo gentilmente di indicarmi se l'attacco è da puntare o da cementare
- 3) in riferimento al lotto 1 voce C, Le chiedo gentilmente di indicarmi se richiedete bande per molari o per premolari
- 4) in riferimento al lotto 3 voce A e voce B, Le chiedo gentilmente di indicarmi se è possibile inviare per la campionatura 2 attacchi self-ligating singoli per ogni richiesta o vi serve un caso completo da 20 Brackets

**RISPOSTE:**

- 1) si precisa che i CIG dei lotti verranno perfezionati dall’EGAS il giorno 18.05.2015, dopodiché sarà possibile l’emissione del PASSOE.
- 2) lotto 2 voce A: si precisa che in sede di gara si richiede a titolo preferenziale la presentazione di un attacco “da cementare”.
- 3) lotto 1 voce C: si precisa che in sede di gara si richiede a titolo preferenziale la presentazione di bande “per molari”.
- 4) lotto 3 voce A e voce B: si precisa che in sede di gara si richiede l’invio di un “caso completo”, ai fini di una completa valutazione.