

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA  
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
“PROTESI VASCOLARI – ID 14PRO007.1”**

**PRECISAZIONE DEL 09.06.2015**

**DOMANDE:**

- 1) Secondo noi, nei lotti 33 e 34 sono stati invertiti i prezzi a base d’asta. Inoltre nel lotto 33 la voce relativa alla versione biforcata non corrisponde a nessun prodotto esistente. Riteniamo invece che la versione biforcata vada inserita nel lotto 34 dove viene richiesta solo la protesi retta.

**RISPOSTE:**

- 1) LOTTI N. 33 E N. 34: si confermano i prezzi a base d’asta già indicati.  
Lotto n. 33: si precisa che la dicitura “biforcata” viene sostituita dalla dicitura “preferibilmente anche biforcata”; la presentazione del prodotto nella tipologia “biforcata” non è quindi vincolante ai fini della partecipazione al lotto in argomento. Si conferma allo stesso tempo la richiesta di una protesi “retta”.  
Lotto n. 34: si conferma la richiesta di una protesi “retta”. Qualora disponibili a listino, le ditte concorrenti possono offrire al medesimo prezzo anche altre tipologie di prodotto.