

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
“MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - ID.12PRE023.1”**

PRECISAZIONE DEL 29/02/2016

DOMANDE:

- 1) Per partecipare al lotto n. 194 possiamo inviare un campione valido soltanto per poter essere visionato?
- 2) In merito alla procedura in oggetto si richiede di confermare:
 - 1- in merito all'art.38, che il procuratore firmatario della gara, può validamente dichiarare per se e per tutti gli altri soggetti procuratori;
 - 2- che in questa fase non è richiesta la documentazione antimafia.
- 3) Al lotto 104, si chiede conferma che la dicitura
" Stent-graft x TIPS
1. Poliuretano espanso (PTFE) rinforzato da nitinolo (non viene incorporato e quindi è asportabile in corso di trapianto)."
Riportata nell'allegato All.Cap.Speciale.12PRE023.1
Si configuri come un refuso. Si chiede quindi di confermare che si intendesse Politetrafluoroetilene espanso (e-PTFE) e non poliuretano.
- 4) Siamo a richiedere chiarimenti circa il prezzo da Voi posto a base d'asta per il lotto 194, si richiede se questo e' corretto è come stata fatta la scelta in quanto non risulta a noi congruo.
Inoltre siamo a richiedere se i ns responsabili vendita potranno presentarsi all'apertura delle varie buste muniti di delega e non di procura.

RISPOSTE:

- 1) LOTTO 194: si conferma quanto richiesto dal Capitolato speciale di gara a pagina 52: *“La campionatura deve essere a disposizione della Commissione Giudicatrice per poter essere visionata ed eventualmente utilizzata (prova pratica)”*.
- 2) Si conferma che il procuratore firmatario della gara può validamente dichiarare per se e per tutti gli altri soggetti procuratori nel rispetto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. La presentazione del mod. “Allegato G”: Dichiarazione sostitutiva conviventi” non viene richiesta pena esclusione, come si evince da quanto riportato all’art. 3 delle Norme di partecipazione alla gara.
- 3) LOTTO 104: si conferma la descrizione del lotto n. 104, ricordando al contempo che, in base a quanto già previsto dall’art. 6 comma 2 delle Norme di partecipazione alla gara, «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006».
- 4) LOTTO 194:
Si conferma il prezzo complessivo a base d'asta per 24 mesi indicato nel Capitolato Speciale di gara.
La delega consente la partecipazione alle sedute di gara, tuttavia, per impegnare la ditta rappresentata viene richiesta una procura (ad esempio per effettuare una miglioria dell’offerta economica in seduta pubblica).