

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI PROCESSATORI AUTOMATICI DI CAMPIONI ISTOLOGICI PER CICLI DI ROUTINE OVERNIGHT E FAST PER UN PERIODO DI 60 MESI. 14REA007

PRECISAZIONE DEL 09.01.2015

DOMANDE:

- 1) Capitolato speciale pagina 49 : Tale service dovrà comprendere: - il ritiro delle taniche esauste dovrà avvenire attraverso la ditta autorizzata in appalto presso
Il ritiro delle taniche esauste e quindi il relativo smaltimento deve essere effettuato dalla ditta che si aggiudicherà l'appalto? Oppure la ditta che partecipa alla gara deve prevedere solo la fornitura delle taniche impilabili e/o deve prevedere la fornitura con contenitori secondari?
- 2) La presente per chiedere di poter eliminare la caratteristica minima obbligatoria specificata nel capitolato speciale pagina 50 "camera di processazione di almeno 4 litri di volume" in quanto non congrua con la voce precedente "volume massimo delle taniche precaricate di 5 litri" che prevede anche volumi inferiori ai 4 litri.

RISPOSTE:

- 1) “il ritiro delle taniche esauste dovrà avvenire attraverso la Ditta Autorizzata in appalto presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone e il CRO di Aviano - **la Ditta che vincerà la gara sarà tenuta a fornire** le taniche impilabili o in alternativa dovranno pervenire con apposito contenitore secondario (che contenga più taniche) in modo tale da garantire la impilabilità durante lo stoccaggio. Le taniche dovranno riportare la marcatura ADR (non è prevista quindi la restituzione delle taniche vuote)”
- 2) “La camera di processazione di almeno 4 litri viene ritenuto requisito minimo. E' evidente che per riempire tale camera, serve una quantità di reagente corrispondente. Tant'è che nel capitolato il volume della tanica è indicato come massimo, in quanto permette di valutare strumentazioni che abbiano camere di processazione di volume superiore a quello richiesto”.